

„PACJENT JEST DLA NAS NAJWAŻNIEJSZY”

ul. M. C. Skłodowskiej 2, 11-400 Kętrzyn
tel. (0-89) 751 25 02, faks (0-89) 751 37 97, e-mail: szpital@post.pl, 2800361@zoz.org.pl
Krajowy Rejestr Sądowy 499, Rejestr ZOZ 2800361, NIP 742-183-60-30, REGON 510929362

Kętrzyn, dnia 06.06.2017 r

Nr sprawy: 24/PP/2017

Szpital Powiatowy w Kętrzynie
11-400 Kętrzyn, ul.M.C. Skłodowskiej 2
Tel. 89 751 25 02, Fax. 89 751 37 97
Regon 510929362, NIP 742-18-36-030
KSIĘGA REJESTROWA 28-00361
Szpital Powiatowy w Kętrzynie 01

**Tablica ogłoszeń /
Strona internetowa**

Wyjaśnienia nr 1 do zapytania ofertowego

W nawiązaniu do prowadzonego przez Szpital Powiatowy w Kętrzynie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pt. „Dostawa papieru do KTG / EKG, elektrod do EKG i żelu do USG do Szpitala Powiatowego w Kętrzynie” znak postępowania 24/PP/2017, Zamawiający udziela wyjaśnień do zapytania ofertowego o następującej treści:

Pytanie/Wniosek 1:

Pozycja 7. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie ww. pozycji elektrody o wymiarach 45 x 42 mm (okrągła – średnica 42 mm, z jęczyzkiem ułatwiającym zakładanie – średnica 45 mm), pozostałe parametry oferowanych elektrod będą zgodne z opisem przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź 1:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie/Wniosek 2:

Pozycja 7. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie ww. pozycji elektrody prostokątnej o wymiarach 44 x 30 mm, pozostałe parametry oferowanych elektrod będą zgodne z opisem przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź 2:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie/Wniosek 3:

Rozdz. VI Zapytania ofertowego pkt. 1 ppkt. 2). Prosimy o dopuszczenie możliwości załączenia również ulotek dystrybutora, które będą spełniały wszystkie wymogi wymienione w rozdziale VI pkt. 1 ppkt. 2).

Odpowiedź 3:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie/Wniosek 4:

Pakiet nr 1, pozycja 4. Czy Zamawiający dopuści papier w rozmiarze: 110x140x150?

Odpowiedź 4:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie/Wniosek 5:

Pakiet nr 1, pozycja 4. Czy Zamawiający dopuści papier w rozmiarze: 110x100x200?

Odpowiedź 5:

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie/Wniosek 6:

Pakiet nr 1, pozycja 10. Czy Zamawiający oczekuje papieru EKG Cardiovit w rozmiarze: 130x50?

Odpowiedź 6:

Zamawiający oczekuje papieru w rozmiarze 150x112.

DYREKTOR
Szpitala Powiatowego w Kętrzynie

dr n. med. Rafał Tytman

.....
(podpis Zamawiającego)