

*Wszyscy Wykonawcy biorący
udział w postępowaniu*

ODPOWIEDŹ

na zapytania w sprawie SIWZ

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2011-03-25 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (*tekst jedn. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.*) w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Dostawa aparatu do znieczulania dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie”

Pytania:

1. Pkt. 7 Czy Zamawiający dopuści aparat z 3 dodatkowymi gniazdami elektrycznymi 230V?
Nie Zamawiający nie dopuszcza aparatu z 3 dodatkowymi gniazdami elektrycznymi 230V.
2. Pkt. 26 Czy Zamawiający dopuści aparat z napędem pneumatycznym respiratora? Napęd elektryczny jest bardzo kosztowny w serwisowaniu i nie jest stosowany w nowych konstrukcjach. Wszyscy czołowi producenci aparatów (np. Draeger, GE, Penlon, Medec, Mindray, Dameca) stosują obecnie napęd pneumatyczny. Napęd elektryczny stosowany był wyłącznie w starszych modelach marki Draeger więc taki zapis jest niezgodny z ustawą o Zamówieniach Publicznych.
Nie Zamawiający nie dopuszcza aparatu z napędem pneumatycznym respiratora. Zamawiający ma prawo opisać w taki sposób przedmiot zamówienia, aby otrzymać sprzęt o optymalnych parametrach i taki jaki będzie mu przydatny w pracy.
3. Pkt. 70 Czy Zamawiający dopuści monitor bezpiecznie mocowany do aparatu na specjalnym ramieniu, umożliwiającym łatwe dopasowanie położenia ekranu, z możliwością szybkiego zakładania i ściągania oraz z bezpośrednim zasilaniem sieciowym bez konieczności stosowania stacji dokującej?
Nie Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
4. Pkt. 75 Czy Zamawiający dopuści standardowy pomiar 12 odprowadzeń EKG z 10 elektrod?
Nie Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
5. Pkt. 106 Czy Zamawiający dopuści pomiar transmisji nerwowo-mięśniowej NMT za pomocą osobnego, niezależnego monitora, który można wykorzystać na dowolnym stanowisku do znieczulania?
Nie Zamawiający nie dopuszcza tego typu urządzenia, podtrzymuje zapisy SIWZ.