

*Wszyscy Wykonawcy biorący
udział w postępowaniu*

ODPOWIEDŹ
na zapytania w sprawie SIWZ

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2011-03-28 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (*tekst jedn. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.*) w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Dostawa aparatu do znieczulania dla Szpitala Powiatowego w Kętrzynie”

Pytania:

1. Czy Zamawiający dopuści aparat do znieczulania z 3 gniazdami elektrycznymi zamontowanymi w aparacie?

Nie Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

2. Czy zamawiający dopuści aparat do znieczulania z pneumatycznym napędem miecha respiratora?

Nie Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.