

Specyfikacja techniczna – Łóżko sterowane hydraulicznie
Zestawienie minimalnych wymaganych parametrów technicznych

Nazwa własna: Łóżko szpitalne regulowane hydraulicznie ojomowskie (OIT)

Model:

Producent:

Rok produkcji: 2011

Lp.	Parametry – Warunki graniczne	Odpowiedź Wykonawcy TAK/NIE	Opis parametrów oferowanych
1	2	3	4
1.	Szerokość całkowita: 960 - 1000 mm	TAK	
2.	Długość całkowita: 2150-2200 mm	TAK	
3.	Wysokość minimalna leża od podłogi: 410 mm (± 30 mm)	TAK	
4.	Wysokość maksymalna leża od podłogi: 870 mm (± 30 mm)	TAK	
5.	Konstrukcja łóżka wykonana z profili stalowych pokrytych lakierem proszkowym	TAK	
6.	Pięć segmentów leża, z czego cztery segmenty są regulowane	TAK	
7.	Segmenty leża wypełnione metalowymi, profilowanymi listwami pokrytymi lakierem proszkowym	TAK	
8.	Przedłużenie leża o min. 20 cm	TAK	
9.	Estetyczne przykrycie podwozia z tworzywa ABS	TAK	
10.	Regulacje wysokości leża realizowana przy pomocy siłownika hydraulicznego za pomocą dźwigni umieszczonej pod szczytem od strony nóg pacjenta	TAK	
11.	Regulacja nachylenia oparcia pleców oraz segmentu uda wspomagana sprężynami gazowymi z blokadą	TAK	
12.	Regulacja oparcia pleców w zakresie do 68-73°.	TAK	
13.	Regulacja segmentu uda w zakresie do 40° (±3°).	TAK	
14.	Ręczna regulacja sekcji podudzia za pomocą mechanizmu zapadkowego w zakresie do 30° (±3°)	TAK	
15.	Ręczna regulacja sekcji zagięcia za pomocą mechanizmu zapadkowego	TAK	
16.	Funkcja Trendelenburga 12-17° realizowana przez sprężynę gazową z blokadą	TAK	
17.	Funkcja anti-Trendelenburga 10-12° realizowana przez sprężynę gazową z blokadą.	TAK	

18.	Kółka odbojowe w każdym narożu	TAK	
19.	4 koła o średnicy min. 150 mm zaopatrzone w hamulec centralny	TAK	
20.	Funkcja jazdy na wprost i łatwego manewrowania	TAK	
21.	Szczyty łóżka chromowane, wyjmowane z ramy leża, wypełnienie szczytów wykonane z płyty z tworzywa HPL	TAK	
22.	Możliwość demontażu szczytów łóżek	TAK	
23.	Barierki boczne chromowane, składane obok ramy leża, z wypełnieniem z płyty z tworzywa HPL	TAK	
24.	wieszak kroplówki w komplecie	Tak	
25.	Możliwość montażu na ramie łóżka wieszaka kroplówki, uchwytu rąk, podwójnej ramy wyciągowej	TAK	
26.	Wysuwana, rozkładana półka na pościel pod szczytem, nie wystająca poza obrys łóżka	TAK	
27.	Powierzchnie łóżka odporne na środki dezynfekcyjne i uszkodzenia mechaniczne	TAK	
28.	Min. 6 miejsc na pojemniki na płyny fizjologiczne z obu stron łóżka	TAK	
29.	Materac wentylowany, przeciwoleżynowy, dwustronny, składający się z min 2 warstw o gr. min. 14 cm, o wyprofilowanych powierzchniach w min. 5 strefach z nacięciami i otworami, umożliwiającymi równomierne rozłożenie ciężaru ciała, z bardzo dobrą cyrkulacją powietrza i odprowadzeniem pary wodnej, w pokrowcu z tkaniny oddychającej, nieprzemakalnej, wodoodpornej, zapinany na zamek,	TAK	
30.	Gwarancja 24 miesiące	Tak	
31.	Deklaracja Zgodności CE - dla łóżka i materaca	TAK	
32.	Instrukcja obsługi w języku polskim	TAK	

....., dnia2011 r.

Podpis

.....
(podpis upoważnionego przedstawiciela)