

Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Słowackiego 3
11-440 Reszel

Reszel, dnia 04.12.2013 r.

*Wszyscy Wykonawcy biorący
udział w postępowaniu*

ODPOWIEDŹ **na zapytania w sprawie SIWZ**

Uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęły prośby o wyjaśnienie zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (*tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.*) w trybie przetargu nieograniczonego na:

„ZAOPATRZENIE DZIAŁU FARMACJI”

Pytania:

1. Czy w Pakiecie nr 6 Leki do nebulizacji poz. 86 Budesonid zaw. do nebuliz. 0,25mg/1ml a 2 ml x 20 poj.- 12 op. Zamawiający wymaga produktu po którego zastosowaniu poprawa stanu klinicznego może nastąpić już w ciągu kilku godzin od rozpoczęcia leczenia?

Tak, Zamawiający dopuszcza produkt o którym mowa w pytaniu.

2. Czy Zamawiający wymaga, aby w Pakiecie 6 Leki do nebulizacji poz. 86 Budesonid zaw. do nebuliz. 0,25mg/1ml a 2 ml x 20 poj.- 12 op., oferowany produkt posiadał zarejestrowane wskazanie - ostre zapalenie krtani, tchawicy i oskrzeli?

Tak, Zamawiający dopuszcza produkt z rejestracją jak w pytaniu.

3. Czy Zamawiający dopuści test paskowy z "bocznym" polem pomiarowym co wskazuje na przestarzałą metodę pomiaru i może mieć wpływ na zafałszowanie wyniku?

Zamawiający nie dopuszcza testów paskowych z bocznym polem pomiarowym.

4. Czy zamawiający dopuści do przetargu paski z "bocznym" polem pomiarowym? Takie umiejscowienie utrudnia lub uniemożliwia nakładanie próbki krwi z alternatywnych miejsc nakłucia?

Zamawiający nie dopuszcza pasków z bocznym polem pomiarowym.

5. Zamawiający umieścił w opisie przedmiotu zamówienia w pakiecie nr 8 szczegółową specyfikację jednoznacznie wskazującą wyłącznie na produkt określonej firmy obecnej na rynku, co ogranicza konkurencję asortymentową do wyrobu konkretnego wytwórcy. Prosimy aby Zamawiający kierując się odpowiednimi przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych (art. 7 i 29) i zasadą uczciwej konkurencji dopuścił do udziału w przetargu konkurencyjne paski testowe, o następujących parametrach: zakres oznaczenia 10-900mg/dl, auto-coding, pomiar dokonywany z krwi kapilarnej, żylniej i tętniczej, mała objętość próbki 0,5ul, krótki czas pomiaru 5s, auto-coding, temperatura przechowywania 1-32°C, automatyczna detekcja zbyt małej ilości krwi wprowadzonej do paska, deklarowana dokładność pomiaru zgodna z wytycznymi PTD na rok 2013. Dopuszczenie oferty konkurencyjnej nie zwiększy zapotrzebowania Zamawiającego, lecz spowoduje wybór oferty najkorzystniejszej cenowo, co przy obecnym, dynamicznym spadku cen pasków może mieć wpływ na oszczędności poczynione przez Zamawiającego i jeszcze lepsze gospodarowanie publicznymi środkami finansowymi. Prosimy o podanie niezbędnej liczby glukometrów potrzebnych Zamawiającemu, które oferujemy nieodpłatnie jako wyposażenie dodatkowe do pasków, wraz z bezpłatnym, pełnym serwisem w trakcie trwania całej umowy przetargowej.

Zamawiający, w trosce o rozszerzenie konkurencji asortymentowej, dopuszcza paski do pomiaru glukozy we krwi w zakresie 10- 900 mg/dl i temperaturze przechowywania 1 - 32 st.C. Pozostałe parametry jak w opisie tj. czas pomiaru do 10 s, glukometry bez konieczności kodowania, z automatycznym wyrzutem paków.

DYREKTOR
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Reszlu

Małgorzata Podgórska