

Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Słowackiego 3
11-440 Reszel

Reszel, dnia 06.12.2013 r.

*Wszyscy Wykonawcy biorący udział w
postępowaniu*

ODPOWIEDŹ Nr 2
na zapytania w sprawie SIWZ

Uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęły prośby o wyjaśnienie zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (*tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.*) w trybie przetargu nieograniczonego na:

„ZAOPATRZENIE DZIAŁU FARMACJI”

Pytania:

6. Pakiet Nr 12, poz. Nr 8 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania Zestawu do cewnikowania w którym jedna z serwet włókninowych foliowanych ma rozmiar 45 cm x 75 cm, a druga 75 cm x 90 cm z otworem Ø10 cm?

Tak, dopuszczamy.

7. Pakiet Nr 12, poz. Nr 13-14 – czy Zamawiający oczekuje zaoferowania siatek opatrunkowych zawierających w swoim składzie min. 50% bawełny?

Tak, dopuszczamy.

8. Pakiet Nr 12, poz. Nr 26 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania jałowego opatrunku do mocowania kaniul sterylizowanego tlenkiem etylenu?

Tak, dopuszczamy.

9. Dotyczy pakietu nr 8 - Paski testowe **do glukometrów**. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie przedmiotu zamówienia, w którym temperatura przechowywania wynosi od 2° do 32° C. Proponowane paski do glukometrów spełniają wymagania normy ISO 13485, są przechowywane i transportowane przez dostawców gwarantujących prawidłowe przechowywanie i transport zaoferowanych produktów. Proponowane paski współpracują z glukometrem najnowszej technologii, zostały przetestowane i spełniają wymagania normy ISO 15197. Dopuszczenie pasków do glukometrów z zakresem przechowywania od 2° do 32° C umożliwi Zamawiającemu otrzymanie większej ilości ofert, a co za tym idzie zwiększy konkurencję i pozwoli na wybór najkorzystniejszej cenowo oferty spośród złożonych.

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

10. **Pakiet 12, poz. 13-14** - Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie elastycznej siatki opatrunkowej bez możliwości sterylizacji w parze wodnej-pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Tak, dopuszczamy.

11. **Pakiet 12, poz. 15** - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opaski elastycznej z 2 zapinkami pakowanej pojedynczo w opakowanie papierowe powlekane nazwą producenta, nazwą wyrobu, nr LOT, znakiem CE oraz rozmiarem?

Tak, wyrażamy zgodę.

12. Treść umowy. Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%?

Nie, Zamawiający nie dokonuje proponowanych zmian.

13. Treść umowy. Czy Zamawiający zgodzi się zapisać możliwość zmiany cen brutto wynikającej ze zmiany obowiązującej stawki VAT, przy zachowaniu dotychczasowych cen netto?

Zamawiający zawarł taki zapis w SIWZ, znajduje się on w SIWZ w części 15. Istotne postanowienia umowy: „Pkt. 3. Zamawiający określa następujące warunki, w jakich przewiduje możliwość dokonania zmian zawartej umowy: 1) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy jeżeli: a. Na podstawie odrębnych przepisów nastąpią zmiany stawek podatku, które wejdą w życie po dniu zawarcia umowy, a przed wykonaniem przez Wykonawcę obowiązku, po wykonaniu którego Wykonawca jest uprawniony do uzyskania wynagrodzenia - w takim przypadku stosuje się stawkę podatku VAT aktualną na dzień wystawienia faktury VAT, bez konieczności aneksowania umowy.”

14. Treść umowy. Czy Zamawiający zgadza się aby w § 6 ust. 1 wzoru umowy słowa „opóźnienia” zostały zastąpione słowami „zwłoki”? Uzasadnione jest aby kara była naliczana tylko za zwłokę (czyli opóźnienie zawinione przez wykonawcę), nie zaś za wszelkie opóźnienia, czyli także niezawinione przez wykonawcę. Nie ma uzasadnienia rozszerzanie odpowiedzialności wykonawcy także na niezawinione naruszenie terminu. Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 19 września 2011 r. KIO 1910/11, wykonawca może być obciążony karą umowną za wystąpienie tylko takich czynników, za które jest odpowiedzialny.

Nie Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SWIZ.

15. Zapytanie kierujemy do pakietu nr 11 do pozycji 5 tj. Kompresy włókninowe jałowe 7,5 x 7,5cm, 4w lub 6w x 2szt z wycięciem w kształcie Y. Czy Zamawiający dopuści kompresy włókninowe jałowe 10 x 10cm, 4w lub 6w x 2szt z wycięciem w kształcie Y?

Tak, dopuszczamy.

16. Zapytanie kierujemy do pakietu nr 11 do pozycji 19 tj. Opaska gipsowa 3m x10cm szybkowiążąca (czas wiązania 5 minut) obustronnie impregnowana masą gipsową, zawartość gipsu naturalnego min. 94 %, nawijana na rolkę, pakowana po 2 szt. Czy Zamawiający dopuści opaskę gipsową 3m x 10cm szybkowiążąca (czas wiązania 3 minuty) obustronnie impregnowana masą gipsową, zawartość gipsu naturalnego min. 94%, nawijana na rolkę, pakowana po 2 szt.?

Nie, Zamawiający utrzymuje zapisy SIWZ.

17. Zapytanie kierujemy do pakietu nr 11 do pozycji 20 tj. Opaska gipsowa 3m x12cm szybkowiążąca (czas wiązania 5 minut), obustronnie impregnowana masą gipsową, zawartość gipsu naturalnego min. 94 %, nawijana na rolkę, pakowana po 2 szt. Czy Zamawiający dopuści opaskę gipsową 3m x 12cm szybkowiążąca (czas wiązania 3 minuty), obustronnie impregnowana masą gipsową, zawartość gipsu naturalnego min. 94%, nawijana na rolkę, pakowana po 2 szt.?

Nie, Zamawiający utrzymuje zapisy SIWZ.

18. Zapytanie kierujemy do pakietu nr 11 do pozycji 21 tj. Opaska gipsowa 3m x15 (lub 14) cm szybkowiążąca (czas wiązania 5 minut), obustronnie impregnowana masą gipsową, zawartość gipsu naturalnego min. 94% , nawijana na rolkę, pakowana po 2 szt. Czy Zamawiający dopuści opaska gipsowa 3m x15 (lub 14) cm szybkowiążąca (czas wiązania 3 minut), obustronnie impregnowana masą gipsową, zawartość gipsu naturalnego min. 94% , nawijana na rolkę, pakowana po 2 szt.?

Nie, Zamawiający utrzymuje zapisy SIWZ.

19. Zapytanie kierujemy do pakietu nr 11 do pozycji 27 tj. Samoprzylepny opatrunek do mocowania kaniuli do wkłuc obwodowych foliowo - włókninowy z nacięciem, pokryty hypoalergicznym klejem, o zaokrąglonych rogach, umożliwiający obserwację miejsca wkłucia, utrzymujący się na powierzchni skóry minimum 72 godziny, rozm. 5,8 - 6cm x 8cm lub 7cm x 9cm? Czy Zamawiający dopuści samoprzylepny opatrunek do mocowania kaniuli do wkłuc obwodowych foliowo - foliowy z nacięciem, pokryty hypoalergicznym klejem, o zaokrąglonych rogach, umożliwiający obserwację miejsca wkłucia, utrzymujący się na powierzchni skóry minimum 72 godziny, rozm. 5,8 - 6cm x 8cm lub 7cm x 9cm.

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

20. Zapytanie kierujemy do pakietu nr 11 do pozycji 30 tj. Przylepiec jałowy do łączenia brzegów ran, wykonany z pasków włókniny, pokryty syntetycznym klejem poliakrykowym, o zaokrąglonych rogach, rozm. 6mm x 38mm x 6szt.? Czy Zamawiający odstąpi od o zaokrąglonych rogów przy pozycji przylepiec jałowy do łączenia brzegów ran, wykonany z pasków włókniny, pokryty syntetycznym klejem poliakrykowym, rozm. 6mm x 38mm x 6szt.?

Zamawiający zgadza się, odstępuje od zapisu zamieszczonego w SIWZ.

21. Zapytanie kierujemy do pakietu nr 11 do pozycji 33 tj. Pianka do oczyszczania skóry bez użycia wody, neutralizująca nieprzyjemny zapach kału i moczu, nie powodująca podrażnień skóry i błon śluzowych, a - 500 ml. Czy Zamawiający dopuści piankę do oczyszczania skóry bez użycia wody, neutralizująca nieprzyjemny zapach kału i moczu, nie powodująca podrażnień skóry i błon śluzowych, a - 400 ml?

Zamawiający sądzi, iż w pytaniu chodzi o Pakiet Nr 12 a nie 11. Zapis dotyczący przelicznika opakowań o pojemności a – 400 ml znajduje się w formularzu cenowym zaraz pod tabelą dotyczącą Pakietu Nr 12, oznaczony kolorem czerwonym. Brzmienie zapisu: „Poz. 33. W przypadku opakowań po 400 ml należy zaoferować 188 szt.”.

DYREKTOR
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Reszlu

Małgorzata Podgórska