

**Wykonawcy**  
**biorący udział w postępowaniu**  
**nr SOO.272.24.2015**

Nasz znak: SOO.272.24.2015

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr SOO.272.24.2015 w trybie przetargu nieograniczonego na: „Zakup wyposażenia dla Oddziału Ginekologiczno-Położniczego i Chorób Wewnętrznych Szpitala Powiatowego w Kętrzynie”

**Modyfikacja nr 2**

Powiat Kętrzyński, prowadząc w imieniu Szpitala Powiatowego w Kętrzynie postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nr SOO.272.24.2015 w trybie przetargu nieograniczonego na: „Zakup wyposażenia dla Oddziału Ginekologiczno-Położniczego i Chorób Wewnętrznych Szpitala Powiatowego w Kętrzynie”, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo Zamówień Publicznych (t. jedn. Dz.U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.) wprowadza modyfikację specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następującym zakresie:

1. w SIWZ rozdz. IV otrzymuje następujące brzmienie:

Przed modyfikacją:	Po modyfikacji:
<b>IV. Termin wykonania zamówienia.</b> Termin realizacji zamówienia: do 30 dni od podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego (realizacja w najwyżej dwóch uzgodnionych dostawach, jednak zakończonych i odebranych nie później niż 07.12.2015r. )	<b>IV. Termin wykonania zamówienia.</b> Termin realizacji zamówienia: <b>do 11.12.2015r.</b> (realizacja w najwyżej dwóch uzgodnionych dostawach, jednak zakończonych i odebranych nie później niż w w/w wskazanym terminie).

2. w SIWZ rozdz. X ust. 14 pkt 1 otrzymuje następujące brzmienie:

Przed modyfikacją:	Po modyfikacji:
14. Opis sposobu złożenia oferty: 1) ofertę wraz z kompletem dokumentów i oświadczeń określonych w SIWZ należy złożyć w kopercie (opakowaniu), która ma być zabezpieczona w sposób uniemożliwiający odczytanie jej zawartości bez uszkodzenia opakowania. Kopertę wewnętrzną należy zaadresować w następujący sposób:  <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <b>Powiat Kętrzyński, Pl. Grunwaldzki 1 11-400 Kętrzyn</b>  <b>Oferta „Zakup wyposażenia do Oddziału Ginekologiczno-Położniczego oraz Chorób Wewnętrznych Szpitala Powiatowego w Kętrzynie”</b>            Nr sprawy SOO.272.24.2015  <b>NIE OTWIERAĆ PRZED 19.10.2015r. GODZ. 12:30</b> </div>	14. Opis sposobu złożenia oferty: 1) ofertę wraz z kompletem dokumentów i oświadczeń określonych w SIWZ należy złożyć w kopercie (opakowaniu), która ma być zabezpieczona w sposób uniemożliwiający odczytanie jej zawartości bez uszkodzenia opakowania. Kopertę wewnętrzną należy zaadresować w następujący sposób:  <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <b>Powiat Kętrzyński, Pl. Grunwaldzki 1, 11-400 Kętrzyn</b>  <b>Oferta „Zakup wyposażenia do Oddziału Ginekologiczno-Położniczego oraz Chorób Wewnętrznych Szpitala Powiatowego w Kętrzynie”</b>            Nr sprawy SOO.272.24.2015  <b>NIE OTWIERAĆ PRZED 20.10.2015r. GODZ. 12:30</b> </div>

3. w SIWZ rozdz. XI, ust. 1 i 2 otrzymują następujące brzmienie:

Przed modyfikacją:	Po modyfikacji:
1. Miejsce i termin składania ofert: w siedzibie Zamawiającego – Starostwo Powiatowe w Kętrzynie, 11-400 Kętrzyn, Pl. Grunwaldzki 1, Biuro Obsługi Klienta (parter), pok. 14, w terminie do <b>19.10.2015r. do godz. 12<sup>00</sup></b> . 2. Miejsce i termin otwarcia ofert: w siedzibie Zamawiającego – Starostwo Powiatowe w Kętrzynie, 11-400 Kętrzyn, Pl. Grunwaldzki 1, w pokoju nr 50 w dniu <b>19.10.2015r. do godz. 12<sup>30</sup></b> .	1. Miejsce i termin składania ofert: w siedzibie Zamawiającego – Starostwo Powiatowe w Kętrzynie, 11-400 Kętrzyn, Pl. Grunwaldzki 1, Biuro Obsługi Klienta (parter), pok. 14, w terminie do <b>20.10.2015r. do godz. 12<sup>00</sup></b> . 2. Miejsce i termin otwarcia ofert: w siedzibie Zamawiającego – Starostwo Powiatowe w Kętrzynie, 11-400 Kętrzyn, Pl. Grunwaldzki 1, w pokoju nr 50 w dniu <b>20.10.2015r. do godz. 12<sup>30</sup></b> .

4. w zał. nr 5 do SIWZ „Istotne postanowienia umowy” - w treści załącznika Nr 2 do umowy - dokonuje się zmiany: w wierszu „1. Łóżko hydrauliczne” oraz w wierszu „2. Łóżko elektryczne”, opisów od słów „Elementy wyposażenia łóżka”, które uzyskują następujące brzmienie:

Przed modyfikacją:	
1.	Łóżko hydrauliczne ... <b>Elementy wyposażenia łóżka:</b> Materac w pokrowcu paroprzepuszczalnym, zmywalnym, odpornym na preparaty dezynfekcyjne z możliwością zdjęcia pokrowca i prania w temp. 90 stopni (minimum), możliwość poddania dezynfekcji chemicznej i termicznej, grubość materaca min. 10 cm.

		<p>Poszewka na kołdrę z haftem logo szpitala w Kętrzynie – zawartość bawełny min. 50%; wymiary kompatybilne z poduszką; temperatura prania ok. 90 stopni. Poszewka na poduszkę z haftem logo szpitala w Kętrzynie – zawartość bawełny min. 50%; wymiary kompatybilne z poduszką; temperatura prania ok. 90 stopni. Prześcieradło – kompatybilne z materacem; temperatura prania ok. 90 stopni. Kołdra – o wymiarach min. 190 cm x 130 cm ± 5 cm; Wykonana z materiałów umożliwiających przeprowadzenie dezynfekcji. Tkanina odporna na działanie standardowych środków dezynfekcyjnych używanych w szpitalach. Poduszka o wymiarach min. 70 cm x 70 cm ±5cm; Wykonana z materiałów umożliwiających przeprowadzenie dezynfekcji. Tkanina odporna na działanie standardowych środków dezynfekcyjnych używanych w szpitalach. Możliwość wyboru kolorów wypełnień szczytów min. 10 kolorów oraz kolorów ramy łóżka min. 2 kolory w tym szary. Certyfikat potwierdzający posiadanie znaku CE lub deklaracja zgodności CE, Zgłoszenie lub WPIS do Rejestru Wyrobów Medycznych, Certyfikat ISO 9001:2000 lub równoważny potwierdzający zdolność do ciągłego dostarczania wyrobów zgodnie z wymaganiami, Certyfikat ISO 13485:2003 potwierdzający, że producent wdrożył i utrzymuje system zarządzania jakością dla wyrobów medycznych. Do łóżek dołączone dwa komplety pościeli w kolorze jasnozielonym, o wymiarach dostosowanych do wymiarów łóżek. Do łóżek dołączony dodatkowy pokrowiec na materac (wg opisu jw.). Gwarancja min. 24 miesiące. Gwarancja zapewnienia zakupu części zamiennych przez okres 10 lat. Czas reakcji serwisu max. 72 godz.</p>
2.	Łóżko elektryczne	<p>...</p> <p><u>Elementy wyposażenia łóżek:</u></p> <p>Materac w pokrowcu paroprzepuszczalnym, zmywalnym, odpornym na preparaty dezynfekcyjne z możliwością zdjęcia pokrowca i prania w temp. 90 stopni (minimum), możliwość poddania dezynfekcji chemicznej i termicznej, grubość materaca min. 10 cm. Poszewka na kołdrę z haftem logo szpitala w Kętrzynie – zawartość bawełny min. 50%; wymiary kompatybilne z poduszką; temperatura prania ok. 90 stopni. Poszewka na poduszkę z haftem logo szpitala w Kętrzynie – zawartość bawełny min. 50%; wymiary kompatybilne z poduszką; temperatura prania ok. 90 stopni. Prześcieradło – kompatybilne z materacem; temperatura prania ok. 90 stopni. Kołdra – o wymiarach min. 190 cm x 130 cm; Wykonana z materiałów umożliwiających przeprowadzenie dezynfekcji. Tkanina odporna na działanie standardowych środków dezynfekcyjnych używanych w szpitalach. Poduszka o wymiarach min. 70 cm x 70 cm; Wykonana z materiałów umożliwiających przeprowadzenie dezynfekcji. Tkanina odporna na działanie standardowych środków dezynfekcyjnych używanych w szpitalach. Certyfikat potwierdzający posiadanie znaku CE lub deklaracja zgodności CE. Zgłoszenie lub WPIS do Rejestru Wyrobów Medycznych. Certyfikat ISO 9001:2000 lub równoważny potwierdzający zdolność do ciągłego dostarczania wyrobów zgodnie z wymaganiami, Certyfikat ISO 13485:2003 potwierdzający, że producent wdrożył i utrzymuje system zarządzania jakością dla wyrobów medycznych. Do łóżek dołączone dwa komplety pościeli w kolorze jasnozielonym, o wymiarach dostosowanych do wymiarów łóżek. Do łóżek dołączony dodatkowy pokrowiec na materac (wg opisu jw.). Gwarancja min. 24 miesiące. Serwis pogwarancyjny, odpłatny przez okres min. 10 lat. Gwarancja zapewnienia zakupu części zamiennych przez okres 10 lat. Czas reakcji serwisu max. 72 godz.</p>
<b>Po modyfikacji:</b>		
1.	Łóżko hydrauliczne	<p>...</p> <p><u>Elementy wyposażenia łóżek:</u></p> <p>Materac w pokrowcu paroprzepuszczalnym, zmywalnym, odpornym na preparaty dezynfekcyjne z możliwością zdjęcia pokrowca i prania w temp. 90 stopni (minimum), możliwość poddania dezynfekcji chemicznej i termicznej, grubość materaca min. 10 cm.</p> <p>Gramatura i materiał:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) kołdra -waga wsadu: 1100-1200g , produkt antyalergiczny, wyrób medyczny,</li> <li>2) poduszka -waga wsadu: 1000g , produkt antyalergiczny, wyrób medyczny,</li> <li>3) pościel – min. 180g/m<sup>2</sup>, typ materiału: płótno.</li> </ol> <p>Poszewka na kołdrę z haftem logo szpitala w Kętrzynie – zawartość bawełny 100%; wymiary poszewki kompatybilne z kołdrą; temperatura prania ok. 90 stopni.</p> <p>Poszewka na poduszkę z haftem logo szpitala w Kętrzynie – zawartość bawełny 100%; wymiary kompatybilne z poduszką; temperatura prania ok. 90 stopni.</p> <p>Prześcieradło – kompatybilne z materacem; temperatura prania ok. 90 stopni.</p> <p>Kołdra – o wymiarach min. 200 cm x 140 cm; wykonana z materiałów umożliwiających przeprowadzenie dezynfekcji. Tkanina odporna na działanie standardowych środków dezynfekcyjnych używanych w szpitalach.</p> <p>Poduszka o wymiarach min. 70 cm x 80 cm; wykonana z materiałów umożliwiających przeprowadzenie dezynfekcji. Tkanina odporna na działanie standardowych środków dezynfekcyjnych używanych w szpitalach.</p> <p>Do łóżek dołączone dwa komplety pościeli w kolorze jasnozielonym, o wymiarach dostosowanych do wymiarów kołdry i poduszki.</p> <p>Do łóżek dołączony dodatkowy pokrowiec na materac (wg opisu jw.).</p> <p>Certyfikat potwierdzający posiadanie znaku CE lub deklaracja zgodności CE, Zgłoszenie lub WPIS do Rejestru Wyrobów Medycznych, Certyfikat ISO 9001:2000 lub równoważny potwierdzający zdolność do ciągłego dostarczania wyrobów zgodnie z wymaganiami, Certyfikat ISO 13485:2003 potwierdzający, że producent wdrożył i utrzymuje system zarządzania jakością dla wyrobów medycznych.</p> <p>Gwarancja min. 24 miesiące. Gwarancja zapewnienia zakupu części zamiennych przez okres</p>

		10 lat. Czas reakcji serwisu max. 72 godz.
2.	Łóżko elektryczne	<p>...</p> <p><u>Elementy wyposażenia łóżek:</u></p> <p>Materac w pokrowcu paroprzepuszczalnym, zmywalnym, odpornym na preparaty dezynfekcyjne z możliwością zdjęcia pokrowca i prania w temp. 90 stopni (minimum), możliwość poddania dezynfekcji chemicznej i termicznej, grubość materaca min. 10 cm.</p> <p>Gramatura i materiał:</p> <p>1) kołdra -waga wsadu: 1100-1200g , produkt antyalergiczny, wyrób medyczny,</p> <p>2) poduszka -waga wsadu: 1000g , produkt antyalergiczny, wyrób medyczny,</p> <p>3) pościel – min. 180g/m<sup>2</sup>, typ materiału: płótno.</p> <p>Poszewka na kołdrę z haftem logo szpitala w Kętrzynie – zawartość bawełny 100%; wymiary poszewki kompatybilne z kołdrą; temperatura prania ok. 90 stopni.</p> <p>Poszewka na poduszkę z haftem logo szpitala w Kętrzynie – zawartość bawełny 100%; wymiary kompatybilne z poduszką; temperatura prania ok. 90 stopni.</p> <p>Prześcieradło – kompatybilne z materacem; temperatura prania ok. 90 stopni.</p> <p>Kołdra – o wymiarach min. 200 cm x 140 cm; wykonana z materiałów umożliwiających przeprowadzenie dezynfekcji. Tkanina odporna na działanie standardowych środków dezynfekcyjnych używanych w szpitalach.</p> <p>Poduszka o wymiarach min. 70 cm x 80 cm; wykonana z materiałów umożliwiających przeprowadzenie dezynfekcji. Tkanina odporna na działanie standardowych środków dezynfekcyjnych używanych w szpitalach.</p> <p>Do łóżek dołączone dwa komplety pościeli w kolorze jasnozielonym, o wymiarach dostosowanych do wymiarów kołdry i poduszki.</p> <p>Do łóżek dołączony dodatkowy pokrowiec na materac (wg opisu jw.).</p> <p>Certyfikat potwierdzający posiadanie znaku CE lub deklaracja zgodności CE, Zgłoszenie lub WPIS do Rejestru Wyrobów Medycznych, Certyfikat ISO 9001:2000 lub równoważny potwierdzający zdolność do ciągłego dostarczania wyrobów zgodnie z wymaganiami, Certyfikat ISO 13485:2003 potwierdzający, że producent wdrożył i utrzymuje system zarządzania jakością dla wyrobów medycznych.</p> <p>Gwarancja min. 24 miesiące. Gwarancja zapewnienia zakupu części zamiennych przez okres 10 lat. Czas reakcji serwisu max. 72 godz.</p>

5. w zał. nr 5 do SIWZ „Istotne postanowienia umowy” § 11 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

Przed modyfikacją:	Po modyfikacji:
3. Wykonawca dostarczy faktury, nie później niż do dnia 07.12.2015r., odpowiednio do siedziby Starostwa Powiatowego w Kętrzynie przy Pl. Grunwaldzkim 1, parter, pok. 14 i siedziby Szpitala Powiatowego w Kętrzynie przy ul. ul. M.C. Skłodowskiej 2, III piętro (sekretariat).	3. Wykonawca dostarczy faktury, nie później niż do dnia <b>11.12.2015r.</b> , odpowiednio do siedziby Starostwa Powiatowego w Kętrzynie przy Pl. Grunwaldzkim 1, parter, pok. 14 i siedziby Szpitala Powiatowego w Kętrzynie przy ul. ul. M.C. Skłodowskiej 2, III piętro (sekretariat).

6. w zał. nr 6 do SIWZ „Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia” dokonuje się korekty błędu pisarskiego w pkt 10, który uzyskuje następujące brzmienie:

„10. Szczegółowy wykaz przedmiotu zamówienia określa poniższa tabela:

Przed modyfikacją:		
Lp	Przedmiot zamówienia	Ilość (w szt./ zestawach)
1.	Łóżka hydrauliczne	58
2.	Łóżka elektryczne	30
3.	Szafki przyłóżkowe	88
Po modyfikacji:		
Lp	Przedmiot zamówienia	Ilość (w szt./ zestawach)
1.	Łóżka hydrauliczne	20
2.	Łóżka elektryczne	15
3.	Szafki przyłóżkowe	35

7. w zał. nr 6 do SIWZ „Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia” dokonuje się zmiany w pkt 11: wiersz „1. Łóżko hydrauliczne” oraz wiersz „2. Łóżko elektryczne”, opisów od słów „Elementy wyposażenia łóżka”, które uzyskują następujące brzmienie:

„ 11. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przed modyfikacją:		
1.	Łóżko hydrauliczne	<p>...</p> <p><u>Elementy wyposażenia łóżka:</u></p> <p>Materac w pokrowcu paroprzepuszczalnym, zmywalnym, odpornym na preparaty</p>

		<p>dezynfekcyjne z możliwością zdjęcia pokrowca i prania w temp. 90 stopni (minimum), możliwość poddania dezynfekcji chemicznej i termicznej, grubość materaca min. 10 cm. Poszewka na kołdrę z haftem logo szpitala w Kętrzynie – zawartość bawełny min. 50%; wymiary kompatybilne z poduszką; temperatura prania ok. 90 stopni. Poszewka na poduszkę z haftem logo szpitala w Kętrzynie – zawartość bawełny min. 50%; wymiary kompatybilne z poduszką; temperatura prania ok. 90 stopni. Prześcieradło – kompatybilne z materacem; temperatura prania ok. 90 stopni. Kołdra – o wymiarach min. 190 cm x 130 cm ± 5 cm; Wykonana z materiałów umożliwiających przeprowadzenie dezynfekcji. Tkanina odporna na działanie standardowych środków dezynfekcyjnych używanych w szpitalach. Poduszka o wymiarach min. 70 cm x 70 cm ± 5cm; Wykonana z materiałów umożliwiających przeprowadzenie dezynfekcji. Tkanina odporna na działanie standardowych środków dezynfekcyjnych używanych w szpitalach. Możliwość wyboru kolorów wypełnień szczytów min. 10 kolorów oraz kolorów ramy łóżka min. 2 kolory w tym szary. Certyfikat potwierdzający posiadanie znaku CE lub deklaracja zgodności CE, Zgłoszenie lub WPIS do Rejestru Wyrobów Medycznych, Certyfikat ISO 9001:2000 lub równoważny potwierdzający zdolność do ciągłego dostarczania wyrobów zgodnie z wymaganiami, Certyfikat ISO 13485:2003 potwierdzający, że producent wdrożył i utrzymuje system zarządzania jakością dla wyrobów medycznych. Do łóżek dołączone dwa komplety pościeli w kolorze jasnozielonym, o wymiarach dostosowanych do wymiarów łóżek. Do łóżek dołączony dodatkowy pokrowiec na materac (wg opisu jw.). Gwarancja min. 24 miesiące. Gwarancja zapewnienia zakupu części zamiennych przez okres 10 lat. Czas reakcji serwisu max. 72 godz.</p>
2.	Łóżko elektryczne	<p>...</p> <p><u>Elementy wyposażenia łóżek:</u></p> <p>Materac w pokrowcu paroprzepuszczalnym, zmywalnym, odpornym na preparaty dezynfekcyjne z możliwością zdjęcia pokrowca i prania w temp. 90 stopni (minimum), możliwość poddania dezynfekcji chemicznej i termicznej, grubość materaca min. 10 cm. Poszewka na kołdrę z haftem logo szpitala w Kętrzynie – zawartość bawełny min. 50%; wymiary kompatybilne z poduszką; temperatura prania ok. 90 stopni. Poszewka na poduszkę z haftem logo szpitala w Kętrzynie – zawartość bawełny min. 50%; wymiary kompatybilne z poduszką; temperatura prania ok. 90 stopni. Prześcieradło – kompatybilne z materacem; temperatura prania ok. 90 stopni. Kołdra – o wymiarach min. 190 cm x 130 cm; Wykonana z materiałów umożliwiających przeprowadzenie dezynfekcji. Tkanina odporna na działanie standardowych środków dezynfekcyjnych używanych w szpitalach. Poduszka o wymiarach min. 70 cm x 70 cm; Wykonana z materiałów umożliwiających przeprowadzenie dezynfekcji. Tkanina odporna na działanie standardowych środków dezynfekcyjnych używanych w szpitalach. Certyfikat potwierdzający posiadanie znaku CE lub deklaracja zgodności CE. Zgłoszenie lub WPIS do Rejestru Wyrobów Medycznych. Certyfikat ISO 9001:2000 lub równoważny potwierdzający zdolność do ciągłego dostarczania wyrobów zgodnie z wymaganiami, Certyfikat ISO 13485:2003 potwierdzający, że producent wdrożył i utrzymuje system zarządzania jakością dla wyrobów medycznych. Do łóżek dołączone dwa komplety pościeli w kolorze jasnozielonym, o wymiarach dostosowanych do wymiarów łóżek. Do łóżek dołączony dodatkowy pokrowiec na materac (wg opisu jw.). Gwarancja min. 24 miesiące. Serwis pogwarancyjny, odpłatny przez okres min. 10 lat. Gwarancja zapewnienia zakupu części zamiennych przez okres 10 lat. Czas reakcji serwisu max. 72 godz.</p>
<b>Po modyfikacji:</b>		
1.	Łóżko hydrauliczne	<p>...</p> <p><u>Elementy wyposażenia łóżek:</u></p> <p>Materac w pokrowcu paroprzepuszczalnym, zmywalnym, odpornym na preparaty dezynfekcyjne z możliwością zdjęcia pokrowca i prania w temp. 90 stopni (minimum), możliwość poddania dezynfekcji chemicznej i termicznej, grubość materaca min. 10 cm.</p> <p>Gramatura i materiał:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) kołdra -waga wsadu: 1100-1200g , produkt antyalergiczny, wyrób medyczny,</li> <li>2) poduszka -waga wsadu: 1000g , produkt antyalergiczny, wyrób medyczny,</li> <li>3) pościel – min. 180g/m<sup>2</sup>, typ materiału: płótno.</li> </ol> <p>Poszewka na kołdrę z haftem logo szpitala w Kętrzynie – zawartość bawełny 100%; wymiary poszewki kompatybilne z kołdrą; temperatura prania ok. 90 stopni.</p> <p>Poszewka na poduszkę z haftem logo szpitala w Kętrzynie – zawartość bawełny 100%; wymiary kompatybilne z poduszką; temperatura prania ok. 90 stopni.</p> <p>Prześcieradło – kompatybilne z materacem; temperatura prania ok. 90 stopni.</p> <p>Kołdra – o wymiarach min. 200 cm x 140 cm; wykonana z materiałów umożliwiających przeprowadzenie dezynfekcji. Tkanina odporna na działanie standardowych środków dezynfekcyjnych używanych w szpitalach.</p> <p>Poduszka o wymiarach min. 70 cm x 80 cm; wykonana z materiałów umożliwiających przeprowadzenie dezynfekcji. Tkanina odporna na działanie standardowych środków dezynfekcyjnych używanych w szpitalach.</p> <p>Do łóżek dołączone dwa komplety pościeli w kolorze jasnozielonym, o wymiarach dostosowanych do wymiarów kołdry i poduszki.</p> <p>Do łóżek dołączony dodatkowy pokrowiec na materac (wg opisu jw.).</p> <p>Certyfikat potwierdzający posiadanie znaku CE lub deklaracja zgodności CE, Zgłoszenie lub WPIS do Rejestru Wyrobów Medycznych, Certyfikat ISO 9001:2000 lub równoważny potwierdzający zdolność do ciągłego dostarczania wyrobów zgodnie z wymaganiami, Certyfikat ISO 13485:2003 potwierdzający, że producent wdrożył i utrzymuje system zarządzania jakością</p>

		dla wyrobów medycznych. Gwarancja min. 24 miesiące. Gwarancja zapewnienia zakupu części zamiennych przez okres 10 lat. Czas reakcji serwisu max. 72 godz.
2.	Łóżko elektryczne	... <u>Elementy wyposażenia łóżek:</u> Materac w pokrowcu paroprzepuszczalnym, zmywalnym, odpornym na preparaty dezynfekcyjne z możliwością zdjęcia pokrowca i prania w temp. 90 stopni (minimum), możliwość poddania dezynfekcji chemicznej i termicznej, grubość materaca min. 10 cm. Gramatura i materiał: 1) kołdra -waga wsadu: 1100-1200g , produkt antyalergiczny, wyrób medyczny, 2) poduszka -waga wsadu: 1000g , produkt antyalergiczny, wyrób medyczny, 3) pościel – min. 180g/m <sup>2</sup> , typ materiału: płótno. Poszewka na kołdrę z haftem logo szpitala w Kętrzynie – zawartość bawełny 100%; wymiary poszewki kompatybilne z kołdrą; temperatura prania ok. 90 stopni. Poszewka na poduszkę z haftem logo szpitala w Kętrzynie – zawartość bawełny 100%; wymiary kompatybilne z poduszką; temperatura prania ok. 90 stopni. Prześcieradło – kompatybilne z materacem; temperatura prania ok. 90 stopni. Kołdra – o wymiarach min. 200 cm x 140 cm; wykonana z materiałów umożliwiających przeprowadzenie dezynfekcji. Tkanina odporna na działanie standardowych środków dezynfekcyjnych używanych w szpitalach. Poduszka o wymiarach min. 70 cm x 80 cm; wykonana z materiałów umożliwiających przeprowadzenie dezynfekcji. Tkanina odporna na działanie standardowych środków dezynfekcyjnych używanych w szpitalach. Do łóżek dołączone dwa komplety pościeli w kolorze jasnozielonym, o wymiarach dostosowanych do wymiarów kołdry i poduszki. Do łóżek dołączony dodatkowy pokrowiec na materac (wg opisu jw.). Certyfikat potwierdzający posiadanie znaku CE lub deklaracja zgodności CE, Zgłoszenie lub WPIS do Rejestru Wyrobów Medycznych, Certyfikat ISO 9001:2000 lub równoważny potwierdzający zdolność do ciągłego dostarczania wyrobów zgodnie z wymaganiami, Certyfikat ISO 13485:2003 potwierdzający, że producent wdrożył i utrzymuje system zarządzania jakością dla wyrobów medycznych. Gwarancja min. 24 miesiące. Gwarancja zapewnienia zakupu części zamiennych przez okres 10 lat. Czas reakcji serwisu max. 72 godz.

Zmodyfikowany i ujednolicony tekst: SIWZ, zał. nr 6 do SIWZ – „Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia”, zał. nr 5 do SIWZ – „Istotne postanowienia umowy” są do pobrania na stronie internetowej:

[http://bip.warmia.mazury.pl/powiat\\_ketrzynski/zamowienia\\_publiczne/245/302/Zakup\\_wyposazenia\\_do\\_Oddzialu\\_Ginekologiczno-Polozniczego\\_oraz\\_Chorob\\_Wewnetrznych\\_Szpitala\\_Powiatowego\\_w\\_Ketrzynie/](http://bip.warmia.mazury.pl/powiat_ketrzynski/zamowienia_publiczne/245/302/Zakup_wyposazenia_do_Oddzialu_Ginekologiczno-Polozniczego_oraz_Chorob_Wewnetrznych_Szpitala_Powiatowego_w_Ketrzynie/)

Wykonawcy zobowiązani są uwzględnić zmiany wprowadzone modyfikacją SIWZ podczas sporządzania ofert, w tym także podczas wypełniania załączników i druków. Oferty złożone bez zastosowania się do modyfikacji podlegać będą odrzuceniu jako niezgodne z SIWZ.

Pozostałe zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.

STAROSTA  
Ryszard Henryk Niedziółka

