

Kętrzyn, dnia 26.02.2016r

Nr sprawy: 06/PN/2016
Szpital Powiatowy w Kętrzynie
11-400 Kętrzyn, ul.M.C. Skłodowskiej 2
Tel. 89 751 25 02, Fax. 89 751 37 97
Regon 510929362, NIP 742-18-36-030
KSIĘGA REJESTROWA 28-00361
Szpital Powiatowy w Kętrzynie 01

**Do wszystkich Wykonawców
postępowania 06/PN/2016**

Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ

W nawiązaniu do prowadzonego przez Zamawiającego: Szpital Powiatowy w Kętrzynie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego pt. „Dostawa endoprotez do Szpitala Powiatowego w Kętrzynie” znak postępowania 06/PN/2016, Zamawiający w trybie art. 38 ust. 1 ustawy PZP udziela wyjaśnień do SIWZ o następującej treści:

Pytanie/Wniosek 1:

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1 wyrazi zgodę na zaferowanie endoprotezy totalne stawu biodrowego o następujących parametrach:

L.p.	Nazwa	J.m.	Ilość
1.	Trzpień, mocowany w przynasadzie, bezcementowy, wykonany ze stopu tytanu, pokryty szorstkimi płatkami tytanu. Dostępny w 13 rozmiarach, w wersji standard offset oraz high offset, o długości trzpienia od 95 do 119 mm, z kątem szyjkowym 130 stopni oraz stożku 12/14. Równomierny wzrost rozmiaru M-L o 1,25mm oraz długości o 2mm między rozmiarami. Lateralizacja o 6 mm w rozmiarze 0-3, oraz o 8mm w rozmiarze 4-12	szt.	20
2.	Trzpień, mocowany w przynasadzie, bezcementowy, wykonany ze stopu tytanu, pokryty szorstkimi płatkami tytanu. Dostępny w 13 rozmiarach, w wersji standard offset oraz high offset.	szt.	20
3.	Trzpień ze stopu tytanowego, prosty, zwiężający się dystalnie, prostokątny w przekroju na całej długości, w opcji kołnierzyowy i bezkołnierzyowy oraz w opcji standard, coxa vara i high offset, na całej długości pokryty hydroksyapatytem (średnia grubość 155µm); długość trzpienia od 115mm do 190mm i prostokątnym przekroju poprzecznym od 8mm do 20mm. Dla typu Coxa Vara ze 125° kątem szyjki w rozmiarach od 130mm do 170mm długości. Trzpień posiada na całej powierzchni wzdluzne i poprzeczne nacięcia umożliwiające bardzo dobrą pierwotną stabilizację. Szyjka polerowana, spłaszczona w płaszczyźnie A/P. W opcji trzpień dysplastyczny w opcji kołnierzyowej i bezkołnierzyowej	szt.	50
4.	Głowa metalowa o średnicy 22,2 mm, 28 mm, 32 mm CoCr, 2 długości dla rozmiaru 22,2, 4 długości szyjki dla rozmiaru 28, 3 długości szyjki dla rozmiaru 32, konus 12/14	szt.	45
5.	Głowa ceramiczna (biolox delta) 28mm, 32mm i 36mm, min. 3 długości szyjki, wybór średnicy i typu głowy śródoperacyjnie.	szt.	55
6.	Panewka hemisferyczna, bezcementowa typu "press-fit", wykonana ze stopu tytanowego posiadająca uniwersalny mechanizm osadzania wkładek polietylenowych i ceramicznych, bezotworowa oraz z możliwością zastosowania 3 śrub mocujących. Średnica zewnętrzna panewki 48-66mm ze skokiem co 2mm w opcji z panewka 38-46 oraz 68-72 wielootworowa z możliwością użycia 5-7 śrub (w zależności od rozmiaru)	szt.	90
7.	Wkładka polietylenowa crosslink o średnicy wewnętrznej 28mm w rozmiarach 44-66 neutralna oraz z okapem w rozmiarach 48-66; o średnicy wewn. 32 neutralna i z reorientacją dziesięciostopniową 52-66 oraz o średnicy wewn. 36mm w rozmiarach 56-66mm neutralna oraz w rozmiarach 52-66mm z dziesięciostopniową reorientacją	szt.	35
8.	Wkładka w całości ceramiczna (biolox delta)	szt.	55

9.	Trzpień cementowy gładki stalowy polerowany bezkolnierzowy zwężający się dystalnie o długościach od 115 mm do 190 mm w 11 rozmiarach, kąt szyjki 135 stopni, trzpień w wersji standardowej oraz wersji High Offset (o odsuniętej bocznie osi trzpienia względem środka rotacji głowy bez zmiany kąta szyjki), stożek 12/14. Niewymagający centralizera.	szt.	10
10.	Panewka cementowana - wykonana z polietylenu UHMWPE w rozmiarach od 44 mm do 54 mm, średnica wewnętrzna panewki 28mm i 32mm. Panewka posiada znacznik radiologiczny.	szt.	10
11.	Brak – trzpień niewymagający centralizera	szt.	0
12.	Korek do blokowania kanału kości	szt.	10
13.	Zestaw jednorazowy do ciśnieniowego płukania kości biodrowy	szt.	10

Odpowiedź 1: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie/Wniosek 2:

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 2 wyrazi zgodę na zaoferowanie endoprotezy totalne stawu biodrowego o następujących parametrach:

L.p.	Nazwa	J.m.	Ilość
1.	Trzpień cementowy gładki stalowy polerowany bezkolnierzowy zwężający się dystalnie o długościach od 115 mm do 190 mm w 11 rozmiarach, kąt szyjki 135 stopni, trzpień w wersji standardowej oraz wersji High Offset (o odsuniętej bocznie osi trzpienia względem środka rotacji głowy bez zmiany kąta szyjki), stożek 12/14. Niewymagający centralizera.	szt.	20
2.	Głowa metalowa o średnicy 22,2 mm, 28 mm, 32 mm CoCr, 2 długości dla rozmiaru 22,2, 4 długości szyjki dla rozmiaru 28, 3 długości szyjki dla rozmiaru 32, konus 12/14	szt.	20
3.	Brak – trzpień niewymagający centralizera	szt.	0
4.	Korek do blokowania kanału kości	szt.	20
5.	Głowa bipolarna o podwójnej artykulacji (metal - polietylen - metal), wykorzystująca dodatkową artykulację w celu zmniejszenia zużycia panewki; pasująca do metalowej głowy o średnicy 22.225 mm w 2 dł. szyjki lub 28mm w 5 dł. szyjki oraz metalowej głowy zewnętrznej posiadającej eliptyczny kształt, o dodatnim mimośrodku, zapewniającej prawidłowe anatomiczne położenie i właściwe rozmieszczenie działających sił; dostępna w 23 rozmiarach (39mm - 65mm) dla głowy wewnętrznej o średnicy 28mm oraz w 19 rozmiarach (39mm - 57mm) dla głowy wewnętrznej o średnicy 22.225mm; głowa wewnętrzna pasująca na stożek 12/14.	szt.	20
6	Śrubopłytki dynamiczne, tytanowe do zespalania złamań śródtorebkowych szyjki kości udowej	szt.	10
7	Śruby kaniulowane do złamań szyjki kości udowej	szt.	30
8	Śruby ryglujące dystalne	szt.	20
9	Spacer biodrowy z gentamycyną w min 6 rozmiarach	szt.	2
10	Spacer biodrowy z gentamycyną i vancomycyną w min 6 rozmiarach	szt.	2
11	Spacer biodrowy z gentamycyną w min 6 rozmiarach	szt.	2
12	Spacer biodrowy z gentamycyną i vancomycyną w min 6 rozmiarach	szt.	2

Odpowiedź 2: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie/Wniosek 3:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę parametrów w celu poszerzenia dostępnych opcji dla odpowiedniego i bezpiecznego zaopatrzenia pacjentów:

- w Pakiecie nr 1 poz 2 Trzpień, mocowany w przynasadzie, bezcementowy, wykonany ze stopu tytanu, pokryty szorstkimi płatkami tytanu. Dostępny w **13 rozmiarach**, w wersji standard offset oraz high offset.
- w Pakiecie nr 1 poz 6 Panewka hemisferyczna, bezcementowa, wykonana ze stopu tytanowego posiadająca uniwersalny mechanizm osadzania wkładek polietylenowych i ceramicznych. Średnica zewnętrzna panewki **48-66mm** ze skokiem co 2mm w opcji z panewka **38-46 oraz 68-72** wielootworowa.

- w Pakiecie nr 1 poz 9 Trzpień cementowy gładki stalowy polerowany bezkołnierzowy zwięzający się dystalnie o długościach od 115 mm do 190 mm w **11 rozmiarach**, kąt szyjki 135 stopni, trzpień w wersji standardowej oraz wersji High Offset. **Niewymagający centralizera.**

Odpowiedź 3: Zamawiający dopuszcza wskazane w pytaniu rozwiązania.

Pytanie/Wniosek 4:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę parametrów w celu poszerzenia dostępnych opcji dla odpowiedniego i bezpiecznego zaopatrzenia pacjentów:

- w Pakiecie nr 2 poz 1 Trzpień cementowy gładki stalowy polerowany bezkołnierzowy zwięzający się dystalnie o długościach od 115 mm do 190 mm w **11 rozmiarach**, kąt szyjki 135 stopni, trzpień w wersji standardowej oraz wersji High Offset. **Niewymagający centralizera.**

- w Pakiecie nr 2 poz 5 Głowa bipolarna o podwójnej artykulacji (metal - polietylen - metal), wykorzystująca dodatkową artykulację w celu zmniejszenia zużycia panewki; eliptyczny kształt, o dodatnim mimośrodku, zapewniającej prawidłowe anatomiczne położenie i właściwe rozmieszczenie działających sił; dostępna w **23 rozmiarach (39mm - 65mm)** dla głowy wewnętrznej o średnicy 28mm oraz w **19 rozmiarach (39mm - 57mm)** dla głowy wewnętrznej o średnicy 22.225mm;

Odpowiedź 4: Zamawiający dopuszcza wskazane w pytaniu rozwiązania.

Pytanie/Wniosek 5:

Działając na podstawie art. 38 Prawa zamówień publicznych, w związku z sporo większą ilością cementów i zestawów płukających niż wynika to z ilości endoprotez cementowych zwracamy się do Zamawiającego o modyfikację bez zachowania pierwotnych opisów w pakiecie 3 :

L.p.	Nazwa	J.m.	Ilość
1	Cement kostny z gentamycyną 1x60g Cement kostny średniej lepkości z dodatkiem gentamycyny, zamknięty w próżniowym strzykawko-mieszalniku	szt.	15
2	Jednorazowy, bateryjny zestaw do płukania pulsacyjnego	szt.	15
3	Panewka dwumobilna bezcementowa wraz z wkładką mobilną do trudnych przypadków, w rozmiarze 46-68mm	kpl	2
4	Panewka dwumobilna cementowa wraz z wkładką mobilną do trudnych przypadków, w rozmiarze 46-68mm	kpl	2
5	Hybrydowy substytut kości w postaci mieszanki β TCP i PMMA osiągający maksymalną wytrzymałość mechaniczną tuż po aplikacji 10ml	szt	2
6	mieszalnik do w/w hybrydowego mieszalnika	szt.	2
7	aplikator do w/w hybrydowego substytutu	szt.	2

Odpowiedź 5:

Zamawiający dopuszcza wskazane w zapytaniu rozwiązania pozostawiając również pierwotne opisy w pakiecie nr 3.

Pytanie/Wniosek 6:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie załącznika do umowy w postaci umowy przechowania, której wzór przesyłamy w załączeniu?

Załącznik do pytania nr 6:

„UMOWA PRZECHOWANIA

zwana dalej Umową, zawarta w dniu pomiędzy:

..... z siedzibą w wpisanym

do.....pod numerem.....

NIP.....,REGON.....

reprezentowanym przez:

1).....

zwanym dalej Przechowawcą

a z siedzibą w wpisaną do IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:, NIP:, REGON, reprezentowanym przez:

1).....
zwanym dalej Składającym.

§1

1. Składający zleca, a Przechowawca przyjmuje na przechowanie towary będące przedmiotem umowy dostawy z dnia w asortymencie i cenach określonych w Załączniku nr 1 do Umowy.
2. Przechowawca jako miejsce przechowywania wskazuje pomieszczenie na bloku operacyjnym, które znajduje się _____ – osoba nadzorująca podmagazyn Pani/Pan _____

§2

1. Składający dostarczy Przechowawcy Przedmiot przechowania w terminie 14 dni od daty rozpoczęcia obowiązywania Umowy.
2. Przyjęcie Przedmiotu przechowania dokonane zostanie na podstawie protokołu przyjęcia będącego Załącznikiem nr 2 do Umowy i stanowiącego jej integralną część, podpisanego przez upoważnionych pisemnie przedstawicieli stron Umowy.
3. Szczegółowy opis stanu technicznego Przedmiotu przechowania, sporządzony przez Przechowawcę, znajduje się w Załączniku nr 2 do Umowy.

§3

Przechowawca zobowiązuje się do prawidłowego przechowywania Przedmiotu przechowania tak, by zachować go w stanie nie pogorszonym.

§4

Przechowawca ponosi odpowiedzialność z tytułu ryzyka utraty bądź uszkodzenia Przedmiotu przechowania.

§5

Składający może odebrać Przedmiot przechowania po uprzednim powiadomieniu Przechowawcy pisemnie, faksem lub telefonicznie na 30 dni przed datą odbioru.

§6

1. Przechowawca ma prawo kupić Przedmiot przechowania na potrzeby własne przy zachowaniu procedur opisanych **w umowie**.
2. O pobraniu Przedmiotu przechowania Przechowawca powiadamia Składającego w terminie 3 dni od daty pobrania na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do Umowy.
3. Za pobrany Przedmiot przechowania Składający obciąży Przechowawcę na podstawie faktury VAT z terminem zapłaty 30 dni od daty doręczenia jej do Przechowawcy. Ceny za zakupiony Przedmiot przechowania Składający ustali zgodnie z postanowieniami umowy dostawy, o której mowa w par.1 ust.1 Umowy.
4. Przechowawca zobowiązuje się do pobierania Przedmiotu przechowania według daty ważności, począwszy od najkrótszej dla danego asortymentu.

§7

Składający zobowiązuje się do utrzymania pełnego asortymentu i ilości wymienionych w Załączniku nr 1 do Umowy towarów oddanych na przechowanie, zgodnie z zamówieniami przekazanymi przez Przechowawcę pisemnie, faksem lub telefonicznie i przy zachowaniu przez niego procedur opisanych w § 2 Umowy.

§8

1. Składający może dokonać spisu z natury Przedmiotu przechowania u Przechowawcy oraz dokonać kontroli warunków ich przechowywania w każdym uzgodnionym wcześniej z Przechowawcą terminie.
2. Czynności wymienione w ust. 1 Składający dokonuje co najmniej raz na kwartał w terminie uzgodnionym z Przechowawcą.

§9

1. Umowa została zawarta na czas określony od do
2. Każdej ze stron przysługuje prawo do wypowiedzenia Umowy z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.
3. Umowa rozwiązuje się z dniem rozwiązania umowy dostawy, o której mowa w §1 Umowy.

§10

Wszelkie zmiany niniejszej umowy pod rygorem nieważności wymagają formy pisemnej.

§11

W kwestiach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mieć będą przepisy kodeksu cywilnego.

§12

Wszelkie spory lub roszczenia wynikające z Umowy lub z jej naruszenia, rozwiązania lub nieważności albo też z nimi związane, będą rozstrzygane przez Sądj, zgodnie z zasadami arbitrażu określonymi w regulaminie i statucie tego Sądu.

§13

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

SKŁADAJĄCY

PRZECHOWAWCA”

Odpowiedź 6:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie/Wniosek 7:

W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 5 ust. 2 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji

Odpowiedź 7:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie do projektu umowy wskazanych w pytaniu zapisów.

Pytanie/Wniosek 8:

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 8 ust.1, 2, 3

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu:

1) za każdy dzień zwłoki w dostawie w stosunku do terminu określonego w Umowie – karę umowną w wysokości 0,5 % wartości brutto Produktów (według cen jednostkowych określonych w Umowie), których dotyczy zwłoka w dostawie, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto opóźnionej dostawy

2) za każdy dzień zwłoki w wymianie odebranych przez Zamawiającego Produktów posiadających wady na Produkty wolne od wad w stosunku do terminu określonego w Umowie – karę umowną w wysokości 0,5 % wartości brutto Produktów (według cen jednostkowych określonych w Umowie), których dotyczy zwłoka w wymianie na Produkty wolne od wad, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto wadliwej dostawy

2. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umową w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części Umowy.

3. W przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od Umowy z przyczyn nieleżących po stronie Zamawiającego, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umową w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części Umowy.

Odpowiedź 8:

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisów umowy jedynie w części dotyczącej wysokości kar, tzn. modyfikuje projekt umowy w następujący sposób:

„1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu:

1) za każdy dzień zwłoki w dostawie w stosunku do terminu określonego w Umowie – karę umowną w wysokości 0,5 % wartości brutto Produktów (według cen jednostkowych określonych w Umowie), których dotyczy zwłoka w dostawie.

2) za każdy dzień zwłoki w wymianie odebranych przez Zamawiającego Produktów posiadających wady na Produkty wolne od wad w stosunku do terminu określonego w Umowie – karę umowną w wysokości 0,5 % wartości brutto Produktów (według cen jednostkowych określonych w Umowie), których dotyczy zwłoka w wymianie na Produkty wolne od wad.”

Pozostałe zapisy pozostają bez zmian. W załączeniu zmodyfikowany załącznik nr 8 Istotne postanowienia umowy.

DYREKTOR

Szpitala Powiatowego w Ketrzynie

dr n. med. Krzysztof Tytman

.....

(podpis Zamawiającego)