

**Wykonawcy
biorący udział w postępowaniu
nr CUW.PK.343.2.2016**

Nasz znak: CUW.PK..343.2.2016

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr CUW.PK.343.2.2016 w trybie przetargu nieograniczonego na: „Zakup wyposażenia do Oddziału Chorób Wewnętrznych i Oddziału Chirurgii Szpitala Powiatowego w Kętrzynie”.

Modyfikacja nr 3

Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego, prowadząc oparcie o pełnomocnictwo z dnia 18.02.2016r. udzielone w trybie art. 15 ust. 2 i 3 ustawy Pzp w imieniu Szpitala Powiatowego w Kętrzynie, postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nr CUW.PK..343.2.2016 w trybie przetargu nieograniczonego na: „Zakup wyposażenia do Oddziału Chorób Wewnętrznych i Oddziału Chirurgii Szpitala Powiatowego w Kętrzynie”, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo Zamówień Publicznych (t.jedn. Dz.U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.) wprowadza modyfikację specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następującym zakresie:

1) Rozdział X ust. 14 pkt 1 SIWZ otrzymuje następujące brzmienie:

Przed modyfikacją:	Po modyfikacji:
<p>14. Opis sposobu złożenia oferty:</p> <p>1) ofertę wraz z kompletem dokumentów i oświadczeń określonych w SIWZ należy złożyć w kopercie (opakowaniu), która ma być zabezpieczona w sposób uniemożliwiający odczytanie jej zawartości bez uszkodzenia opakowania. Kopertę należy zaadresować w następujący sposób:</p> <p><i>Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego, Pl. Grunwaldzki 1, 11-400 Kętrzyn</i></p> <p>Oferta na przetarg nieograniczony: „Zakup wyposażenia do Oddziału Chorób Wewnętrznych i Oddziału Chirurgii Szpitala Powiatowego w Kętrzynie” Nr sprawy CUW.PK.343.2.2016 NIE OTWIERAĆ PRZED 16.03.2016r. GODZ. 12:30</p>	<p>14. Opis sposobu złożenia oferty:</p> <p>1) ofertę wraz z kompletem dokumentów i oświadczeń określonych w SIWZ należy złożyć w kopercie (opakowaniu), która ma być zabezpieczona w sposób uniemożliwiający odczytanie jej zawartości bez uszkodzenia opakowania. Kopertę należy zaadresować w następujący sposób:</p> <p><i>Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego, Pl. Grunwaldzki 1, 11-400 Kętrzyn</i></p> <p>Oferta na przetarg nieograniczony: „Zakup wyposażenia do Oddziału Chorób Wewnętrznych i Oddziału Chirurgii Szpitala Powiatowego w Kętrzynie” Nr sprawy CUW.PK.343.2.2016 NIE OTWIERAĆ PRZED 18.03.2016r. GODZ. 12:30</p>

2) Rozdział XI ust. 1 i 2 SIWZ otrzymuje następujące brzmienie:

Przed modyfikacją:	Po modyfikacji:
<p>1. Miejsce i termin składania ofert: Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego, 11-400 Kętrzyn, Pl. Grunwaldzki 1, Biuro Obsługi Klienta (parter), pok. 14, w terminie do 16.03.2016r. do godz. 12⁰⁰</p> <p>2. Miejsce i termin otwarcia ofert: Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego, 11-400 Kętrzyn, Pl. Grunwaldzki 1, w pokoju nr 50 w dniu 16.03.2016r. do godz. 12³⁰</p>	<p>1. Miejsce i termin składania ofert: Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego, 11-400 Kętrzyn, Pl. Grunwaldzki 1, Biuro Obsługi Klienta (parter), pok. 14, w terminie do 18.03.2016r. do godz. 12⁰⁰.</p> <p>2. Miejsce i termin otwarcia ofert: Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego, 11-400 Kętrzyn, Pl. Grunwaldzki 1, w pokoju nr 50 w dniu 18.03.2016r. do godz. 12³⁰</p>

3) w zał. nr 1a do SIWZ – „Formularz asortymentowo cenowy” dopisuje się wiersz 9 „Materace do pozycji nr 2,1,3,4”, w ilości „62 szt./zestawy”

4) w zał. nr 6 do SIWZ – „Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia”

a) w ust. 10 - w tabeli dopisuje się wiersz 9 „Materace do pozycji nr 2,1,3,4”, w ilości „62 szt./zestawy”

b) w ust. 11 – w tabeli wiersz 8 „Wyposażenie dodatkowe do pozycji nr 1,2,3, 4 „koryguje się w sposób następujący:

Przed modyfikacją:	Po modyfikacji:
<p>Wyposażenie dodatkowe do pozycji nr 1,2,3, 4</p> <p>Elementy dodatkowe wyposażenia:</p> <p>1. Materac w pokrowcu paroprzepuszczalnym, zmywalnym, odpornym na preparaty dezynfekcyjne z możliwością zdjęcia pokrowca i prania w temp. 90 stopni (minimum), możliwość poddania dezynfekcji chemicznej i termicznej, grubość materaca min. 10 cm.</p> <p>2. Dołączony dodatkowy pokrowiec na materac do każdego zamówionego łóżka (wg opisu jw.).</p> <p>3. Koldra – o wymiarach min. 190 cm x 130 cm ± 5 cm; wykonana z materiałów umożliwiających przeprowadzenie dezynfekcji, tkanina odporna na działanie standardowych</p>	<p>Wyposażenie dodatkowe do pozycji nr 1,2,3, 4</p> <p>Elementy dodatkowe wyposażenia:</p> <p>1. Koldra – o wymiarach min. 190 cm x 130 cm ± 5 cm; wykonana z materiałów umożliwiających przeprowadzenie dezynfekcji, tkanina odporna na działanie standardowych środków dezynfekcyjnych używanych w szpitalach.</p> <p>2. Poduszka o wymiarach min. 70 cm x 70 cm ± 5cm; wykonana z materiałów umożliwiających przeprowadzenie dezynfekcji, tkanina odporna na działanie standardowych środków dezynfekcyjnych używanych w szpitalach.</p> <p>3. Poszewka na koldrę z haftem logo szpitala w Kętrzynie – zawartość bawełny min. 50%; wymiary kompatybilne z poduszką; temperatura</p>

<p>środków dezynfekcyjnych używanych w szpitalach.</p> <p>4. Poduszka o wymiarach min. 70 cm x 70 cm ±5cm; wykonana z materiałów umożliwiających przeprowadzenie dezynfekcji, tkanina odporna na działanie standardowych środków dezynfekcyjnych używanych w szpitalach.</p> <p>5. Poszewka na kołdrę z haftem logo szpitala w Kętrzynie – zawartość bawełny min. 50%; wymiary kompatybilne z poduszką; temperatura prania ok. 90 stopni.</p> <p>6. Poszewka na poduszkę z haftem logo szpitala w Kętrzynie – zawartość bawełny min. 50%; wymiary kompatybilne z poduszką; temperatura prania ok. 90 stopni.</p> <p>7. Prześcieradło – kompatybilne z materacem; temperatura prania ok. 90 stopni.</p> <p>8. Do każdego zamówionego łóżka opisanego w poz.1,2,3,4 przypisane są dwa komplety pościeli w kolorze pastelowym (min. 5 kolorów do wyboru Zamawiającego), o wymiarach j.w.</p> <p>9. Wymiary pościeli wyżej opisane dotyczą stanu „po praniu”</p> <p>10. Gramatura i materiał:</p> <p>1) kołdra - waga wsadu: 1100-1200g , produkt antyalergiczny, wyrób medyczny,</p> <p>2) poduszka -waga wsadu: 1000g , produkt antyalergiczny, wyrób medyczny,</p> <p>3) pościel – min. 180g/m², typ materiału: płótno.</p> <p><u>Certyfikaty:</u> Certyfikat potwierdzający posiadanie znaku CE lub deklaracja zgodności CE.</p> <p><u>Gwarancje i serwis:</u> Gwarancja min. 24 miesiące.</p>	<p>prania ok. 90 stopni.</p> <p>4. Poszewka na poduszkę z haftem logo szpitala w Kętrzynie – zawartość bawełny min. 50%; wymiary kompatybilne z poduszką; temperatura prania ok. 90 stopni.</p> <p>5. Prześcieradło – kompatybilne z materacem; temperatura prania ok. 90 stopni.</p> <p>6. Do każdego zamówionego łóżka opisanego w poz.1,2,3,4 przypisane są dwa komplety pościeli w kolorze pastelowym (min. 5 kolorów do wyboru Zamawiającego), o wymiarach j.w.</p> <p>7. Wymiary pościeli wyżej opisane dotyczą stanu „po praniu”</p> <p>8. Gramatura i materiał:</p> <p>1) kołdra - waga wsadu: 1100-1200g , produkt antyalergiczny, wyrób medyczny,</p> <p>2) poduszka -waga wsadu: 1000g , produkt antyalergiczny, wyrób medyczny,</p> <p>3) pościel – min. 180g/m², typ materiału: płótno.</p> <p><u>Certyfikaty:</u> Certyfikat potwierdzający posiadanie znaku CE lub deklaracja zgodności CE.</p> <p><u>Gwarancje i serwis:</u> Gwarancja min. 24 miesiące.</p>
---	---

c) w ust. 11 – w tabeli wstawia się wiersz 9 „Materace do pozycji nr 1,2,3, 4., w zastępującym brzmieniu:

9	Materace do pozycji nr 1,2,3, 4	<p><u>Elementy dodatkowe wyposażenia:</u></p> <p>1. Materac w pokrowcu paroprzepuszczalnym, zmywalnym, odpornym na preparaty dezynfekcyjne z możliwością zdjęcia pokrowca i prania w temp. 90 stopni (minimum), możliwość poddania dezynfekcji chemicznej i termicznej, grubość materaca min. 10 cm.</p> <p>2. Dołączony dodatkowy pokrowiec na materac do każdego zamówionego łóżka (wg opisu jw.).</p> <p><u>Certyfikaty:</u> Certyfikat potwierdzający posiadanie znaku CE lub deklaracja zgodności CE.</p> <p><u>Gwarancje i serwis:</u> Gwarancja min. 24 miesiące.</p>
---	---------------------------------	--

Zmodyfikowane i ujednolicone teksty dokumentów:

1. SIWZ
2. zał. nr 1a do SIWZ – „Formularz asortymentowo cenowy”
3. zał. nr 6 do SIWZ – „Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia”
4. ogłoszenia

są do pobrania na stronie internetowej:

http://bip.starostwo.ketrzyn.pl/zamowienia_publiczne/137/314/Zakup_wyposazenia_do_Oddzialu_Chorob_Wewnetrznych_i_Oddzialu_Chirurgii_Szpitala_Powiatowego_w_Ketrzynie_OD_0A/

Wykonawcy zobowiązani są uwzględnić zmiany wprowadzone podczas sporządzania ofert, w tym także podczas wypełniania załączników.

Oferty złożone bez zastosowania się do modyfikacji podlegać będą odrzuceniu jako niezgodne z SIWZ. Pozostałe zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Kętrzyńskiego

Marta Żylińska