

Wykonawcy
biorący udział w postępowaniu
nr CUW.PK.343.3.2016

Nasz znak: CUW.PK..343.3.2016

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr CUW.PK.343.3.2016 w trybie przetargu nieograniczonego na: „Zakup wyposażenia do Oddziału Chorób Wewnętrznych i Oddziału Chirurgii Szpitala Powiatowego w Kętrzynie”.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych, działając w imieniu Zamawiającego w oparciu o pełnomocnictwo z dnia 18.02.2016r. udzielone w trybie art. 15 ust. 2 i 3 ustawy Pzp, Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego reprezentowane przez Dyrektora udziela wyjaśnień do SIWZ:

WYJAŚNIENIA DO SIWZ - NR 1

Pytanie/Wniosek nr 1

Czy Zamawiający dopuści pościel oraz pokrowiec na materac, które nie są wyrobami medycznymi i nie są oznaczone znakiem CE?

Odpowiedź nr 1

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie pod warunkiem zachowania pozostałych parametrów SIWZ (z uwzględnieniem innych zaakceptowanych przez Zamawiającego propozycji Wykonawców)

Pytanie/Wniosek nr 2

Czy Zamawiający dopuści Certyfikat ISO 13485:2012 potwierdzający, że producent wdrożył i utrzymuje system zarządzania jakością?

Odpowiedź nr 2

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie pod warunkiem zachowania pozostałych parametrów SIWZ (z uwzględnieniem innych zaakceptowanych przez Zamawiającego propozycji Wykonawców)

Pytanie/Wniosek nr 3

Czy Zamawiający dopuści kołdrę o wymiarach 200 x 140 cm, co nieznacznie różni się od parametru oczekiwanego?

Odpowiedź nr 3

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie pod warunkiem zachowania pozostałych parametrów SIWZ a w szczególności zachowania kompatybilności z wymiarem poszwy na kołdrę (z uwzględnieniem innych zaakceptowanych przez Zamawiającego propozycji Wykonawców)

Pytanie/Wniosek nr 4

Czy Zamawiający dopuści poduszkę o wymiarach 70 x 80 cm, co nieznacznie różni się od parametru oczekiwanego?

Odpowiedź nr 4

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie pod warunkiem zachowania pozostałych parametrów SIWZ a w szczególności zachowania kompatybilności z wymiarem poszwy na poduszkę (z uwzględnieniem innych zaakceptowanych przez Zamawiającego propozycji Wykonawców)

Pytanie/Wniosek nr 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji nr 4 (łóżka elektryczne z barierkami ochronnymi bocznymi na ¾ długości leża – 8 zestawów) i pozycji nr 5 (łóżka elektryczne z barierkami ochronnymi bocznymi na całej długości leża – 4 zestawy) do osobnych pakietów?

Odpowiedź nr 5

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą modyfikację.

Pytanie/Wniosek nr 6

Łóżko elektryczne z barierkami ochronnymi bocznymi na ¾ długości leża...: Czy Zamawiający dopuści łóżko posiadające długość 2200 mm z możliwością przedłużenia o 300 mm?

Odpowiedź nr 6

Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.

Pytanie/Wniosek nr 7

Łóżko elektryczne z barierami ochronnymi bocznymi na ¼ długości leża...: Czy Zamawiający dopuści łóżko posiadające konstrukcję podstawy zapewniającą wysokie obciążenie użytkowe – podstawa łóżka pantograf podpierająca leże w 4 punktach, gwarantująca stabilność leża?

Odpowiedź nr 7

Zamawiający wskazuje, że produkt ma być zgodny z zapisem SIWZ.

Pytanie/Wniosek nr 8

Łóżko elektryczne z barierami ochronnymi bocznymi na ¼ długości leża...: Czy Zamawiający dopuści łóżko posiadające kąt przechyłu Trendelenburga 0-13°?

Odpowiedź nr 8

Zamawiający wskazuje, że produkt ma być zgodny z zapisem SIWZ.

Pytanie/Wniosek nr 9

Łóżko elektryczne z barierami ochronnymi bocznymi na ¼ długości leża...: Czy Zamawiający dopuści łóżko posiadające kąt przechyłu anty-Trendelenburga 0-14°?

Odpowiedź nr 9

Zamawiający wskazuje, że produkt ma być zgodny z zapisem SIWZ.

Pytanie/Wniosek nr 10

Łóżko elektryczne z barierami ochronnymi bocznymi na ¼ długości leża...: Czy Zamawiający dopuści łóżko posiadające elektryczną regulację wysokości w zakresie od 360 do 780 mm?

Odpowiedź nr 10

Zamawiający dopuszcza proponowaną modyfikację pod warunkiem zachowania pozostałych parametrów SIWZ (z uwzględnieniem innych zaakceptowanych przez Zamawiającego propozycji Wykonawców)

Pytanie/Wniosek nr 11

Łóżko elektryczne z barierami ochronnymi bocznymi na ¼ długości leża...: Czy Zamawiający dopuści łóżko, w którym optyczny wskaźnik podłączenia do sieci znajduje się na panelu sterującym, a nie na pilocie?

Odpowiedź nr 11

Zamawiający wskazuje, że produkt ma być zgodny z zapisem SIWZ.

Pytanie/Wniosek nr 12

Łóżko elektryczne z barierami ochronnymi bocznymi na ¼ długości leża...: Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w panel sterujący zawieszany na szczycie od strony nóg pacjenta (zamiast chowanego pod leżem w półce do odkładania pościeli)?

Odpowiedź nr 12

Zamawiający wskazuje, że produkt ma być zgodny z zapisem SIWZ.

Pytanie/Wniosek nr 13

Łóżko elektryczne z barierami ochronnymi bocznymi na ¼ długości leża...: Czy Zamawiający dopuści łóżko, w którym dźwignia CPR oznaczona jest kolorem pomarańczowym?

Odpowiedź nr 13

Zamawiający dopuszcza proponowaną modyfikację pod warunkiem zachowania pozostałych parametrów SIWZ (z uwzględnieniem innych zaakceptowanych przez Zamawiającego propozycji Wykonawców).

Pytanie/Wniosek nr 14

Łóżko elektryczne z barierami ochronnymi bocznymi na ¼ długości leża...: Czy Zamawiający dopuści łóżko posiadające szczyty w formie zamkniętej, łatwo odemowane, wykonane z tworzywa ABS, odpornego na działanie wysokiej temperatury, uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV (lampy bakteriobójcze)?

Odpowiedź nr 14

Zamawiający dopuszcza proponowaną modyfikację pod warunkiem zachowania pozostałych parametrów SIWZ (z uwzględnieniem innych zaakceptowanych przez Zamawiającego propozycji Wykonawców).

Pytanie/Wniosek nr 15

Łóżko elektryczne z barierami ochronnymi bocznymi na ¼ długości leża...: Czy Zamawiający dopuści łóżko posiadającą konstrukcję łóżka w kolorze biało – szarym oraz możliwość wyboru akcentów kolorystycznych na szczytach łóżka (10 kolorów)?

Odpowiedź nr 15

Zamawiający dopuszcza proponowaną modyfikację pod warunkiem zachowania pozostałych parametrów SIWZ (z uwzględnieniem innych zaakceptowanych przez Zamawiającego propozycji Wykonawców).

Pytanie/Wniosek nr 16

Łóżko elektryczne z barierami ochronnymi bocznymi na ¼ długości leża...: Czy Zamawiający dopuści łóżko, w którym górna część szczytu posiada wyprofilowany uchwyt ułatwiający transport stanowiący co najmniej 70% długości szczytu?

Odpowiedź nr 16

Zamawiający dopuszcza proponowaną modyfikację pod warunkiem zachowania pozostałych parametrów SIWZ (z uwzględnieniem innych zaakceptowanych przez Zamawiającego propozycji Wykonawców).

Pytanie/Wniosek nr 17

Łóżko elektryczne z barierami ochronnymi bocznymi na całej długości leża...: Czy Zamawiający dopuści łóżko posiadające długość 2200 mm z możliwością przedłużenia o 300 mm?

Odpowiedź nr 17

Zamawiający wskazuje, że produkt ma być zgodny z zapisem SIWZ.

Pytanie/Wniosek nr 18

Łóżko elektryczne z barierami ochronnymi bocznymi na całej długości leża...: Czy Zamawiający dopuści łóżko posiadające konstrukcję podstawy zapewniającą wysokie obciążenie użytkowe – podstawa łóżka pantograf podpierająca leże w 4 punktach, gwarantująca stabilność leża?

Odpowiedź nr 18

Zamawiający wskazuje, że produkt ma być zgodny z zapisem SIWZ.

Pytanie/Wniosek nr 19

Łóżko elektryczne z barierami ochronnymi bocznymi na całej długości leża...: Czy Zamawiający dopuści łóżko posiadające kąt przechyłu Trendelenburga 0-13°?

Odpowiedź nr 19

Zamawiający wskazuje, że produkt ma być zgodny z zapisem SIWZ.

Pytanie/Wniosek nr 20

Łóżko elektryczne z barierami ochronnymi bocznymi na całej długości leża...: Czy Zamawiający dopuści łóżko posiadające kąt przechyłu anty-Trendelenburga 0-14°?

Odpowiedź nr 20

Zamawiający wskazuje, że produkt ma być zgodny z zapisem SIWZ.

Pytanie/Wniosek nr 21

Łóżko elektryczne z barierami ochronnymi bocznymi na całej długości leża...: Czy Zamawiający dopuści łóżko posiadające elektryczną regulację wysokości w zakresie od 420 do 840 mm?

Odpowiedź nr 21

Zamawiający wskazuje, że produkt ma być zgodny z zapisem SIWZ.

Pytanie/Wniosek nr 22

Łóżko elektryczne z barierami ochronnymi bocznymi na całej długości leża...: Czy Zamawiający dopuści łóżko, w którym optyczny wskaźnik podłączenia do sieci znajduje się na panelu sterującym, a nie na pilocie?

Odpowiedź nr 22

Zamawiający wskazuje, że produkt ma być zgodny z zapisem SIWZ.

Pytanie/Wniosek nr 23

Łóżko elektryczne z barierami ochronnymi bocznymi na całej długości leża...: Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w panel sterujący zawieszany na szczycie od strony nóg pacjenta (zamiast chowanego pod leżem w półce do odkładania pościeli)?

Odpowiedź nr 23

Zamawiający wskazuje, że produkt ma być zgodny z zapisem SIWZ.

Pytanie/Wniosek nr 24

Łóżko elektryczne z barierami ochronnymi bocznymi na całej długości leża...: Czy Zamawiający dopuści łóżko, w którym dźwignia CPR oznaczona jest kolorem pomarańczowym?

Odpowiedź nr 24

Zamawiający dopuszcza proponowaną modyfikację pod warunkiem zachowania pozostałych parametrów SIWZ (z uwzględnieniem innych zaakceptowanych przez Zamawiającego propozycji Wykonawców).

Pytanie/Wniosek nr 25

Łóżko elektryczne z barierami ochronnymi bocznymi na całej długości leża...: Czy Zamawiający dopuści łóżko posiadające szczyty w formie zamkniętej, łatwo odejmowane, wykonane z tworzywa ABS, odpornego na działanie wysokiej temperatury, uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV (lampy bakteriobójcze)?

Odpowiedź nr 25

Zamawiający dopuszcza proponowaną modyfikację pod warunkiem zachowania pozostałych parametrów SIWZ (z uwzględnieniem innych zaakceptowanych przez Zamawiającego propozycji Wykonawców).

Pytanie/Wniosek nr 26

Łóżko elektryczne z barierami ochronnymi bocznymi na całej długości leża...: Czy Zamawiający dopuści łóżko posiadającą konstrukcję łóżka w kolorze biało – szarym oraz możliwość wyboru akcentów kolorystycznych na szczytach łóżka (10 kolorów)?

Odpowiedź nr 26

Zamawiający dopuszcza proponowaną modyfikację pod warunkiem zachowania pozostałych parametrów SIWZ (z uwzględnieniem innych zaakceptowanych przez Zamawiającego propozycji Wykonawców).

Pytanie/Wniosek nr 27

Łóżko elektryczne z barierami ochronnymi bocznymi na całej długości leża...: Czy Zamawiający dopuści łóżko, w którym górna część szczytu posiada wyprofilowany uchwyt ułatwiający transport stanowiący co najmniej 70% długości szczytu?

Odpowiedź nr 27

Zamawiający dopuszcza proponowaną modyfikację pod warunkiem zachowania pozostałych parametrów SIWZ (z uwzględnieniem innych zaakceptowanych przez Zamawiającego propozycji Wykonawców).

Pytanie/Wniosek nr 28

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu posiadania i dołączenia do oferty certyfikatu ISO 13485:2003? Oferowane wyroby medyczne: łóżka szpitalne, szafki przyłóżkowe oraz wyposażenie dodatkowe posiadają deklarację zgodności CE oraz zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych, co potwierdza spełnianie europejskich norm zharmonizowanych dotyczących wyrobów medycznych. Obowiązująca Ustawa o Wyrobach Medycznych z dnia 20 maja 2010 Dz. U. Nr 107, poz. 679 i wydane przez Ministra Zdrowia związane z nią Rozporządzenia nie nakładają na Wytwórców produkujących wyroby medyczne klasy I obowiązku posiadania przez wytwórców w/w certyfikatu.

Odpowiedź nr 28

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną zmianę.

Opierający się na analizie wystąpienia możliwego ryzyka dla użytkowników wyrobów medycznych oraz opracowaniu metod korygujących, służący zapobieganiu temu ryzyku i dostosowaniu oferowanych wyrobów do obowiązujących norm prawnych ISO 13485 jest dodatkowym gwarantem bezpieczeństwa i jakości.

Pytanie/Wniosek nr 29

Łóżko hydrauliczne: Czy Zamawiający dopuści łóżko, którego szerokość całkowita zarówno z barierkami jak i bez barierek wynosi 1030mm?

Odpowiedź nr 29

Zamawiający dopuszcza dopuści łóżko, którego szerokość całkowita zarówno z barierkami jak i bez barierek wynosi 1030 mm pod warunkiem, że spełniać będzie pozostałe warunki zawarte w SIWZ a w szczególności wymiar leża będzie mieścił się w wymiarze 900x2000 mm (± 50 mm).

Pytanie/Wniosek nr 30

Łóżko elektryczne z barierkami ochronnymi bocznymi na 3/4 długości leża: Czy Zamawiający dopuści łóżko z podstawą pantograf, podpierającą leże w 6 punktach, gwarantującą stabilność leża?

Odpowiedź nr 30

Zamawiający wskazuje, że przedmiot zamówienia ma być zgodny z SIWZ.

Pytanie/Wniosek nr 31

Łóżko elektryczne z barierkami ochronnymi bocznymi na 3/4 długości leża: Czy Zamawiający dopuści łóżko w którym kąty przechyłu Trendelenburga i anty-Trendelenburga są w zakresie 0-12°

Odpowiedź nr 31

Zamawiający wskazuje, że przedmiot zamówienia ma być zgodny z SIWZ.

Pytanie/Wniosek nr 32

Łóżko elektryczne z barierkami ochronnymi bocznymi na 3/4 długości leża: Czy Zamawiający dopuści łóżko z elektryczną regulacją wysokości w zakresie 410-810mm?

Odpowiedź nr 32

Zamawiający wskazuje, że przedmiot zamówienia ma być zgodny z SIWZ.

Pytanie/Wniosek nr 33

Łóżko elektryczne z barierkami ochronnymi bocznymi na 3/4 długości leża: Czy Zamawiający dopuści łóżko, którego panel sterujący jest mocowany do szczytu łóżka od strony nog?

Odpowiedź nr 33

Zamawiający wskazuje, że przedmiot zamówienia ma być zgodny z SIWZ.

Pytanie/Wniosek nr 34

Łóżko elektryczne z barierkami ochronnymi bocznymi na 3/4 długości leża: Czy Zamawiający dopuści łóżko, w którym leże wypełnione jest metalową siatką?

Odpowiedź nr 34

Zamawiający wskazuje, że przedmiot zamówienia ma być zgodny z SIWZ.

Pytanie/Wniosek nr 35

Łóżko elektryczne z barierkami ochronnymi bocznymi na 3/4 długości leża: Czy Zamawiający dopuści łóżko z blokadą kół parami?

Odpowiedź nr 35

Zamawiający wskazuje, że przedmiot zamówienia ma być zgodny z SIWZ.

Pytanie/Wniosek nr 36

Łóżko elektryczne z barierkami ochronnymi bocznymi na 3/4 długości leża: Czy Zamawiający dopuści łóżko z bezpiecznym obciążeniem 180 kg?

Odpowiedź nr 36

Zamawiający wskazuje, że przedmiot zamówienia ma być zgodny z SIWZ.

Pytanie/Wniosek nr 37

Łóżko elektryczne z barierkami ochronnymi bocznymi na całej długości leża: Czy Zamawiający dopuści łóżko z podstawą pantograf, podpierającą leże w 6 punktach, gwarantującą stabilność leża.

Odpowiedź nr 37

Zamawiający wskazuje, że przedmiot zamówienia ma być zgodny z SIWZ.

Pytanie/Wniosek nr 38

Łóżko elektryczne z barierkami ochronnymi bocznymi na całej długości leża: Czy Zamawiający dopuści łóżko w którym kąty przechyłu Trendelenburga i anty-Trendelenburga są w zakresie 0-12°

Odpowiedź nr 38

Zamawiający wskazuje, że przedmiot zamówienia ma być zgodny z SIWZ.

Pytanie/Wniosek nr 39

Łóżko elektryczne z barierkami ochronnymi bocznymi na całej długości leża: Czy Zamawiający dopuści łóżko z elektryczną regulacją wysokości w zakresie 410-810mm?

Odpowiedź nr 39

Zamawiający wskazuje, że przedmiot zamówienia ma być zgodny z SIWZ.

Pytanie/Wniosek nr 40

Łóżko elektryczne z barierkami ochronnymi bocznymi na całej długości leża: Czy Zamawiający dopuści łóżko, którego panel sterujący jest mocowany do szczytu łóżka od strony nóg?

Odpowiedź nr 40

Zamawiający wskazuje, że przedmiot zamówienia ma być zgodny z SIWZ.

Pytanie/Wniosek nr 41

Łóżko elektryczne z barierkami ochronnymi bocznymi na całej długości leża: Czy Zamawiający dopuści łóżko, w którym leże wypełnione jest metalową siatką?

Odpowiedź nr 41

Zamawiający wskazuje, że przedmiot zamówienia ma być zgodny z SIWZ.

Pytanie/Wniosek nr 42

Łóżko elektryczne z barierkami ochronnymi bocznymi na całej długości leża: Czy Zamawiający dopuści łóżko z blokadą kół parami?

Odpowiedź nr 42

Zamawiający wskazuje, że przedmiot zamówienia ma być zgodny z SIWZ.

Pytanie/Wniosek nr 43

Łóżko elektryczne z barierkami ochronnymi bocznymi na całej długości leża: Czy Zamawiający dopuści łóżko z bezpiecznym obciążeniem 180 kg?

Odpowiedź nr 43

Zamawiający wskazuje, że przedmiot zamówienia ma być zgodny z SIWZ.

Pytanie/Wniosek nr 44

Łóżko elektryczne z barierkami ochronnymi bocznymi na całej długości leża: Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w dwie składane, metalowe barierki na długości ¼ leża oraz dwa metalowe protektory, jako uzupełnienie do całej długości leża? Protektory mają stabilną konstrukcję i mogą służyć jako pomoc przy wstawaniu lub siadaniu. Barierki nie powiększają gabarytów łóżka.

Odpowiedź nr 44

Zamawiający wskazuje, że przedmiot zamówienia ma być zgodny z SIWZ.

Pytanie/Wniosek nr 45

Szafka przyłóżkowa: Czy Zamawiający dopuści szafkę, w której półka na prasę ma wysokość 70mm?

Odpowiedź nr 45

Zamawiający wskazuje, że przedmiot zamówienia ma być zgodny z SIWZ.

Pytanie/Wniosek nr 46

Szafka przyłóżkowa: Czy Zamawiający dopuści szafkę z regulacją blatu bocznego w zakresie 730-1000mm?

Odpowiedź nr 46

Zamawiający dopuszcza proponowaną modyfikację pod warunkiem zachowania pozostałych parametrów SIWZ (z uwzględnieniem innych zaakceptowanych przez Zamawiającego propozycji Wykonawców).

Pytanie/Wniosek nr 47

Wyposażenie dodatkowe: Czy Zamawiający dopuści pościel w kolorze białym?

Odpowiedź nr 47

Zamawiający wskazuje, że przedmiot zamówienia ma być zgodny z SIWZ.

Pytanie/Wniosek nr 48

Czy Zamawiający dopuści pościel o gramaturze 150g/m²

Odpowiedź nr 48

Zamawiający wskazuje, że przedmiot zamówienia ma być zgodny z SIWZ.

Pytanie/Wniosek nr 49

Pytania do umowy - §8 pkt. 1 ppkt. 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kar umownych za opóźnienie w dostawie sprzętów/ urządzeń z 1% na 0,2% wartości brutto sprzętów/ urządzeń/ wyposażenia za każdy dzień zwłoki? Jeżeli nie to na jakie maksymalne obniżenie kar umownych Zamawiający wyrazi zgodę?

Odpowiedź nr 49

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. Oczekuje terminowej realizacji zamówienia ze względu na organizację zadań prowadzonej placówki.

Pytanie/Wniosek nr 50

Pytania do umowy - §8 pkt. 1 ppkt. 2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kar umownych za opóźnienie w wymianie odebranych przez Zamawiającego sprzętów/ urządzeń/ wyposażenia posiadających wady na sprzęty/ urządzenia/ wyposażenie wolne od wad z 1% na 0,2% wartości brutto sprzętów/ urządzeń/ wyposażenia za każdy dzień zwłoki? Jeżeli nie to na jakie maksymalne obniżenie kar umownych Zamawiający wyrazi zgodę?

Odpowiedź nr 50

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. Oczekuje terminowej realizacji zamówienia ze względu na organizację zadań prowadzonej placówki.

Pytanie/Wniosek nr 51

Pytania do umowy - §8 pkt. 1 ppkt. 3: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kar umownych za opóźnienie w załatwieniu reklamacji i nie zapewnienia sprzętu zastępczego z 1% na 0,2% wartości brutto sprzętów/ urządzeń/ wyposażenia za każdy dzień zwłoki? Jeżeli nie to na jakie maksymalne obniżenie kar umownych Zamawiający wyrazi zgodę?

Odpowiedź nr 51

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. Oczekuje terminowej realizacji zamówienia ze względu na organizację zadań prowadzonej placówki.

Pytanie/Wniosek nr 52

Łóżko hydrauliczne... Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko hydrauliczne, które posiada długość całkowitą wynoszącą 2160 mm?

Odpowiedź nr 52

Zamawiający wskazuje, że przedmiot zamówienia ma być zgodny z SIWZ.

Pytanie/Wniosek nr 53

Łóżko hydrauliczne... Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko hydrauliczne, którego rama wykonana jest z kształtowników stalowych lakierowanych proszkowo z użyciem lakieru z nanotechnologią srebra powodującą hamowanie namnażania bakterii i wirusów, odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV w kolorze RAL 9002?

Odpowiedź nr 53

Zamawiający wskazuje, że przedmiot zamówienia ma być zgodny z SIWZ.

Pytanie/Wniosek nr 54

Łóżko hydrauliczne... Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko hydrauliczne, którego szczyt nie jest wyposażony w imienną tabliczkę?

Odpowiedź nr 54

Zamawiający wskazuje, że przedmiot zamówienia ma być zgodny z SIWZ.

Pytanie/Wniosek nr 55

Łóżko hydrauliczne... Czy Zamawiający wymaga, aby łóżko hydrauliczne wyposażone było w 4 koła jezdne o średnicy 150 mm zaopatrzone w hamulec centralny, co jest parametrem lepszym od proponowanego?

Odpowiedź nr 55

Zamawiający nie wymaga proponowanego rozwiązania – lecz dopuszcza je do zaoferowania.

Pytanie/Wniosek nr 56

Łóżko hydrauliczne. Czy Zamawiający dopuści do zaferowania łóżko hydrauliczne, które posiada dopuszczalne obciążenie wynoszące 170 kg?

Odpowiedź nr 56

Zamawiający wskazuje, że przedmiot zamówienia ma być zgodny z SIWZ.

Pytanie/Wniosek nr 57

Łóżko szpitalne dwusegmentowe z ręcznie regulowanym wezgłowiem, barierkami ochronnymi bocznymi, dostosowane do montażu wysięgnika do ręki.... Czy Zamawiający dopuści do zaferowania łóżko szpitalne dwusegmentowe z ręcznie regulowanym wezgłowiem, które posiada całkowitą długość wynoszącą 2165 mm?

Odpowiedź nr 57

Zamawiający wskazuje, że przedmiot zamówienia ma być zgodny z SIWZ.

Pytanie/Wniosek nr 58

Łóżko szpitalne dwusegmentowe z ręcznie regulowanym wezgłowiem, barierkami ochronnymi bocznymi, dostosowane do montażu wysięgnika do ręki.... Czy Zamawiający dopuści do zaferowania łóżko szpitalne dwusegmentowe z ręcznie regulowanym wezgłowiem, którego rama wykonana jest z kształtowników stalowych lakierowanych proszkowo z użyciem lakieru z nanotechnologią srebra powodującą hamowanie namnażania bakterii i wirusów, odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV w kolorze RAL 9002?

Odpowiedź nr 58

Zamawiający wskazuje, że przedmiot zamówienia ma być zgodny z SIWZ.

Pytanie/Wniosek nr 59

Łóżko szpitalne dwusegmentowe z ręcznie regulowanym wezgłowiem, barierkami ochronnymi bocznymi, dostosowane do montażu wysięgnika do ręki.... Czy Zamawiający dopuści do zaferowania łóżko szpitalne dwusegmentowe z ręcznie regulowanym wezgłowiem, którego szczyt nie jest wyposażony w imienną tabliczkę?

Odpowiedź nr 59

Zamawiający wskazuje, że przedmiot zamówienia ma być zgodny z SIWZ.

Pytanie/Wniosek nr 60

Łóżko szpitalne dwusegmentowe z ręcznie regulowanym wezgłowiem, barierkami ochronnymi bocznymi, dostosowane do montażu wysięgnika do ręki.... Czy Zamawiający dopuści do zaferowania łóżko szpitalne dwusegmentowe z ręcznie regulowanym wezgłowiem, które posiada zamontowane barierki boczne lakierowane proszkowo z użyciem lakieru z nanotechnologią srebra powodującą hamowanie namnażania bakterii i wirusów, odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV w nieznacznym stopniu poszerzające gabaryty łóżka?

Odpowiedź nr 60

Zamawiający wskazuje, że przedmiot zamówienia ma być zgodny z SIWZ.

Pytanie/Wniosek nr 61

Łóżko szpitalne dwusegmentowe z ręcznie regulowanym wezgłowiem bez barierek ochronnych bocznych... Czy Zamawiający dopuści do zaferowania łóżko szpitalne dwusegmentowe z ręcznie regulowanym wezgłowiem, które posiada całkowitą długość wynoszącą 2165 mm?

Odpowiedź nr 61

Zamawiający wskazuje, że przedmiot zamówienia ma być zgodny z SIWZ.

Pytanie/Wniosek nr 62

Łóżko szpitalne dwusegmentowe z ręcznie regulowanym wezgłowiem bez barierek ochronnych bocznych... Czy Zamawiający dopuści do zaferowania łóżko szpitalne dwusegmentowe z ręcznie regulowanym wezgłowiem, którego rama wykonana jest z kształtowników stalowych lakierowanych proszkowo z użyciem lakieru z nanotechnologią srebra powodującą hamowanie namnażania bakterii i wirusów, odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV w kolorze RAL 9002?

Odpowiedź nr 62

Zamawiający wskazuje, że przedmiot zamówienia ma być zgodny z SIWZ.

Pytanie/Wniosek nr 63

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania łóżko szpitalne dwusegmentowe z ręcznie regulowanym wezgłowiem, którego szczyt nie jest wyposażony w imienną tabliczkę?

Odpowiedź nr 63

Zamawiający wskazuje, że przedmiot zamówienia ma być zgodny z SIWZ.

Pytanie/Wniosek nr 64

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania łóżko elektryczne z barierkami ochronnymi bocznymi na 3/4 długości leża, które posiada długość całkowitą wynoszącą 2180 mm?

Odpowiedź nr 64

Zamawiający wskazuje, że przedmiot zamówienia ma być zgodny z SIWZ.

Pytanie/Wniosek nr 65

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania łożko elektryczne z barierkami ochronnymi bocznymi na 3/4 długości leża, którego rama posiada pantograf podpierający leże w 4 punktach?

Odpowiedź nr 65

Zamawiający wskazuje, że przedmiot zamówienia ma być zgodny z SIWZ.

Pytanie/Wniosek nr 66

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania łożko elektryczne z barierkami ochronnymi bocznymi na 3/4 długości leża, które posiada wolną przestrzeń pomiędzy podłożem a całym podwoziem wynoszącą 120 mm?

Odpowiedź nr 66

Zamawiający wskazuje, że przedmiot zamówienia ma być zgodny z SIWZ.

Pytanie/Wniosek nr 67

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania łożko elektryczne z barierkami ochronnymi bocznymi na 3/4 długości leża, które nie posiada gniazda wyrównania potencjału?

Odpowiedź nr 67

Zamawiający wskazuje, że przedmiot zamówienia ma być zgodny z SIWZ.

Pytanie/Wniosek nr 68

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania łożko elektryczne z barierkami ochronnymi bocznymi na 3/4 długości leża, które posiada regulacje segmentu uda w zakresie $0^{\circ} - 34^{\circ}$?

Odpowiedź nr 68

Zamawiający dopuszcza proponowaną modyfikację pod warunkiem zachowania pozostałych parametrów SIWZ (z uwzględnieniem innych zaakceptowanych przez Zamawiającego propozycji Wykonawców).

Pytanie/Wniosek nr 69

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania łożko elektryczne z barierkami ochronnymi bocznymi na 3/4 długości leża, które posiada przechył Trendelenburga w zakresie $0^{\circ} - 14^{\circ}$?

Odpowiedź nr 69

Zamawiający wskazuje, że przedmiot zamówienia ma być zgodny z SIWZ.

Pytanie/Wniosek nr 70

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania łożko elektryczne z barierkami ochronnymi bocznymi na 3/4 długości leża, które posiada elektryczną regulację wysokości leża w zakresie 290 – 835 mm?

Odpowiedź nr 70

Zamawiający dopuszcza proponowaną modyfikację pod warunkiem zachowania pozostałych parametrów SIWZ (z uwzględnieniem innych zaakceptowanych przez Zamawiającego propozycji Wykonawców).

Pytanie/Wniosek nr 71

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania łożko elektryczne z barierkami ochronnymi bocznymi na 3/4 długości leża, które nie jest wyposażone w panel centralny tylko w sam pilot?

Odpowiedź nr 71

Zamawiający wskazuje, że przedmiot zamówienia ma być zgodny z SIWZ.

Pytanie/Wniosek nr 72

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania łożko elektryczne z barierkami ochronnymi bocznymi na 3/4 długości leża, które nie posiada funkcji CPR w oparciu pleców?

Odpowiedź nr 72

Zamawiający wskazuje, że przedmiot zamówienia ma być zgodny z SIWZ.

Pytanie/Wniosek nr 73

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania łożko elektryczne z barierkami ochronnymi bocznymi na 3/4 długości leża, które posiada segmenty leża wypełnione lamelami montowanymi na stałe w kolorze ramy leża?

Odpowiedź nr 73

Zamawiający wskazuje, że przedmiot zamówienia ma być zgodny z SIWZ.

Pytanie/Wniosek nr 74

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania łożko elektryczne z barierkami ochronnymi bocznymi na 3/4 długości leża, którego rama leża jest w kolorze srebrnym lub białym?

Odpowiedź nr 74

Zamawiający dopuszcza proponowaną modyfikację pod warunkiem zachowania pozostałych parametrów SIWZ (z uwzględnieniem innych zaakceptowanych przez Zamawiającego propozycji Wykonawców).

Pytanie/Wniosek nr 75

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania łożko elektryczne z barierkami ochronnymi bocznymi na 3/4 długości leża, które posiada zamontowane barierki boczne lakierowane proszkowo z użyciem lakieru z nanotechnolo-

gią srebra powodującą hamowanie namnażania bakterii i wirusów, odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV w nieznacznym stopniu poszerzające gabaryty łóżka?

Odpowiedź nr 75

Zamawiający wskazuje, że przedmiot zamówienia ma być zgodny z SIWZ.

Pytanie/Wniosek nr 76

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania łóżko elektryczne z barierkami ochronnymi bocznymi na 3/4 długości leża, które nie jest wyposażone w wysuwaną półkę na pościel?

Odpowiedź nr 76

Zamawiający wskazuje, że przedmiot zamówienia ma być zgodny z SIWZ.

Pytanie/Wniosek nr 77

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania łóżko elektryczne z barierkami ochronnymi bocznymi na 3/4 długości leża, które wyposażone jest w totalny system hamulcowy na każdym z kółek o średnicy 100 mm?

Odpowiedź nr 77

Zamawiający wskazuje, że przedmiot zamówienia ma być zgodny z SIWZ.

Pytanie/Wniosek nr 78

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania łóżko elektryczne z barierkami ochronnymi bocznymi na całej długości, które posiada całkowitą długość łóżka wynoszącą 2180 mm?

Odpowiedź nr 78

Zamawiający wskazuje, że przedmiot zamówienia ma być zgodny z SIWZ.

Pytanie/Wniosek nr 79

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania łóżko elektryczne z barierkami ochronnymi bocznymi na całej długości, którego rama posiada pantograf podpierający leże w 4 punktach?

Odpowiedź nr 79

Zamawiający wskazuje, że przedmiot zamówienia ma być zgodny z SIWZ.

Pytanie/Wniosek nr 80

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania łóżko elektryczne z barierkami ochronnymi bocznymi na całej długości, które posiada wolną przestrzeń pomiędzy podłożem a całym podwoziem wynoszącą 120 mm?

Odpowiedź nr 80

Zamawiający wskazuje, że przedmiot zamówienia ma być zgodny z SIWZ.

Pytanie/Wniosek nr 81

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania łóżko elektryczne z barierkami ochronnymi bocznymi na całej długości, które nie posiada gniazda wyrównania potencjału?

Odpowiedź nr 81

Zamawiający wskazuje, że przedmiot zamówienia ma być zgodny z SIWZ.

Pytanie/Wniosek nr 82

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania łóżko elektryczne z barierkami ochronnymi bocznymi na całej długości, które posiada regulację segmentu uda w zakresie $0^{\circ} - 34^{\circ}$?

Odpowiedź nr 82

Zamawiający dopuszcza proponowaną modyfikację pod warunkiem zachowania pozostałych parametrów SIWZ (z uwzględnieniem innych zaakceptowanych przez Zamawiającego propozycji Wykonawców).

Pytanie/Wniosek nr 83

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania łóżko elektryczne z barierkami ochronnymi bocznymi na całej długości, które posiada przechył Trendelenburga w zakresie $0^{\circ} - 14^{\circ}$?

Odpowiedź nr 83

Zamawiający wskazuje, że produkt ma być zgodny z zapisem SIWZ.

Pytanie/Wniosek nr 84

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania łóżko elektryczne z barierkami ochronnymi bocznymi na całej długości, które posiada elektryczną regulację wysokości leża w zakresie 290 – 835 mm?

Odpowiedź nr 84

Zamawiający dopuszcza proponowaną modyfikację pod warunkiem zachowania pozostałych parametrów SIWZ (z uwzględnieniem innych zaakceptowanych przez Zamawiającego propozycji Wykonawców).

Pytanie/Wniosek nr 85

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania łóżko elektryczne z barierkami ochronnymi bocznymi na całej długości, które nie jest wyposażone w panel centralny tylko w sam pilot?

Odpowiedź nr 85

Zamawiający wskazuje, że przedmiot zamówienia ma być zgodny z SIWZ.

Pytanie/Wniosek nr 86

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko elektryczne z barierkami ochronnymi bocznymi na całej długości, które nie posiada funkcji CPR w oparciu pleców?

Odpowiedź nr 86

Zamawiający wskazuje, że przedmiot zamówienia ma być zgodny z SIWZ.

Pytanie/Wniosek nr 87

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko elektryczne z barierkami ochronnymi bocznymi na całej długości, które posiada segmenty leża wypełnione lamelami montowanymi na stałe w kolorze ramy leża?

Odpowiedź nr 87

Zamawiający wskazuje, że przedmiot zamówienia ma być zgodny z SIWZ.

Pytanie/Wniosek nr 88

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko elektryczne z barierkami ochronnymi bocznymi na całej długości, którego rama leża jest w kolorze srebrnym lub białym?

Odpowiedź nr 88

Zamawiający dopuszcza proponowaną modyfikację pod warunkiem zachowania pozostałych parametrów SIWZ (z uwzględnieniem innych zaakceptowanych przez Zamawiającego propozycji Wykonawców).

Pytanie/Wniosek nr 89

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko elektryczne z barierkami ochronnymi bocznymi na całej długości, które posiada zamontowane barierki boczne lakierowane proszkowo z użyciem lakieru z nanotechnologią srebra powodującą hamowanie namnażania bakterii i wirusów, odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV w nieznacznym stopniu poszerzające gabaryty łóżka?

Odpowiedź nr 89

Zamawiający wskazuje, że przedmiot zamówienia ma być zgodny z SIWZ.

Pytanie/Wniosek nr 90

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko elektryczne z barierkami ochronnymi bocznymi na całej długości, które posiada barierki boczne chroniące pacjenta w 75% długości leża?

Odpowiedź nr 90

Zamawiający wskazuje, że produkt ma być zgodny z zapisem SIWZ.

Pytanie/Wniosek nr 91

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko elektryczne z barierkami ochronnymi bocznymi na całej długości, które nie jest wyposażone w wysuwaną półkę na pościel?

Odpowiedź nr 91

Zamawiający wskazuje, że produkt ma być zgodny z zapisem SIWZ.

Pytanie/Wniosek nr 92

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko elektryczne z barierkami ochronnymi bocznymi na całej długości, które wyposażone jest w totalny system hamulcowy na każdym z kółek o średnicy 100 mm?

Odpowiedź nr 92

Zamawiający wskazuje, że przedmiot zamówienia ma być zgodny z SIWZ.

Pytanie/Wniosek nr 93

Łóżko hydrauliczne: Czy zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko hydrauliczne o całkowitej długości 2180mm?

Odpowiedź nr 93

Zamawiający nie dopuszcza modyfikacji SIWZ w powyższym zakresie

Pytanie/Wniosek nr 94

Czy Zamawiający dopuści łóżko hydrauliczne o szerokości całkowitej wraz z zamontowanymi poręczami bocznymi oraz bez nich wynoszącą 960 mm? W oferowanych łóżkach poręcze boczne nie zwiększają szerokości łóżek gdyż najbardziej skrajnym elementem są krążki odbojowe chroniące łóżka oraz ściany przed otarciami?

Odpowiedź nr 94

Zamawiający wskazuje, że produkt ma być zgodny z zapisami SIWZ.

Pytanie/Wniosek nr 95

Łóżko hydrauliczne: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko hydrauliczne ze szczytami stalowymi lakierowanymi proszkowo?

Odpowiedź nr 95

Zamawiający nie dopuszcza modyfikacji SIWZ w powyższym zakresie

Pytanie/Wniosek nr 96

Łóżko hydrauliczne: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko hydrauliczne z wysokiej jakości szczytami z płyty HPL o grubości 6 mm?

Odpowiedź nr 96

Zamawiający wskazuje, że produkt ma być zgodny z zapisami SIWZ.

Pytanie/Wniosek nr 97

Łóżko hydrauliczne: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko hydrauliczne z wypełnieniem szczytów płytą HPL z możliwością wyboru kolorów z pośród palety 8 kolorów?

Odpowiedź nr 97

Zamawiający dopuszcza proponowaną modyfikację pod warunkiem zachowania pozostałych parametrów SIWZ (z uwzględnieniem innych zaakceptowanych przez Zamawiającego propozycji Wykonawców).

Pytanie/Wniosek nr 98

Łóżko szpitalne dwusegmentowe z barierami ochronnymi: Czy zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne o całkowitej długości 2180mm?

Odpowiedź nr 98

Zamawiający nie dopuszcza modyfikacji SIWZ w powyższym zakresie.

Pytanie/Wniosek nr 99

Łóżko szpitalne dwusegmentowe z barierami ochronnymi: Czy zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne posiadające szerokość wraz z zamontowanymi poręczami bocznymi oraz bez nich wynoszącą 1000 mm? W oferowanych łóżkach poręcze boczne nie zwiększają szerokości łóżek gdyż najbardziej skrajnym elementem są krążki odbojowe chroniące łóżka oraz ściany przed otarciami?

Odpowiedź nr 99

Zamawiający wskazuje, że produkt ma być zgodny z zapisami SIWZ.

Pytanie/Wniosek nr 100

Łóżko szpitalne dwusegmentowe z barierami ochronnymi: Czy zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne posiadające szerokość wraz z zamontowanymi poręczami bocznymi oraz bez nich wynoszącą 960 mm? W oferowanych łóżkach poręcze boczne nie zwiększają szerokości łóżek gdyż najbardziej skrajnym elementem są krążki odbojowe chroniące łóżka oraz ściany przed otarciami?

Odpowiedź nr 100

Zamawiający wskazuje, że produkt ma być zgodny z zapisami SIWZ.

Pytanie/Wniosek nr 101

Łóżko szpitalne dwusegmentowe z barierami ochronnymi: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne ze szczytami stalowymi lakierowanymi proszkowo?

Odpowiedź nr 101

Zamawiający nie dopuszcza modyfikacji SIWZ w powyższym zakresie

Pytanie/Wniosek nr 102

Łóżko szpitalne dwusegmentowe z barierami ochronnymi: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne z wysokiej jakości szczytami z płyty HPL o grubości 6 mm?

Odpowiedź nr 102

Zamawiający wskazuje, że produkt ma być zgodny z zapisami SIWZ.

Pytanie/Wniosek nr 103

Łóżko szpitalne dwusegmentowe z barierami ochronnymi: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne z wypełnieniem szczytów płytą HPL z możliwością wyboru kolorów z pośród palety 8 kolorów?

Odpowiedź nr 103

Zamawiający dopuszcza proponowaną modyfikację pod warunkiem zachowania pozostałych parametrów SIWZ (z uwzględnieniem innych zaakceptowanych przez Zamawiającego propozycji Wykonawców).

Pytanie/Wniosek nr 104

Łóżko szpitalne dwusegmentowe z barierami ochronnymi: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne bez możliwości wyjęcia wypełnienia szczytów?

Odpowiedź nr 104

Zamawiający nie dopuszcza modyfikacji SIWZ w powyższym zakresie.

Pytanie/Wniosek nr 105

Łóżko szpitalne dwusegmentowe bez barier ochronnych: Czy zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne o całkowitej długości 2180mm?

Odpowiedź nr 105

Zamawiający nie dopuszcza modyfikacji SIWZ w powyższym zakresie.

Pytanie/Wniosek nr 106

Łóżko szpitalne dwusegmentowe bez barier ochronnych: Czy zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne posiadające szerokość wraz z zamontowanymi poręczami bocznymi oraz bez nich wynoszącą 1000 mm?

Odpowiedź nr 106

Zamawiający wskazuje, że produkt ma być zgodny z zapisami SIWZ.

Pytanie/Wniosek nr 107

Łóżko szpitalne dwusegmentowe bez barier ochronnych: Czy zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne posiadające szerokość wraz z zamontowanymi poręczami bocznymi oraz bez nich wynoszącą 960 mm?

Odpowiedź nr 107

Zamawiający wskazuje, że produkt ma być zgodny z zapisami SIWZ.

Pytanie/Wniosek nr 108

Łóżko szpitalne dwusegmentowe bez barier ochronnych: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne ze szczytami stalowymi lakierowanymi proszkowo?

Odpowiedź nr 108

Zamawiający nie dopuszcza modyfikacji SIWZ w powyższym zakresie

Pytanie/Wniosek nr 109

Łóżko szpitalne dwusegmentowe bez barier ochronnych: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne z wysokiej jakości szczytami z płyty HPL o grubości 6 mm?

Odpowiedź nr 109

Zamawiający wskazuje, że produkt ma być zgodny z zapisami SIWZ.

Pytanie/Wniosek nr 110

Łóżko szpitalne dwusegmentowe bez barier ochronnych: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne z wypełnieniem szczytów płytą HPL z możliwością wyboru kolorów z spośród palety 8 kolorów?

Odpowiedź nr 110

Zamawiający dopuszcza proponowaną modyfikację pod warunkiem zachowania pozostałych parametrów SIWZ (z uwzględnieniem innych zaakceptowanych przez Zamawiającego propozycji Wykonawców).

Pytanie/Wniosek nr 111

Łóżko szpitalne dwusegmentowe bez barier ochronnych: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne bez możliwości wyjęcia wypełnienia szczytów?

Odpowiedź nr 111

Zamawiający nie dopuszcza modyfikacji SIWZ w powyższym zakresie.

Pytanie/Wniosek nr 112

Łóżko elektryczne z barierami: Czy zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne o całkowitej długości 2180mm?

Odpowiedź nr 112

Zamawiający nie dopuszcza modyfikacji SIWZ w powyższym zakresie.

Pytanie/Wniosek nr 113

Łóżko elektryczne z barierami: Czy zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne posiadające szerokość wraz z zamontowanymi poręczami bocznymi oraz bez nich wynoszącą 960 mm?

Odpowiedź nr 113

Zamawiający wskazuje, że produkt ma być zgodny z zapisami SIWZ.

Pytanie/Wniosek nr 114

Łóżko elektryczne z barierami: Czy zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne z pilotem nie posiadającym optycznego wskaźnika podłączenia do sieci?

Odpowiedź nr 114

Zamawiający dopuszcza proponowaną modyfikację pod warunkiem zachowania pozostałych parametrów SIWZ (z uwzględnieniem innych zaakceptowanych przez Zamawiającego propozycji Wykonawców).

Pytanie/Wniosek nr 115

Łóżko elektryczne z barierami: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne z wypełnieniem szczytów płytą HPL z możliwością wyboru kolorów z spośród palety 8 kolorów?

Odpowiedź nr 115

Zamawiający wskazuje, że produkt ma być zgodny z zapisami SIWZ.

Pytanie/Wniosek nr 116

Łóżko elektryczne z barierami na całej długości: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne o całkowitej długości 2180mm?

Odpowiedź nr 116

Zamawiający nie dopuszcza modyfikacji SIWZ w powyższym zakresie.

Pytanie/Wniosek nr 117

Łóżko elektryczne z barierami na całej długości: Czy zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne posiadające szerokość wraz z zamontowanymi poręczami bocznymi oraz bez nich wynoszącą 960 mm?

Odpowiedź nr 117

Zamawiający wskazuje, że produkt ma być zgodny z zapisami SIWZ.

Pytanie/Wniosek nr 118

Łóżko elektryczne z barierami na całej długości: Czy zamawiający dopuści do zaferowania łóżko szpitalne z pilotem nie posiadającym optycznego wskaźnika podłączenia do sieci?

Odpowiedź nr 118

Zamawiający dopuszcza proponowaną modyfikację pod warunkiem zachowania pozostałych parametrów SIWZ (z uwzględnieniem innych zaakceptowanych przez Zamawiającego propozycji Wykonawców).

Pytanie/Wniosek nr 119

Łóżko elektryczne z barierami na całej długości: Czy Zamawiający dopuści do zaferowania łóżko szpitalne z wypełnieniem szczytów płytą HPL z możliwością wyboru kolorów z spośród palety 8 kolorów?

Odpowiedź nr 119

Zamawiający wskazuje, że produkt ma być zgodny z zapisami SIWZ.

Pytanie/Wniosek nr 120

Łóżko elektryczne z barierami na całej długości: Czy Zamawiający dopuści do zaferowania łóżko szpitalne z barierami składanymi wzdłuż ramy leżą?

Odpowiedź nr 120

Zamawiający wskazuje, że produkt ma być zgodny z zapisami SIWZ.

Pytanie/Wniosek nr 121

Łóżko elektryczne z barierami na całej długości: Czy Zamawiający dopuści do zaferowania łóżko szpitalne z barierkami stalowymi lakierowanymi proszkowo?

Odpowiedź nr 121

Zamawiający wskazuje, że produkt ma być zgodny z zapisami SIWZ.

Pytanie/Wniosek nr 122

Łóżko elektryczne z barierami na całej długości: Czy Zamawiający dopuści do zaferowania łóżko szpitalne z barierkami ze stali nierdzewnej?

Odpowiedź nr 122

Zamawiający wskazuje, że produkt ma być zgodny z zapisami SIWZ.

Pytanie/Wniosek nr 123

Łóżko elektryczne z barierami na całej długości: Czy Zamawiający dopuści do zaferowania łóżko szpitalne z barierkami bez listew odbojowych, gdyż najbardziej wysuniętymi punktami w łóżku są krążki odbojowe chroniące łóżko przed otarciami?

Odpowiedź nr 123

Zamawiający dopuści takie rozwiązanie.

Pytanie/Wniosek nr 124

Łóżko elektryczne z barierami na całej długości: Czy Zamawiający dopuści do zaferowania łóżko szpitalne z barierkami nie posiadającymi tunelu na przewód odprowadzający płyny fizjologiczne?

Odpowiedź nr 124

Zamawiający wskazuje, że produkt ma być zgodny z zapisami SIWZ.

Pytanie/Wniosek nr 125

Wyposażenie dodatkowe: Czy zamawiający wydłuży czas reakcji serwisu do 96 godz. na cały powyższy asortyment?

Odpowiedź nr 125

Zamawiający wskazuje, że produkt ma być zgodny z zapisami SIWZ.

Pytanie/Wniosek nr 126

Wyposażenie dodatkowe: Czy zamawiający dopuści wyposażenie dodatkowe tj. kołdra, poduszka – bez możliwości dezynfekcji lecz z możliwością prania?

Odpowiedź nr 126

Zamawiający wskazuje, że produkt ma być zgodny z zapisami SIWZ.

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Kętrzyńskiego
Marta Żylińska

