

„PACJENT JEST DLA NAS NAJWAŻNIEJSZY”

ul. M. C. Skłodowskiej 2, 11-400 Kętrzyn
tel. (0-89) 751 25 02, faks (0-89) 751 37 97, e-mail: szpital@post.pl, 2800361@zoz.org.pl
Krajowy Rejestr Sądowy 499, Rejestr ZOZ 2800361, NIP 742-183-60-30, REGON 510929362

Kętrzyn, dnia 20.04.2016r

Nr sprawy: 09/PN/2016

Szpital Powiatowy w Kętrzynie
11-400 Kętrzyn, ul.M.C. Skłodowskiej 2
Tel. 89 751 25 02, Fax. 89 751 37 97
Regon 510929362, NIP 742-18-36-030
KSIĘGA REJESTROWA 28-00361
Szpital Powiatowy w Kętrzynie 01

**Tablica ogłoszeń/
Strona internetowa**

Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ

W nawiązaniu do prowadzonego przez Zamawiającego: Szpital Powiatowy w Kętrzynie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego pt. „Dostawa jednorazowych materiałów medycznych do Szpitala Powiatowego w Kętrzynie” znak postępowania 09/PN/2016, Zamawiający w trybie art. 38 ust. 1 ustawy PZP udziela wyjaśnień do SIWZ o następującej treści:

Pytanie/Wniosek 1:

Pakiet nr 40 – SIWZ rozdział VI pkt.1 ppkt. 7)

Prosimy o dopuszczenie możliwości załączenia do oferty katalogu oferowanych rękawic wystawionego przez dystrybutora rękawic jako uzupełnienie dla dokumentów producenta, w przypadku gdy dokument wystawiony przez producenta nie zawiera wszystkich danych z opisu przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź 1:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie/Wniosek 2:

Pakiet nr 40 poz. 1

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji rękawic o grubości palca min. 0,08 mm i dłoni 0,05 mm, pozostałe parametry oferowanych rękawic będą zgodne z opisem przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź 2:

Zamawiający nie dopuszcza w ww. pozycji rękawic o podanych w pytaniu parametrach.

Pytanie/Wniosek 3:

Pakiet nr 40 poz. 1

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji możliwości wyceny op. – 200 szt. z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości.

Odpowiedź 3:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości wyceny op. – 200 szt.

Pytanie/Wniosek 4:

Projekt umowy – par. 2 ust. 2

Prosimy o przedłużenie termin dostaw do maks. 5 dni roboczych.

Odpowiedź 4:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie/Wniosek 5:

Projekt umowy – par. 3 ust. 5 pkt. 1

Prosimy o zmianę terminu na 3 dni robocze.

Odpowiedź 5:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie/Wniosek 6:

Projekt umowy – par. 3 ust. 5 pkt. 2

Prosimy o zmianę terminu na 7 dni robocze.

Odpowiedź 6:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie/Wniosek 7:

Projekt umowy – par. 5 ust. 2
Prosimy o zmianę terminu na 7 dni robocze.

Odpowiedź 7:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie/Wniosek 8:

Projekt umowy – par. 8 ust. 3 i 4

Prosimy o odniesienie kary umownej do wartości brutto niezrealizowanej części umowy. Obwarowanie Wykonawcy tak wysokimi karami umownymi jak w par. 8 ust. 3 i 4 stoi w sprzeczności z istotą instytucji kary umownej. Zgodnie z Orzecznictwem Sądu Najwyższego (Wyrok z dnia 29.12.1978r., IV CR 440/793) „Kara umowna – jako rażąco wygórowana powinna ulec zmniejszeniu w stopniu dostosowanym do tej dysproporcji. W przeciwnym razie kara umowna – tracąc charakter surogatu odszkodowania (art.483 § 1 k.c.) - prowadziłyby do nie uzasadnionego wzbogacenia wierzyciela”.

Odpowiedź 8:

Zamawiający nie wyraża zgody na obniżenie kar umownych, o których mowa w par. 8 ust. 3 i 4.

Pytanie/Wniosek 9:

dot pakietu nr 28 poz 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie obłożenia do odbierania porodu fizjologicznego z serwetą zintegrowaną z workiem przechwytyjącym płyny o wymiarze 86x56 cm.? Pozostałe wymogi zgodne z SIWZ.

Odpowiedź 9:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie/Wniosek 10:

dot pakietu nr 28 poz 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie zestawu do zabiegów ginekologicznych dolnych z ręcznikami chłonnymi w rozmiarze 18x25 cm. Pozostałe wymogi zgodne z SIWZ

Odpowiedź 10:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie/Wniosek 11:

dot wzoru umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do wzoru umowy postanowienia o następującym brzmieniu: „W przypadku zmiany stawki podatku VAT zmianie ulegnie kwota podatku VAT i cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian. Zmiana następuje z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego stawkę.

Odpowiedź 11:

Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie do wzoru umowy postanowienia jak w pytaniu, ponieważ podobny zapis jest ujęty w aktualnym wzorze umowy.

Pytanie/Wniosek 12:

dot wzoru umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisu w paragrafie 8 punktu 1 i 2 wzoru umowy o następującym brzmieniu: „za każdy dzień roboczy zwłoki w dostawie...” Pozostałe wymogi zgodne z SIWZ.

Odpowiedź 12:

Zamawiający nie wyraża zgody na wskazaną w pytaniu modyfikację.

Pytanie/Wniosek 13:

Pakiet 40.

Zwracamy się o możliwość zaferowania : Rękawice diagnostyczne, jednorazowego użytku, bezpudrowe, nitrylowe, teksturowane końcówki palców, niejałowe, rolowany, wzmocniony brzeg, kształt uniwersalny, minimalna grubość na palcu 0,11 mm, na dłoni 0,06 mm, na mankietcie 0,05 mm,: długość rękawicy min.240 mm, rozmiar S, M, L, XL, AQL 1,5. Zgodne z normami EN 455, EN 420. Pakowane A'100 sztuk.

Odpowiedź 13:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie/Wniosek 14:

Pakiet nr 23. Czy Zamawiający w pozycji 1 i 2 Pakietu 23 dopuści zaferowanie igieł o średnicy narzędzia 2,4 mm, pozostałe parametry zgodne z opisem.

Odpowiedź 14:

Zamawiający dopuszcza zaoferowane igły.

Pytanie/Wniosek 15:

Pakiet nr 23. Czy Zamawiający w pozycji 2 Pakietu 23 dopuści zaoferowanie szczotek o długości 230 cm, pozostałe parametry zgodne z opisem.

Odpowiedź 15:

Zamawiający dopuszcza zaoferowane szczotki.

Pytanie/Wniosek 16:

Pakiet nr 23. Czy Zamawiający w pozycji 4 Pakietu nr 23 uzna za wystarczające zaoferowanie pętli o średnicy 15 i 25 mm, pozostałe parametry zgodne z opisem.

Odpowiedź 16:

Zamawiający wymaga zaoferowania pętli zgodnie z opisem SIWZ.

Pytanie/Wniosek 17:

PAKIET nr 2 poz. 1 (kraniki trójdrożne)

Prosimy o wyjaśnienie czy opisane kraniki ma cechować standardowe trójramienne pokrętło i wyczuwalny przeskok co 45 stopni – zapewniające płynną i precyzyjną regulację ustawień ?

Odpowiedź 17:

Kraniki ma cechować standardowe trójramienne pokrętło, wyczuwalny przeskok co 45 stopni nie jest wymagany.

Pytanie/Wniosek 18:

PAKIET nr. 2 poz. 2 (kaniule)

Prosimy o dopuszczenie kaniul z PTFE (podwójnie oczyszczony teflon) t.j z materiału o wyższym stopniu oczyszczenia cewnika kaniuli.

Odpowiedź 18:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie/Wniosek 19:

PAKIET nr. 2 poz. 2 (kaniule)

Prosimy o dopuszczenie kaniul z PTFE (podwójnie oczyszczony teflon) , nie posiadających Badań Klinicznych . Rozmiary kaniul z zakresu :

22G (0,9) , dł. - 25mm , przepływ : 36ml/min.

20G (1,1) , dł. - 32mm , przepływ : 60ml/min.

18G (1,3) , dł. - 45mm , przepływ : 90ml/min.

17G (1,5) , dł.- 45mm , przepływ : 140ml/min.

16G (1,7) , dł.- 45mm , przepływ : 180ml/min.

14G (2,1) , dł.- 45mm , przepływ : 240ml/min.

Odpowiedź 19:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie/Wniosek 20:

PAKIET nr. 7 poz. 7 (kaniule typ „ bezpieczna „)

Prosimy o dopuszczenie kaniul typ „ bezpieczna „ – posiadających cewnik z PTFE (podwójnie oczyszczony teflon) , 3 znaczniki radioceniujące w RTG , z zastawką antyzwrotną , z koreczkiem typ standard (t.j jak w kranikach trójdrożnych – trzpień powyżej krawędzi bocznej) , logo Producenta kaniuli na koreczku zabezpieczającym górny port iniekcyjny . Zabezpieczenie ostrej części mandrynu w postaci plastikowego (w kształcie walca) – klipsa – aktywowanego w ostatnim etapie procedury kaniulacji.

Rozmiary / przepływy kaniul :

22G (0,9) , dł. 25mm , przepływ : 36ml/min

20G (1,1) , dł. 32mm , przepływ : 60ml/min

18G (1,3) , dł. 45mm , przepływ : 90ml/min

17G (1,5) , dł. 45mm , przepływ : 125ml/min

16G (1,7) , dł. 45mm , przepływ : 180ml/min

14G (2,1) , dł. 45mm , przepływ : 270ml/min

Odpowiedź 20:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie/Wniosek 21:

Pakiet nr. 7 poz. 12 (Aplikator Mini Spike)

Prosimy o dopuszczenie we wskazanej pozycji Aplikatorów z filtrem jak w SIWZ oraz bez zastawki .

Odpowiedź 21:

Zamawiający wymaga zaoferowania aplikatorów zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie/Wniosek 22:

Dot. Rozdz. X pkt 5 SIWZ

W związku z pojawieniem się wątpliwości dotyczących zakresu pełnomocnictwa w ww postępowaniu, zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o potwierdzenie, że wystarczające dla Zamawiającego będzie złożenie pełnomocnictwa w oryginale, podpisanego przez osobę umocowaną do zaciągania zobowiązań i składania oświadczeń woli -potwierdzone stosownym dokumentem, w którym wskazana osoba umocowana jest do przygotowania, podpisania oferty przetargowej, wnoszenia odwołań, a także przyłączania się do postępowań wszczętych na skutek wykorzystania środków ochrony prawnej przez innych wykonawców oraz podpisywania dokumentów za zgodność z oryginałem.

Odpowiedź 22:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie/Wniosek 23:

Dotyczy § 8 ust.1.3 wzoru umowy

Zwracamy się z wnioskiem o modyfikację w/w paragrafu wzoru umowy poprzez dopisanie: „...

z wyłączeniem sytuacji gdy nastąpił brak zapłaty przez Zamawiającego za dostarczony towar w terminie określonym w umowie”.

Odpowiedź 23:

Zamawiający wyraża zgodę na dodanie do wzoru umowy zapisu jak w pytaniu. W załączeniu przekazuje zmodyfikowany załącznik nr 6 do SIWZ - istotne postanowienia umowy.

Pytanie/Wniosek 24:

Dotyczy § 8 ust.1.3 i 1.4 wzoru umowy

Zamawiający może obciążyć dostawcę karami umownymi w wysokości 10% wartości brutto umowy w przypadku odstąpienia Wykonawcy od wykonania postanowień niniejszej umowy.

Naszym zdaniem , kary umowne winny być naliczane od wartości niezrealizowanej umowy podobnie jak odsetki za zwłokę w płatnościach naliczane są od wartości niezapłaconych faktur w terminie a nie od wartości wszystkich wystawionych faktur. Taki zapis sprawia że strony umowy nie są równoprawne.

Prosimy zatem aby kary umowne naliczane były tylko od wartości nie wykonanego świadczenia (czyli umowy).

Odpowiedź 24:

Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie we wzorze umowy zmian, o których mowa w pytaniu.

Pytanie/Wniosek 25:

Pakiet nr 14 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie folii o powierzchni całkowitej 36,5x15cm, powierzchni przylepnej 28x15cm, w pozostałym zakresie zgodnej z wymogami SIWZ.

Odpowiedź 25:

Zamawiający wymaga zaoferowania folii z godnie z zapisami SIWZ.

Pytanie/Wniosek 26:

Pakiet nr 14 poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie folii o powierzchni całkowitej 38,5x28cm, powierzchni przylepnej 30x28cm, w pozostałym zakresie zgodnej z wymogami SIWZ.

Odpowiedź 26:

Zamawiający wymaga zaoferowania folii z godnie z zapisami SIWZ.

Pytanie/Wniosek 27:

Pakiet nr 14 poz. 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie folii o powierzchni całkowitej 53,5x28cm, powierzchni przylepnej 45x28cm, w pozostałym zakresie zgodnej z wymogami SIWZ.

Odpowiedź 27:

Zamawiający wymaga zaoferowania folii z godnie z zapisami SIWZ.

Pytanie/Wniosek 28:

Pakiet nr 14 poz. 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie folii o powierzchni całkowitej 63,5x45cm, powierzchni przylepnej 55x45cm, w pozostałym zakresie zgodnej z wymogami SIWZ.

Odpowiedź 28:

Zamawiający wymaga zaoferowania folii z godnie z zapisami SIWZ.

Pytanie/Wniosek 29:

Pakiet nr 14

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje folii operacyjnej konfekcjonowanej po 10 sztuk w opakowaniu.

Odpowiedź 29:

Zamawiający nie oczekuje folii operacyjnej konfekcjonowanej po 10 sztuk w opakowaniu.

Pytanie/Wniosek 30:

Pakiet nr 36 poz. 11

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu z stokineta nieznacznie różniącą się od opisu przedmiotu zamówienia tj. w rozmiarze min. 33x122cm. Wszelkie pozostałe parametry oferowanego zestawu są zgodne z wymogami SIWZ.

Odpowiedź 30:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie/Wniosek 31:

Pakiet nr 36 poz. 9

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie Taśmy drenującej w rozmiarze 30mm×40cm.

Odpowiedź 31:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie/Wniosek 32:

Pakiet nr 38

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kompletu chirurgicznego wykonanego na całej powierzchni z włókniny polipropylenowej typu SMS o gramaturze 35g/m². Rozmiary XS, M, L, XL, XXL stanowiące odpowiednik rozmiarów wymaganych przez Zamawiającego. Komplet chirurgiczny nie stanowi wyrobu medycznego zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych, lecz środek ochrony osobistej zgodnie z normą dyrektywy unijnej 89/686/EWG W pozostałym zakresie ubrania są zgodne z wymogami SIWZ.

Odpowiedź 32:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie/Wniosek 33:

Dotyczy Pakiet nr 40 poz.1

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie rękawic diagnostycznych z nitylu, bezpydrowych o poziomie AQL 1,0 czyli wyższej jakości, spełniających pozostałe wymogi siwz?

Odpowiedź 33:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie/Wniosek 34:

dotyczy Pakietu 40

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie rękawic nitylowych o grubości na palcu, dłoni i mankiecie min.0,05mm?

Odpowiedź 34:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie/Wniosek 35:

dotyczy Pakietu 40

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie rękawic nitylowych pakowanych po 200 szt. z przeliczeniem wymaganych ilości?

Odpowiedź 35:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie/Wniosek 36:

dotyczy Załącznika nr 7 do SIWZ – Pakiet 40

Zwracamy się z prośbą o dopisanie w treści załącznika po słowach „certyfikatu CE” zapisu jeżeli dotyczy, gdyż przedmiot zamówienia nie podlega obowiązkowi certyfikacji, gdyż należy do klasy I wyrobów medycznych?

Odpowiedź 36:

Zamawiający wyraża zgodę. W załączeniu przesyła ZMODYFIKOWANY załącznik nr 7 do SIWZ.

Pytanie/Wniosek 37:

Pakiet 1 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki do tuberkuliny z nakładaną igłą 0,45 x 10 mm lub 0,5 x 16mm.

Odpowiedź 37:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie/Wniosek 38:

Pakiet 1 poz. 2-5

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek z białym tłokiem, bez rozszerzonej skali pomiarowej. Pragniemy podkreślić, iż nie ma żadnych przesłanek klinicznych uzasadniających zastosowanie w strzykawkach powyższych rozwiązań. Norma PN-EN ISO 7886-1 dotycząca strzykawek zezwala, ale nie wymaga stosowania rozszerzonej skali na strzykawkach.

2. Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu, by na opakowaniu jednostkowym znajdowała się informacja o braku zawartości DEHP. Na opakowaniach oferowanych produktów nie ma oznaczenia graficznego (piktogramu) informującego o braku zawartości PCV, lateksu oraz DEHP. Informujemy, że wynika to ze zmiany sposobu oznakowania wyrobów medycznych wprowadzonego w oparciu o międzynarodową normę EN ISO 980:2008 Symbols for use In the labelling of medical devices - polska norma to norma PN-EN ISO 980:2008 Symbole graficzne do stosowania w oznakowaniu wyrobów medycznych. W świetle tej zmiany producent nie ma już obowiązku oznaczania braku zawartości tych substancji, zobowiązany jest natomiast do oznaczenia ich zawartości, co w przypadku oferowanych produktów nie ma zastosowania.

3. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek, których opakowanie zbiorcze oznaczone jest barwnym kodem rozmiaru, a zarazem odstąpienie od wymogu takiego oznaczania na opakowaniu jednostkowym

Odpowiedź 38:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie/Wniosek 39:

Pakiet 1 poz. 5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek pakowanych po 80 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości w formularzu cenowym

Odpowiedź 39:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie/Wniosek 40:

Pakiet 1 Poz. 7

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie koreczka bez daty ważności na pojedynczej sztuce, którego trzpień zamykający światło kaniuli jest powyżej krawędzi korka. Zwracamy uwagę Zamawiającego na fakt, iż obecność trzpienia osadzonego poniżej krawędzi koreczka nie ma żadnego medycznego uzasadnienia, bowiem w przypadku jakiegokolwiek dotknięcia koreczka i tak wszelkie zasady bezpieczeństwa nakazują użycie nowego, w celu zapobieżenia przypadkowemu zakażeniu. Jednocześnie informujemy, iż korek ze standardowym trzpieniem powyżej krawędzi koreczka w przypadku umiejętnego zastosowania zapewnia aseptyczne użytkowanie, a jednocześnie umożliwia wyjęcie go bez zainfekowania wewnętrznej jego strony.

Odpowiedź 40:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie/Wniosek 41:

Pakiet 1 poz. 6, 7, 8

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy strzykawki do pomp mają być wpisane w menu pompy?

Odpowiedź 41:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie/Wniosek 42:

Pakiet 1 poz. 6, 8

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawkę o pojemności 50(60)ml.

Odpowiedź 42:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie/Wniosek 43:

Pakiet 2 poz. 2

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniul dożylnych renomowanej firmy Becton Dickinson w rozmiarach 22G-14G, z dodatkowym portem i skrzydełkami, bez zabezpieczenia igły po wyjęciu kaniuli, wykonanych z PTFE, widoczne w USG, bez pasków kontrastujących, z zastawką antyzwrotną, zapobiegającą zwrotnemu wypływowi krwi podczas wkłucia, rozmiary kaniul identyfikowane kolorem. Kaniule sterylizowane tlenkiem etylenu. Rozmiary: 0,8x25, 22G, przepływ 31 ml/min; 1,0x32, 20 G, przepływ 54 ml/min; 1,2 x 32, 18 G, przepływ 80 ml/min; 1,2 x 45, 18 G, przepływ 80 ml/min; 1,7x45, 16 G, przepływ 180 ml/min; 2,0x45, 14G, przepływ 270ml/min.

2. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniul do wkłuc dożylnych renomowanej firmy Becton Dickinson w rozmiarze 22-14 G z dodatkowym portem i skrzydełkami, bez zabezpieczenia igły po wyjęciu kaniuli, wykonane z biokompatybilnego poliuretanu, z min. 4 paskami radioceniującymi w RTG, z zastawką antyzwrotną, rozmiary kaniul identyfikowane kolorem, sterylizowanych radiacyjnie. Rozmiary: 0,9x25, 22G, przepływ 42 ml/min; 1,1x32, 20 G, przepływ 67 ml/min; 1,3 x 32, 18 G, przepływ 103 ml/min; 1,3 x 45, 18 G, przepływ 103 ml/min; 1,8x45, 16 G, przepływ 236 ml/min; 2,0x45, 14G, przepływ 270ml/min.

3. Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu informacji w języku polskim o producencie i podmiocie odpowiedzialnym na terenie UE.

Odpowiedź 43:

1. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
2. Zamawiający dopuszcza.
3. Zamawiający odstępuje od wymogu.

Pytanie/Wniosek 44:

Pakiet 5 Poz.1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie myjki w formie rękawicy, do mycia ciała pacjenta - jednostronnie impregnowana mydłem o neutralnym pH 5,5, jednorazowego użytku

- gotowa do użycia po aktywacji wodą, zgrzewana termicznie. Hipoalergiczna, wykonana z jednej strony z tkaniny bawełnianej (biało-niebieskie paski) dwustronnie drapanej, jednostronnie impregnowanej mydłem, podfoliowanej wewnątrz, z drugiej strony z włókniny podfoliowanej wewnątrz. Impregnacja mydłem w formie poziomych, równoległe ułożonych pasków umożliwia równomierne rozprowadzenie mydła. Wymiary 23 cm x 15,5 cm (+/- 1,0cm), waga pojedynczej myjki 6,5 g, grubość myjki 3 mm.

Odpowiedź 44:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie/Wniosek 45:

Pakiet 7. Poz. 7

1 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie Kaniuli bezpiecznej renomowanej firmy Becton Dickinson, wykonanej z biokompatybilnego poliuretanu nowej generacji (potwierdzone badaniami klinicznymi dołączonymi do oferty), Posiadająca 6 pasków kontrastujących w promieniach RTG. Możliwość identyfikacji radiologicznej położenia końca kaniuli. Posiadająca zastawkę bezzwrotną zapobiegającą wypływowi krwi, oraz samozamykający się korek górnego portu. Posiadająca automatyczną osłonką chroniącą przed zakłuciem po wycofaniu igły. Pakowane w opakowania typu Tyvek - zabezpieczające przed wilgocią. Jałowa z widoczną datą ważności na opakowaniu. posiadające korki z trzpieniem powyżej krawędzi korka

Sterylizowana radiacyjnie. Rozmiary:

22 GA - 0,9 x 25 mm niebieski

20 GA - 1,1 x 32 mm różowy

18 GA - 1,3 x 32 mm zielony

18 GA - 1,3 x 45 mm zielony

17 GA - 1,5 x 45 mm biały

16 GA - 1,8 x 45 mm szary

14 GA - 2,0 x 45 mm pomarańczowy

2. Ze względu na różne techniki i sposoby zabezpieczenia kaniul, prosimy Zamawiającego o sprecyzowanie czy dla ochrony przed ekspozycją zawodową w postaci przypadków nieprzewidzianej

ekspozycji na krew po wycofaniu igły innych niż zakłucie kaniula ma posiadać automatyczną osłonkę wyposażoną w kapilary?

Odpowiedź 45:

1. Zamawiający dopuszcza.
2. Zamawiający wymaga zabezpieczenia przed zakłuciem, nie jest konieczne zabezpieczenie absorbujące krew.

Pytanie/Wniosek 46:

Pakiet 16 Poz. 3

1. Czy zestaw ma posiadać dren dwuświatłowy pozwalający na pełne odpowietrzenie co zapobiega zastojowi moczu w drenie i zapewnia swobodny odpływ moczu do worka zbiorczego –zmniejsza to ryzyko zakażeń oraz sprawia, iż pomiar jest dokładniejszy ?
2. Czy filtr na gorze pomory pomiarowej ma być zabudowany co stanowi ochronę przed nakłuciem oraz zapobiega uszkodzeniu filtra i kontaminacji zestawu ?

Odpowiedź 46:

1. Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.
2. Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

Pytanie/Wniosek 47:

Pakiet 18 poz. 6, 7

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy cewniki pooperacyjne mają być pakowane w wewnętrzny worek foliowy oraz zewnętrzne opakowanie folia-papier, co zapewnia ich aseptyczne użytkowanie w warunkach bloku operacyjnego?

Odpowiedź 47:

Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

Pytanie/Wniosek 48:

Pakiet 18 Poz. 6

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewników Doufoura z balonem 50ml. Pozostałe parametry jak w SIWZ.

Odpowiedź 48:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie/Wniosek 49:

Pakiet 18 Poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewników Foley z balonami:

Ch 6-10 , balon o pojemności 3 ml

Ch 12-30 balon o pojemności 5-15 ml

Ch 12-30 balon o pojemności 30 ml

Jak dotychczas stosowane przez Zamawiającego.

Odpowiedź 49:

Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

Pytanie/Wniosek 50:

Pakiet 18 Poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewników Foley z balonami:

Ch 6-10 , balon o pojemności 3 ml

Ch 12-30 balon o pojemności 5-10 ml

Ch 12-30 balon o pojemności 30 ml

Odpowiedź 50:

Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

Pytanie/Wniosek 51:

Pakiet 18 Poz. 5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewników Foley z balonem 30-50ml, jak obecnie stosowane przez Zamawiającego.

Odpowiedź 51:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie/Wniosek 52:

Pakiet 18 Poz. 6

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewników Dufour z balonem 50ml lub 80ml, jak obecnie stosowane przez Zamawiającego.
2. Prosimy o wyjaśnienie czy nie zaszła oczywista omyłka i Zamawiający oczekuje w tej pozycji: Cewnik Dufoura 2-drożny balon 75ml (sterylny) wykonany z termoplastycznego, przezroczystego PCV, miękającego pod wpływem temperatury ciała pacjenta .Pakowany w wewnętrzny worek foliowy oraz zewnętrzne opakowanie folia – papier?

Odpowiedź 52:

1. Zamawiający dopuszcza.
2. Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

Pytanie/Wniosek 53:

Pakiet 26 Poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jałowego, rozpuszczalnego w wodzie, bezbarwnego i przezroczystego żelu, przeznaczonego do podawania docewkowego, o działaniu znieczulającym i bakteriobójczym (Lidocaine hydrochloride 2%, Chlorhexidine didydrochloride 0,05%), z możliwością zastosowania podczas cewnikowania pęcherza moczowego, wymiany cewników, endoskopii pęcherza moczowego, rektoskopii, kolonoskopii, w aplikatorze harmonijkowym o pojemności 8,5g, z datą ważności i składem chemicznym na indywidualnym opakowaniu papier-folia, w opakowaniach zbiorczych po 25 aplikatorów?

Odpowiedź 53:

Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

Pytanie/Wniosek 54:

Pakiet 26 Poz.2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jałowego, rozpuszczalnego w wodzie, bezbarwnego i przezroczystego żelu, przeznaczonego do podawania docewkowego, o działaniu znieczulającym i bakteriobójczym (Lidocaine hydrochloride 2%, Chlorhexidine didydrochloride 0,05%), z możliwością zastosowania podczas cewnikowania pęcherza moczowego, wymiany cewników, endoskopii pęcherza moczowego, rektoskopii, kolonoskopii, w aplikatorze harmonijkowym o pojemności 12,5g, z datą ważności i składem chemicznym na indywidualnym opakowaniu papier-folia, w opakowaniach zbiorczych po 25 aplikatorów?

Odpowiedź 54:

Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

Pytanie/Wniosek 55:

Pakiet 26 Poz. 1,2

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy żel do cewnikowania ma być pozbawiony parabenów m.in. Methyl Hydroxybenzoate i Propyl Hydroxybenzoate, które są substancjami alergennymi.

Odpowiedź 55:

Zamawiający dopuszcza obecność parabenów.

Pytanie/Wniosek 56:

Pakiet 34 Poz.1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewnika do odsysania w systemie zamkniętym na 72 godziny do rurek intubacyjnych o długości 54 cm, do rurek tracheotomijnych o długości 34 cm z adapterem kątowym 45 stopni do dróg oddechowych, skalowany co 1 cm, rozmiar kodowany kolorystycznie oraz numerycznie na cewniku, z jednym otworem centralnym i 2 bocznymi ułożonymi naprzemiennie, z portem do przepłukiwania cewnika, z przezroczystą komorą płuczącą, z silikonową, bezobsługową, samouszczelniającą się, dwudzielną zastawką, z blokadą próżni wyposażoną w zatyczkę nauwieży, cewnik pozbawiony DEHP, w rozmiarach: 14 CH, 16 CH.

Odpowiedź 56:

Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

Pytanie/Wniosek 57:

Pakiet 37 Poz 2.

Czy cewnik kaniuli dotętnicznej powinien być wykonany z materiału PTFE?

Odpowiedź 57:

Tak, musi być wykonany z materiału PTFE.

Pytanie/Wniosek 58:

Pakiet 37 Poz.3,4,5

Prosimy o wyjaśnienie czy bezigłowe zamknięte systemy dostępu naczyniowego powinien posiadać zastawkę w postaci łatwej do skutecznej dezynfekcji jednoelementowej, silikonowej, przyzierniej podzielonej membrany (która winna też obejmować w całości górną końcówkę łącznika), zewnętrznie osadzonej na plastikowym przezroczystym konektorze (jednorodna materiałowo powierzchnia styku końcówki luer przy połączeniu z systemem dostępu naczyniowego),

Odpowiedź 58:

Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

Pytanie/Wniosek 59:

Pakiet 40

1/Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic diagnostycznych o grubości:

Na palcu $0,1\pm 0,01$ mm

Dłoń $0,06-0,07$ mm

Mankiet $0,05$ mm

2/ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic diagnostycznych o grubości:

Na palcu $0,1\pm 0,01$ mm

Dłoń $0,08\pm 0,01$ mm

Mankiet $0,06\pm 0,01$ mm

3/ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic XL pakowanych a' 90 szt.

Odpowiedź 59:

1. Zamawiający dopuszcza.
2. Zamawiający dopuszcza.
3. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie/Wniosek 60:

Dotyczy zad. 2 poz. 2

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu przedstawienia badań gdyż takie badania są dobrowolne i nie wnoszą nic do jakości oferowanego asortymentu

Odpowiedź 60:

Zamawiający odstępuje od wymogu.

Pytanie/Wniosek 61:

Dotyczy zad. 2 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści kaniule wykonane z poliuretanu?

Odpowiedź 61:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie/Wniosek 62:

Dotyczy zad. 2 poz. 2

Czy Zamawiający kaniule 22G 0,9 o przepływie 36ml/min?

Odpowiedź 62:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie/Wniosek 63:

Dotyczy zad. 2 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści kaniule 20G 1,1x33mm o przepływie 61ml/min lub 1,1x32mm o przepływie 65ml/min ?

Odpowiedź 63:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie/Wniosek 64:

Dotyczy zad. 2 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści kaniule 18G 1,3x45mm o przepływie 95ml/min lub 1,3x33mm o przepływie 103ml/min?

Odpowiedź 64:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie/Wniosek 65:

Dotyczy zad. 2 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści kaniule 16G 1,7x50mm o przepływie 196ml/min lub 1,7x45mm o przepływie 200ml/min?

Odpowiedź 65:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie/Wniosek 66:

Dotyczy zad. 2 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści kaniule 14G 2,2x50mm o przepływie 343ml/min lub 2,1x45 o przepływie 305ml/min?

Odpowiedź 66:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie/Wniosek 67:

Dotyczy zad. 7 poz. 1-6

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania igieł jednego producenta oznakowanych w zależności od rozmiaru numerem katalogowym? (łatwa identyfikacja produktu w przypadku ewentualnego incydentu, czy wycofania)

Odpowiedź 67:

Zamawiający wymaga zaoferowania igieł jednego producenta.

Pytanie/Wniosek 68:

Dotyczy zad. 7 poz. 12

Czy Zamawiający wymaga aby aplikator posiadał zastawkę antyzwrotną?

Odpowiedź 68:

Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

Pytanie/Wniosek 69:

Dotyczy zad. 7 poz. 13b

Czy Zamawiający dopuści igłę 0,9x38?

Odpowiedź 69:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie/Wniosek 70:

Dotyczy zad. 19 poz. 6

Czy Zamawiający dopuści sondy o długości 125 cm?

Odpowiedź 70:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie/Wniosek 71:

Dotyczy zad. 19 poz. 8,9

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do oddzielnego pakietu co umożliwi złożenie ofert większej liczbie Wykonawców a Zamawiającemu pozyskanie korzystnych ofert cenowych.

Odpowiedź 71:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie/Wniosek 72:

Dotyczy zad. 21 poz. 1-9

Czy Zamawiający wymaga aby bezpośrednio na ostrzu był wygrawerowany nr ostrza oraz nazwa producenta?

Odpowiedź 72:

Zamawiający wymaga.

Pytanie/Wniosek 73:

Dotyczy zad. 21 poz. 1-10

Czy Zamawiający wymaga aby ostrza i skalpele pochodziły od jednego producenta?

Odpowiedź 73:

Zamawiający wymaga, aby ostrza i skalpele pochodziły od jednego producenta.

Pytanie/Wniosek 74:

Pakiet nr 1 poz. 2-5

Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu kolorystycznego oznaczenia rozmiaru strzykawki na pojedynczym opakowaniu każdej sztuki oraz o informacji o braku zawartości ftalanów. Proponowane przez

nas opakowania oznaczone są zgodnie z wymaganiami, które określił Minister Zdrowia w swoim Rozporządzeniu.

Odpowiedź 74:

Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

Pytanie/Wniosek 75:

Pakiet nr 1 poz. 5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w pozycji strzykawkę pakowanych po 80 szt. z możliwością przeliczenia w formularzu asortymentowo- cenowym.

Odpowiedź 75:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie/Wniosek 76:

Pakiet nr 5 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści myjkę wykonaną z podkładów watolinowych 90g/m², pakowaną w opakowania a'20 z przeliczeniem na 60 opakowań ?

Odpowiedź 76:

Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

Pytanie/Wniosek 77:

Pakiet nr 12 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści koszulę higieniczną w kolorze granatowym ?

Odpowiedź 77:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie/Wniosek 78:

Pakiet nr 12 poz. 6

Czy Zamawiający dopuści pokrowce na obuwię włókninowe z warstwą antypoślizgową ?

Odpowiedź 78:

Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

Pytanie/Wniosek 79:

Pakiet nr 12 poz. 6

Czy Zamawiający dopuści pokrowce na obuwię foliowe standardowe ?

Odpowiedź 79:

Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

Pytanie/Wniosek 80:

Pakiet nr 12 poz. 8

Czy Zamawiający dopuści prześcieradło jednorazowe o wymiarach 90x200 ?

Odpowiedź 80:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie/Wniosek 81:

Pakiet nr 12 poz. 8

Czy Zamawiający dopuści prześcieradło jednorazowe o wymiarach 75x190?

Odpowiedź 81:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie/Wniosek 82:

Pakiet nr 12 poz. 8

Czy Zamawiający dopuści prześcieradło jednorazowe wiązane na troki ?

Odpowiedź 82:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie/Wniosek 83:

Pakiet nr 12 poz. 11

Czy Zamawiający dopuści pokrowiec na przewody o wymiarach fi16x250 ?

Odpowiedź 83:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie/Wniosek 84:

Pakiet nr 12 poz. 13

Czy Zamawiający dopuści sterylne kieszenie przyklepne na narzędzia o wymiarach 15x30 + 25x30 cm ?

Odpowiedź 84:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie/Wniosek 85:

Pakiet nr 12 poz. 15

Czy Zamawiający dopuści ściereczki wykonane z włókniny 40x40 cm

Odpowiedź 85:

Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

Pytanie/Wniosek 86:

Pakiet nr 14 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści folię chirurgiczną z powierzchnią przyklepną 45x48 cm ?

Odpowiedź 86:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie/Wniosek 87:

Pakiet nr 15 poz.1

Czy Zamawiający dopuści gólarke medyczną z pojedynczym ostrzem pokrytym wyłącznie platyną o wymiarach ostrza 0,7 x 3,6 x 0,01 cm ?

Odpowiedź 87:

Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

Pytanie/Wniosek 88:

Pakiet nr 16 poz.1

Czy Zamawiający dopuści worki na mocz o długości 90cm ?

Odpowiedź 88:

Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

Pytanie/Wniosek 89:

Pakiet nr 16 poz.1

Czy Zamawiający dopuści worki na mocz sterylne w miejsce niesterylnych ?

Odpowiedź 89:

Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

Pytanie/Wniosek 90:

Pakiet nr 16 poz.3

Czy Zamawiający dopuści zestaw do pomiaru diurezy godzinowej o poniższej specyfikacji ?

- worek zbiorczy o pojemności 2 000 ml, skalowany co 50 ml, z zastawką antyrefluksyjną i obsługiwanym jedną ręką zaworem spustowym szybkiego opróżniania typu poprzecznego „T”
- dren łączący zakończony uniwersalnym łącznikiem schodkowym, standardowa długość drenu 120 cm
- dren o dużej średnicy, wykonany z materiału zapobiegającego jego zaginaniu i skręcaniu, zapewniający swobodny i skuteczny odpływ moczu
- na drenie klema zaciskowa typu przesuwne
- dodatkowy element wzmacniający w miejscu połączenia drenu z komorą, zapobiegający jego zaginaniu
- samouszczelniający się port do pobierania próbek
- trwała, stabilna komora pomiarowa o pojemności 500 ml podzielona na cztery zintegrowane komory pośrednie
- bardzo wysoki stopień dokładności pomiaru, co 1 ml od 4 ml do 50 ml (w komorze wstępnej) i co 5 ml do 500 ml (w pozostałych komorach)
- komora zaopatrzona w filtr hydrofobowy, zapobiegający zasysaniu, wyrównujący ciśnienie wewnętrzne w systemie
- obrotowy zawór spustowy z wyraźnym wskaźnikiem położenia (otwarty/zamknięty) opróżniający jednocześnie wszystkie komory pomiarowe
- biała, tylna ścianka komory, ułatwiająca dokładny odczyt i wizualizację moczu
- pozycjonowanie i stabilizacja systemu za pomocą dwóch uniwersalnych taśm, pasujących do okrągłych

i kwadratowych ram łożka

• sterylny

Odpowiedź 90:

Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

Pytanie/Wniosek 91:

Pakiet nr 27 poz.2

Czy Zamawiający dopuści pojemnik do moczu o pojemności 100 ml, skalowany do 100 ml?

Odpowiedź 91:

Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

Pytanie/Wniosek 92:

§8, ust. 3, 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów umowy dotyczących kar umownych na 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy?

Odpowiedź 92:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie/Wniosek 93:

Pakiet 1, pozycje 2-5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie strzykawek dwuczęściowych, z końcówką Luer, posiadających tłok w kontrastującym kolorze oraz czarną pojedynczą, rozszerzoną skalę pomiarową, z pewnym, pojedynczym zabezpieczeniem tłoka dla pojemności 2, 5 i 10 ml oraz podwójnym zabezpieczeniem tłoka dla pojemności 20 ml, z nazwą producenta nadrukowaną na cylindrze, opakowanie typu blister-pack, op. 100szt., sterylne, z dużym i wyraźnym, numerycznym oznakowaniem rozmiaru strzykawki na pojedynczym opakowaniu każdej sztuki oraz informacją o braku PVC i lateksu, takich jak obecnie stosowane w placówce Zamawiającego?

Odpowiedź 93:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie/Wniosek 94:

Pakiet 7, pozycje 1-6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie ww. pozycji do oddzielnego pakietu, co umożliwi start w postępowaniu większej ilości Wykonawców, a tym samym uzyskanie przez Zamawiającego konkurencyjnych cenowo ofert?

Odpowiedź 94:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie/Wniosek 95:

Pakiet 16, pozycje 5

Prosimy o doprecyzowanie co Zamawiający ma na myśli pod opisem „worki do enemy”?

Odpowiedź 95:

Zamawiający ma na myśli worki do lewatywy.


Pytanie/Wniosek 96:

Pakiet nr 18 poz.6,7

Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycje i utworzy z niej oddzielny pakiet? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.

Odpowiedź 96:

Zamawiający nie wyraża zgody.

DYREKTOR
Szpitala Powiatowego w Ketrzynie

dr n. med. Krzysztof Tytman
.....
(podpis Zamawiającego)