

**Wykonawcy  
biorący udział w postępowaniu  
nr CUW.PK.343.6.2016**

Nasz znak: CUW.PK..343.6.2016

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr CUW.PK.343.6.2016 w trybie przetargu nieograniczonego na: „Zakup specjalistycznego sprzętu i aparatury do Szpitala Powiatowego w Kętrzynie”.

**WYJAŚNIENIA DO SIWZ - NR 2**

Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego, działając w imieniu Zamawiającego w oparciu o pełnomocnictwo z dnia 06.04.2016r. udzielone przez Szpital Powiatowy w Kętrzynie w trybie art. 15 ust. 2 i 3 ustawy Pzp, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr CUW.PK.343.6.2016 w trybie przetargu nieograniczonego na: „Zakup specjalistycznego sprzętu i aparatury do Szpitala Powiatowego w Kętrzynie”, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych udziela wyjaśnień do SIWZ w następującym zakresie:

**Pytanie/Wniosek nr 1**

Pytania dotyczące zał. Nr 1c – parametrów granicznych:

27	Rozdzielczość wysokokontrastowa w płaszczyźnie x,y, mierzona w polu akwizycyjnym FOV=50 cm w punkcie 50% charakterystyki MTF.[pl/cm]	$\geq 7,5$ Podać wartość		Największa wartość – 10 pkt Najmniejsza wartość - 0 pkt Pozostałe proporcjonalnie
28	Dawka przy której zmierzono zadeklarowaną rozdzielczość w punkcie 27 powyżej	Podać wartość		Najmniejsza wartość – 10 pkt Największa wartość - 0 pkt Pozostałe proporcjonalnie
29	Rozdzielczość niskokontrastowa wizualna, przy różnicy gęstości 3 HU, określona dla najkrótszego skanu pełnego zmierzona na fantomie CATHPAN o średnicy 20 cm, dla napięcia $\geq 110$ kV, dla warstwy 10 mm [mm]	$\leq 5$ , podać		Bez oceny

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o poprawienie oczywistej omyłki pisarskiej i skorygowanie zapisu w pkt 28, że odnosi się on do pkt 29 czyli rozdzielczości niskokontrastowej dla której przeprowadza się pomiary dawki, a nie rozdzielczości wysokokontrastowej dla której takich pomiarów się nie przeprowadza. Zmiana na:

27	Rozdzielczość wysokokontrastowa w płaszczyźnie x,y, mierzona w polu akwizycyjnym FOV=50 cm w punkcie 50% charakterystyki MTF.[pl/cm]	$\geq 7,5$ Podać wartość		Największa wartość – 10 pkt Najmniejsza wartość - 0 pkt Pozostałe proporcjonalnie
28	Dawka przy której zmierzono zadeklarowaną rozdzielczość w punkcie 29 poniżej	Podać wartość		Najmniejsza wartość – 10 pkt Największa wartość - 0 pkt Pozostałe proporcjonalnie
29	Rozdzielczość niskokontrastowa wizualna, przy różnicy gęstości 3 HU, określona dla najkrótszego skanu pełnego zmierzona na fantomie CATHPAN o średnicy 20 cm, dla napięcia $\geq 110$ kV, dla warstwy 10 mm [mm]	$\leq 5$ , podać		Bez oceny

**Odpowiedź nr 1**

Zamawiający dokona modyfikacji dokumentu eliminując wyżej wskazaną oczywistą pomyłkę pisarską w wierszu 28 załącznika Nr 1c do SIWZ zastępując zwrot: „w punkcie 27 powyżej” zwrotem: „w punkcie 29 poniżej”.

**Pytanie/Wniosek nr 2**

Pytania dotyczące zał. Nr 1c – parametrów granicznych (dotyczy pkt. 79 zał. 1c): Prosimy o wykreślenie z pkt.79 zapisu ostatniego zdania: „Wybór jednostki wykonującej testy należy do Zamawiającego”. To Wykonawca powinien zdecydować jaka firma wykona testy akceptacyjne, gdyż to on w swojej ofercie musi je wycenić. Zamawiający nie może narzucić Wykonawcy, firmy od której ma pozyskać ofertę dotyczącą testów akceptacyjnych.

**Odpowiedź nr 2**

Zamawiający dokona modyfikacji zał. nr 1 c do SIWZ w wierszu 79 zastępując zapis: „Wybór jednostki wykonującej testy należy do Zamawiającego” zapisem o treści: „Podmiot wykonujący testy musi posiadać akredytację w rozumieniu ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2010r. Nr 138, poz. 935, z późn. zm.)”.

**Pytanie/Wniosek nr 3**

Pytania dotyczące zał. Nr 1c – parametrów granicznych (dotyczy pkt. 77 zał. 1c): Prosimy o ujednoczenie wymogu z projektem umowy § 1 ust. 3 tir. 4 i dopisanie na końcu „objętej instrukcją użytkownika, potwierdzone stosownym zaświadczeniem”.

**Odpowiedź nr 3**

Zamawiający dokona zał. Nr 1c do SIWZ modyfikacji w wierszu 77 dopisując zwrot: „w zakresie objętym instrukcją użytkownika, potwierdzone stosownym zaświadczeniem”.



#### **Pytanie/Wniosek nr 4**

Pytania dotyczące zał. Nr 1c – parametrów granicznych (dotyczy pkt. 78 zał. 1c): Ponieważ Zamawiający wymaga integracji dostarczanego sprzętu ze szpitalnym systemem informatycznym CRID oraz systemem PACS prosimy o wskazanie dostawców tych systemów. Prosimy o potwierdzenie, że integracja nowego sprzętu nastąpi w ramach rekonfiguracji istniejących systemów informatycznych bez konieczności wykupywania dodatkowych licencji dostępowych. W przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie, czy Zamawiający dysponuje wolnymi licencjami RIS/PACS?

#### **Odpowiedź nr 4**

Zamawiający zakłada, że integracja nowego sprzętu nastąpi w ramach rekonfiguracji istniejących systemów informatycznych bez konieczności wykupywania dodatkowych licencji dostępowych. Dostawcy posiadanych systemów informatycznych: CRID- Comarch PACS – Synektik.

#### **Pytanie/Wniosek nr 5**

Pytania dotyczące adaptacji: Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku, kiedy pomieszczenia pracowni tomografii komputerowej nie będą wymagały prac adaptacyjnych a jedynie wykonanie prac związanych z montażem (np. podłączenie zasilania aparatu, ułożenie kabli w obecnie istniejących kanałach itp.) Zamawiający nie będzie wymagał stworzenia i zatwierdzenia dokumentacji projektowej oraz tworzenia dokumentacji powykonawczej. W przeciwnym razie prosimy o udostępnienie dokumentacji wszystkich branż obecnie istniejącej pracowni tomografii komputerowej.

W szczególności dokumentacji wykonawczej/powykonawczej dotyczącej: zasilania, wentylacji i klimatyzacji oraz wytrzymałości stropów. Pozwoli to na określenie zakresu prac adaptacyjnych niezbędnego do zainstalowania i uruchomienia nowo dostarczanego tomografu, oraz prosimy o wydłużenie terminu wykonania przedmiotu zamówienia do 90 dni.

#### **Odpowiedź nr 5**

1. Zamawiający zdefiniował swoje wymagania w zakresie dokumentacji w § 5 zał. 6 do SIWZ. Zamawiający posiada dokumentację powykonawczą w branżach wraz z opinią techniczną w zakresie wytrzymałości stropów oraz projektem ochrony radiologicznej obliczenia osłon stałych przed promieniowaniem dla pracowni komputerowej/ instalacji obecnie tomografu komputerowego – z dokumentacją tą i stanem faktycznym można zapoznać się podczas wizji lokalnej. Zamawiający nie znając uwarunkowań związanych z specyfiką i uwarunkowaniami w zakresie instalacji oferowanego sprzętu nie jest w stanie określić czy w danej sytuacji cały zakres robót związany będzie tylko i wyłącznie z montażem i podłączeniem nowego tomografu, bądź też wymagał będzie dokonania prac które zgodnie z przepisami prawa będą wymagały sporządzenia nowych bądź też aktualizacji istniejących dokumentacji i ew. uzgodnień, bądź zatwierdzeń przez odpowiednie organy. Zamawiający ze swej strony nie wymaga jakichkolwiek prac adaptacyjnych pomieszczeń i posiadanych instalacji, tym niemniej jeśli instalacja nowego sprzętu bądź uwarunkowań zapisów §5 ust.1 -3 zał. 6 do SIWZ wymagać będzie takich zmian, a zmiany te związane będą z koniecznością sporządzenia nowych bądź aktualizacją posiadanych dokumentacji to Zamawiający wymaga aby Wykonawca sporządził i przekazał Zamawiającemu wymagane prawem dokumentacje – po zakończeniu instalacji Zamawiający wymaga aktualności dokumentacji zgodnie ze stanem faktycznym., zaś instalacje mają spełniać wymagania obowiązujących przepisów.

Jeśli zakres prac w ocenie Wykonawcy w świetle obowiązujących przepisów nie będzie wymagał dokumentacji lub będzie wymagał dokumentacji w ograniczonym zakresie Wykonawca potwierdzi to stosownym oświadczeniem w protokole zdawczo-odbiorczym przedmiotu umowy.

2. Zamawiający akceptuje wydłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy do 90 dni zarówno z powodu tego wniosku jak również w związku z wnioskami nr 7 i nr 77.

#### **Pytanie/Wniosek nr 6**

Pytania dotyczące adaptacji: Prosimy o podanie dokładnego zakresu prac adaptacyjnych wymaganych przez Zamawiającego z uwzględnieniem: projektu aranżacji, dokładnego obszaru objętego adaptacją, zakresu wymaganych prac w poszczególnych branżach, wymaganego standardu wykończenia itp. Tylko dokładne opisanie zakresu wymaganych prac adaptacyjnych pozwoli rzetelnie oszacować czas potrzebny na wykonanie i zatwierdzenie dokumentacji projektowej jak również określić harmonogram i koszty prac.

#### **Odpowiedź nr 6**

Zamawiający zawarł stanowisko w sprawie wykonania ew. prac adaptacyjnych w udzielonej odpowiedzi nr 5.

#### **Pytanie/Wniosek nr 7**

Pytania dotyczące adaptacji: Ponieważ Zamawiający oczekuje wykonania i zatwierdzenia dokumentacji projektowej, wykonania dostaw, instalacji, uruchomienia tomografu, przeprowadzenia szkoleń personelu jak również wykonania dokumentacji powykonawczej wykonanych prac adaptacyjnych prosimy o urealnienie oczekiwanego terminu wykonania zadania poprzez wydłużenie oczekiwanego minimalnego terminu wykonania projektu do co najmniej 90 dni od podpisania umowy.

#### **Odpowiedź nr 7**

Zamawiający informuje, że stanowisko w kwestii zamiany terminu wykonania przedmiotu umowy zostało zawarte w odpowiedzi nr 5.

#### **Pytanie/Wniosek nr 8**

Pytania dotyczące adaptacji: Prosimy o podanie informacji czy Zamawiający oczekuje w ramach przedmiotu zamówienia demontażu i utylizacji lub przechowania/zmagazynowania obecnie eksploatowanego tomografu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

#### **Odpowiedź nr 8**

Zamawiający nie przewiduje takich rozwiązań w tym postępowaniu



**Pytanie/Wniosek nr 9**

Pytania dotyczące adaptacji: Prosimy o podanie planowanej daty demontażu obecnie eksploatowanego tomografu.

**Odpowiedź nr 9**

Zamawiający na tym etapie nie jest w stanie podać konkretnej daty demontażu, tym niemniej zakłada demontaż obecnie tomografu przed datą rozpoczęcia montażu przedmiotu niniejszego zamówienia.

**Pytanie/Wniosek nr 10**

Pytania dotyczące adaptacji: Prosimy o informację czy Zamawiający rozumie rozpoczęcie biegu umowy od dnia demontażu obecnie eksploatowanego tomografu.

**Odpowiedź nr 10**

Zamawiający zawarł stanowisko w sprawie w udzielonej odpowiedzi nr 9.

**Pytanie/Wniosek nr 11**

Pytania dotyczące adaptacji: Prosimy o informację w jakim terminie Zamawiający udostępni pomieszczenia do wykonania prac adaptacyjnych.

**Odpowiedź nr 11**

Zamawiający informuje, że terminy zostaną uzgodnione zgodnie z zapisami §1 ust. 6 zał. 6 do SIWZ

**Pytanie/Wniosek nr 12**

Pytania dotyczące adaptacji: Czy Zamawiający zwolni Wykonawcę z obowiązku wykonania dokumentacji projektowej w przypadku, kiedy nie będzie konieczne wykonanie prac w poszczególnych branżach.

**Odpowiedź nr 12**

Zamawiający zawarł stanowisko w sprawie w udzielonej odpowiedzi nr 5.

**Pytanie/Wniosek nr 13**

Pytania dotyczące adaptacji: Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający zapewni drogę transportową uwzględniającą wymiary oraz wagę tomografu. Prosimy o przedstawienie rysunku sytuacyjnego zaplanowanej drogi transportowej.

**Odpowiedź nr 13**

Zamawiający nie zna wymiarów ani wagi tomografu. Droga transportowa do uzgodnienia podczas wizji lokalnej.

**Pytanie/Wniosek nr 14**

Pytania dotyczące adaptacji: Czy zamawiający przewiduje wymianę warstw wykończeniowych posadzki? Jeśli tak to w jakich pomieszczeniach jaki materiał należy zastosować?

**Odpowiedź nr 14**

Zamawiający zawarł stanowisko w sprawie ew. prac adaptacyjnych w udzielonej odpowiedzi nr 5

**Pytanie/Wniosek nr 15**

Pytania dotyczące adaptacji: Czy zamawiający przewiduje zastosowanie sufitów podwieszanych w związku z technicznym brakiem możliwości ukrycia instalacji w stropie typu Klein? Jeżeli tak to jakiego rodzaju i w jakich pomieszczeniach.

**Odpowiedź nr 15**

Zamawiający zawarł stanowisko w sprawie ew. prac adaptacyjnych w udzielonej odpowiedzi nr 5

**Pytanie/Wniosek nr 16**

Pytania dotyczące adaptacji: Czy zamawiający dopuszcza wykonanie osłon radiologicznych w systemie lekkich zabudów GK z zastosowaniem taśm ołowianych?

**Odpowiedź nr 16**

Zamawiający informuje, że w przypadku konieczności wykonania dodatkowych osłon, zastosowane rozwiązania muszą spełniać wymagania obowiązujących norm i przepisów prawnych oraz zapewnić estetykę pomieszczeń.

**Pytanie/Wniosek nr 17**

Pytania dotyczące adaptacji: W związku z istniejącą stolarką okienną i możliwą koniecznością zastosowania systemowych osłon radiologicznych dla tego typu elementów, proszę o przedstawienie mapy sytuacyjnej w celu określenia ekspozycji.

**Odpowiedź nr 17**

Zamawiający w załączniku nr 7 do SIWZ przedstawił aktualne usytuowanie instalacji. Stolarka okienna nie posiada systemowych osłon radiologicznych. Stanowisko w sprawie ew. prac adaptacyjnych zawarto w odpowiedzi nr 5.

**Pytanie/Wniosek nr 18**

Pytania dotyczące adaptacji: Czy istniejąca wentylacja jest sprawna i spełnia wymogi obecnie obowiązujące, czy zamawiający przewiduje jej wymianę? Jeśli tak to proszę wskazać pomieszczenia które należy wentylować i określić miejsce montażu centrali wentylacyjnej.

**Odpowiedź nr 18**

Zamawiający informuje, że instalacja wentylacji jest sprawna. Stanowisko w sprawie ew. prac adaptacyjnych zawarto w odpowiedzi nr 5.

**Pytanie/Wniosek nr 19**



Pytania dotyczące adaptacji: Czy zamawiający dopuszcza w układzie chłodzenia/klimatyzacji zastosowanie urządzeń typu SPLIT i co za tym idzie montaż jednostki zewnętrznej na elewacji?

**Odpowiedź nr 19**

Zamawiający zawarł stanowisko w sprawie ew. prac adaptacyjnych w odpowiedzi nr 5. W przypadku konieczności dokonania zmian adaptacyjnych w tym zakresie proszę uwzględnić fakt, że budynek szpitala wpisany jest do Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków, a więc proponowane rozwiązanie zapewne wymagałoby uzgodnień z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

**Pytanie/Wniosek nr 20**

Pytania dotyczące adaptacji: Proszę o wskazanie punktu przyłączenia WLZ dla montowanego urządzenia i elementów pomocniczych.

**Odpowiedź nr 20**

Zamawiający w załączniku nr 7 do SIWZ przedstawił aktualne usytuowanie instalacji. Ewentualne dodatkowe informacje do uzyskania podczas wizji lokalnej.

**Pytanie/Wniosek nr 21**

Pytania dotyczące adaptacji: Czy zamawiający przewiduje konieczność budowy instalacji gazów medycznych?

**Odpowiedź nr 21**

Zamawiający nie przewiduje takiej konieczności.

**Pytanie/Wniosek nr 22**

Pytania dotyczące adaptacji: Czy zamawiający wymaga dostawy mebli niezbędnych dla działania zakładu?

**Odpowiedź nr 22**

Zamawiający nie wymaga dostawy mebli.

**Pytanie/Wniosek nr 23**

Pytania dotyczące adaptacji: Czy zamawiający przewiduje konieczność przebudowy instalacji C.O, wod-kan itp? Jeśli tak to w jakim zakresie.

**Odpowiedź nr 23**

Zamawiający nie przewiduje przebudowy w/w instalacji - stanowisko w sprawie zakresu ew. prac adaptacyjnych zawarto w odpowiedzi nr 5.

**Pytanie/Wniosek nr 24**

Pytania dotyczące adaptacji: Dokąd należy doprowadzić instalację teletechniczną (wskazanie serwerowni) i w jakiej klasie należy ją wykonać?

**Odpowiedź nr 24**

Zamawiający zawarł stanowisko w sprawie ew. prac adaptacyjnych w odpowiedzi nr 5

**Pytanie/Wniosek nr 25**

Pytania dotyczące adaptacji: Czy zamawiający przewiduje zastosowanie systemowych rozwiązań zabezpieczających ściany przed uszkodzeniami mechanicznymi. Jeśli tak to jakiego rodzaju i których miejscach.

**Odpowiedź nr 25**

Zamawiający zawarł stanowisko w sprawie ew. prac adaptacyjnych w odpowiedzi nr 5.

**Pytanie/Wniosek nr 26**

Pytania dotyczące adaptacji: Czy zamawiający przewiduje konieczność wymiany stolarki okiennej ze względu na dostosowanie do obowiązujących przepisów termoizolacyjnych i dźwiękowych?

**Odpowiedź nr 26**

Zamawiający zawarł stanowisko w sprawie ew. prac adaptacyjnych w odpowiedzi nr 5.

**Pytanie/Wniosek nr 27**

Pytania dotyczące adaptacji: Czy zamawiający przewiduje wykonanie szpachlowania i malowania ścian na całości planowanej realizacji?

**Odpowiedź nr 27**

Zamawiający zawarł stanowisko w sprawie ew. prac adaptacyjnych w odpowiedzi nr 5.

**Pytanie/Wniosek nr 28**

Pytania dotyczące adaptacji: Prosimy o zmianę p. 81 SIWZ poprzez wydłużenie czasu od zakończenia instalacji do dnia rozpoczęcia szkolenia do 10 dni ewentualnie dopisek, że szkolenie należy rozpocząć w terminie do 5 dni roboczych od dnia zakończenia instalacji

**Odpowiedź nr 28**

Zamawiający dostosuje zapis wiersza 81 pkt 1 zał. 1c do SIWZ wprowadzając obowiązek wykonania szkolenia w terminie 5 dni roboczych od dnia dopuszczenia instalacji przez Sanepid.

**Pytanie/Wniosek nr 29**

Pytania dotyczące adaptacji: Prosimy o przedstawienie projektu aranżacji oraz opisu wymaganego sposobu adaptacji.

**Odpowiedź nr 29**



Zamawiający zawarł stanowisko w sprawie ew. prac adaptacyjnych w odpowiedzi nr 5.

**Pytanie/Wniosek nr 30**

Pytania dotyczące zał. 1b: Prosimy o dopisanie w warunkach serwisu gwarancyjnego i projekcie umowy że czas reakcji i czas naprawy dotyczy „dni roboczych od pon. do pt. z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy”. Z uwagi na fakt iż deklarowane parametry są punktowane prosimy o precyzyjne sformułowanie wymagań w tym zakresie.

**Odpowiedź nr 30**

Zamawiający akceptuje proponowaną zmianę i dokona modyfikacji w zał. 1b do SIWZ w „I. Gwarancja na prace remontowo budowlane” w wierszu 2 oraz w „IV. Serwis gwarancyjny” w wierszach 1 i 2 oraz w zał. 6 do SIWZ „Istotne postanowienia umowy” w § 8 ust. 8 pkt 1 i 2 oraz § 8 ust. 9 i ust. 15.

**Pytanie/Wniosek nr 31**

Pytania dotyczące zał. 1b (Pkt. III.1): Prosimy o ujednoczenie zapisów dot. limitu skanosekund, mowa jest o braku limitu i jednocześnie nie mniej niż 3000.000. Co Zamawiający przez to rozumie?

**Odpowiedź nr 31**

Zamawiający nie dopuszcza wprowadzenia proponowanych zmian. Zapis wprowadzony przez Zamawiającego oznacza, że Zamawiający oczekuje gwarancji na lampę wyrażonej w latach przy braku limitów. Zastrzega sobie jednak prawa gwarancyjne również w sytuacji gdy okres gwarancyjny w latach już upłynął, a lampa nie „przepracowała/wykonała” 300 000 skanosekund.

**Pytanie/Wniosek nr 32**

Pytania dotyczące zał. 1b (Pkt. V.4): Prosimy o doprecyzowanie, że Zamawiający oczekuje podania ilości przeglądów w ciągu roku, po upływie gwarancji. Prosimy o dopuszczenie DTR w języku angielskim.

**Odpowiedź nr 32**

Zamawiający zmodyfikuje zał. 1b do SIWZ w zakresie jednostki miary dla pkt.V.4 zastępując obecny zapis „liczba” na „liczba/rok”. Jednocześnie Zamawiający oczekuje złożenia wszelkich dokumentów, w tym DTR lub równoważnych, w języku polskim lub z tłumaczeniem (zgodnie z SIWZ, rozdz. IV „Uwagi” pkt 3: *dokumenty składane w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę*).

**Pytanie/Wniosek nr 33**

Pytania dotyczące zał. 1b (Pkt. V.5): W przypadku części IT prosimy o ograniczenie okresu dostępności do 5 lat.

Przedmiotowa prośba ma na celu doprecyzowanie obowiązków Wykonawcy. Zwracamy uwagę, że żadne przepisy prawa ani krajowego (ustawa z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych) ani unijnego (dyrektywa Rady 93/42/EEC z 14.06.1993r. dotycząca wyrobów medycznych) nie regulują kwestii dostępności części zamiennych i nie wskazują wprost jakiegokolwiek okresu ich gwarantowanej dostępności. Z uwagi na postęp technologiczny wyroby IT tj. komputery i oprogramowanie do nich, podlegają ciągłym zmianom i standardem jest ich wymiana na nowsze modele wcześniej, niż po 10 latach. Istotnym jest również fakt, że producenci komputerów i oprogramowania m.in. z uwagi na tak szybki postęp technologiczny, zazwyczaj nie utrzymują ich na stanie magazynowym w tak długim okresie. Z uwagi na powyższe, zobowiązanie do zapewnienia 10 letniej dostępności komputerów, części zamiennych do nich oraz oprogramowania w wersjach tożsamych z dostarczonymi przez Wykonawcę w wykonaniu niniejszej umowy, jest zobowiązaniem praktycznie niemożliwym do wykonania.

**Odpowiedź nr 33**

Zamawiający akceptuje proponowaną zmianę i dokona modyfikacji zał. 1 b do SIWZ w „V. Inne istotne postanowienia” w wierszu 5 dopisując „z zastrzeżeniem wyłączenia opisanego w wierszu 6” i dodając wiersz kolejny nr 6 „Okres zagwarantowania dostępności komputerowych części zamiennych jak dyski twarde, karty pamięci itp. - **min 5 lat**” nie podlegający odrębnej ocenie.

**Pytanie/Wniosek nr 34**

Pytania dotyczące zał. 6 – projektu umowy (dotyczy § 4 ust. 1): Czy Zamawiający dopuszcza zmianę zapisu?

„Strony uzgadniają, że Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty za przedmiot umowy, w terminie 30 dni od daty dostarczenia faktury z podpisanym bez ISTOTNYCH uwag protokołem zdawczo-odbiorczym i dokumentami wymienionymi w §10 ust. 5.”

**Odpowiedź nr 34**

Zamawiający nie dopuszcza wprowadzenia proponowanych zmian.

**Pytanie/Wniosek nr 35**

Pytania dotyczące zał. 6 – projektu umowy (dotyczy § 6 ust. 13): Prosimy o usunięcie zapisu – bieg terminów gwarancji jest określony w § 8 ust. 3, a przedmiotowy zapis jest z nim sprzeczny.

**Odpowiedź nr 35**

Zamawiający akceptuje wniosek i zmodyfikuje zał. 6 do SIWZ wykreślając w § 6 ust. 13.

**Pytanie/Wniosek nr 36**

Pytania dotyczące zał. 6 – projektu umowy (dotyczy § 7 ust. 3 pkt. 6): Prosimy o doprecyzowanie zgodne z zasadami odpowiedzialności opartej o zasadę winy, określonych w art. 415 KC.

**Odpowiedź nr 36**

Zamawiający zmodyfikuje zał. 6 do SIWZ w §7 ust. 3 pkt 6 nadając brzmienie:



„6) naprawienia na własny koszt i w terminie nie przekraczającym czasu przewidzianego na wykonanie całości zadania, wszelkich szkód wyrządzonych przez Wykonawcę w trakcie realizacji umowy,”.

#### **Pytanie/Wniosek nr 37**

Pytania dotyczące zał. 6 – projektu umowy (dotyczy § 8): Prosimy o dodanie następującego zapisu umowy:

„Uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi dotyczące wad fizycznych przedmiotu umowy, jak i okres jej trwania są tożsame z uprawnieniami z tytułu udzielonej gwarancji.”

Prosimy o potwierdzenie, że Strony w sposób pełny i wyczerpujący uregulowały podstawy i konsekwencje odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady, poprzez uzupełnienie treści umowy o wskazany zapis.

#### **Odpowiedź nr 37**

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację.

#### **Pytanie/Wniosek nr 38**

Pytania dotyczące zał. 6 – projektu umowy (dotyczy § 8 ust. 5): Prosimy o doprecyzowanie zapisów umowy następująco:

„Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia sprzętu spowodowane nie przestrzeganiem przez pracowników Zamawiającego instrukcji użytkowania sprzętu. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu gwarancji na dostarczone elementy, części lub podzespoły obejmuje tylko wady/awarie powstałe z przyczyn tkwiących w dostarczonym elemencie, części lub podzespoły, w szczególności wady konstrukcyjne lub materiałowe. Gwarancją nie są objęte:

a. uszkodzenia i wady dostarczanego sprzętu wynikłe na skutek:

- eksploatacji sprzętu przez Zamawiającego niezgodnej z jego przeznaczeniem, niestosowania się Zamawiającego do instrukcji obsługi sprzętu, mechanicznego uszkodzenia powstałego z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub osób trzecich i wywołane nimi wady,

- samowolnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych (dokonywanych przez Zamawiającego lub inne nieuprawnione osoby);

b. uszkodzenia spowodowane zdarzeniami losowymi tzw. siła wyższa (pożar, powódź, zalanie itp.)

c. materiały eksploatacyjne.”

Powyższe ma na celu doprecyzowanie warunków gwarancji.

#### **Odpowiedź nr 38**

Zamawiający zmodyfikuje zał. 6 do SIWZ w §8 ust. 5 nadając brzmienie: „5. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia sprzętu spowodowane nie przestrzeganiem przez pracowników Zamawiającego instrukcji użytkowania sprzętu. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu gwarancji na dostarczone elementy, części lub podzespoły obejmuje tylko wady/awarie powstałe z przyczyn tkwiących w dostarczonym elemencie, części lub podzespoły, w szczególności wady konstrukcyjne lub materiałowe. Gwarancją nie są objęte:

1) uszkodzenia i wady dostarczanego sprzętu wynikłe na skutek:

a) eksploatacji sprzętu przez Zamawiającego niezgodnej z jego przeznaczeniem, niestosowania się Zamawiającego do instrukcji obsługi sprzętu, mechanicznego uszkodzenia powstałego z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub osób trzecich i wywołane nimi wady,

b) samowolnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych (dokonywanych przez Zamawiającego lub inne nieuprawnione osoby);

2) uszkodzenia spowodowane zdarzeniami losowymi tzw. siła wyższa (pożar, powódź, zalanie itp.)

3) materiały eksploatacyjne nie dostarczane przez Wykonawcę w ramach niniejszej umowy.”

#### **Pytanie/Wniosek nr 39**

Pytania dotyczące zał. 6 – projektu umowy (dotyczy § 8 ust. 10): Prosimy o dopisanie po słowach "naprawa gwarancyjna" *skutkująca brakiem możliwości jego eksploatacji*. Mogą się zdarzyć drobne usterki które Wykonawca będzie usuwał w terminach późniejszych, uzgodnionych z użytkownikiem w celu zapewnienia jak największej dostępności aparatu w celu wykonywania rutynowej pracy.

#### **Odpowiedź nr 39**

Zamawiający zmodyfikuje zał. 6 do SIWZ w § 8 ust. 10 nadając brzmienie: „10. Każda naprawa gwarancyjna związana z brakiem możliwości, bezpiecznej i zgodnej z przepisami oraz instrukcją obsługi, eksploatacji przedmiotu umowy powoduje przedłużenie okresu gwarancyjnego o czas jej trwania.”

#### **Pytanie/Wniosek nr 40**

Pytania dotyczące zał. 6 – projektu umowy (dotyczy § 8 ust. 11): Prosimy o dopisanie sformułowania na koniec ustępu „według własnego wyboru.”

#### **Odpowiedź nr 40**

Zamawiający po rozpatrzeniu wniosku zmodyfikuje zał. 6 do SIWZ w § 8 ust. 11 nadając mu brzmienie: „11. Dwie naprawy tego samego elementu, podzespołu w okresie gwarancyjnym powodują wymianę tego elementu, podzespołu na wolny od wad lub wymianę całego sprzętu na pełnowartościowy według własnego wyboru Zamawiającego.”

#### **Pytanie/Wniosek nr 41**

Pytania dotyczące zał. 6 – projektu umowy (dotyczy § 8 ust. 15): Prosimy o wykreślenie ww. ustępu.

#### **Odpowiedź nr 41**

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną modyfikację.

#### **Pytanie/Wniosek nr 42**



Pytania dotyczące zał. 6 – projektu umowy (dotyczy § 8 ust. 16): Prosimy o wydłużenie terminy ostatniego przeglądu technicznego i sporządzenia protokołu do ostatnich 2 tyg okresu gwarancji. Może się zdarzyć iż z uwagi na bieżącą pracę pracowni Wykonawca nie ze swojej winy nie zostanie dopuszczony do wykonania przeglądu w ostatnim dniu gwarancji.

**Odpowiedź nr 42**

Zamawiający zmodyfikuje zał. 6 do SIWZ w §8 ust. 16 nadając brzmienie: "16. Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia protokołu przeglądu technicznego w ostatnich 14 dniach przed upływem terminu gwarancji poszczególnych elementów, podzespołów sprzętu oraz adaptacji pomieszczeń. Przeprowadzenie przeglądu technicznego elementów, podzespołów i całego sprzętu oraz adaptacji pomieszczeń Wykonawca potwierdzi stosownym protokołem i przekaze protokół Zamawiającemu".

**Pytanie/Wniosek nr 43**

Pytania dotyczące zał. 6 – projektu umowy (dotyczy § 9 ust. 2): Prosimy o doprecyzowanie zapisów umowy następująco:

„ 2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości:

- 1) 0,05% wartości przedmiotu umowy netto - za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy, jeżeli nie zostanie zrealizowany w terminie z powodu okoliczności za które odpowiada Wykonawca, jednak łącznie nie więcej niż 10% wartości netto przedmiotu umowy
- 2) 0,05% wartości przedmiotu umowy netto - za każdy dzień zwłoki w wymianie o której mowa § 8 ust. 11 i ust. 12, jednak łącznie nie więcej niż 10% wartości netto przedmiotu umowy
- 3) 0,5% wartości przedmiotu umowy netto - za każdy dzień zwłoki w reakcji serwisu na zgłoszenie lub w wykonaniu napraw, przeglądów technicznych i konserwacji w okresie gwarancyjnym, jednak łącznie nie więcej niż 10% wartości netto przedmiotu umowy
- 4) 0,5% wartości przedmiotu umowy netto - za każdy dzień przekroczenia wyznaczonego dodatkowego terminu na usunięcie wad, o którym mowa w umowy § 10 ust. 10 pkt 1), jednak łącznie nie więcej niż 10% wartości netto przedmiotu umowy.”

**Odpowiedź nr 43**

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną modyfikację.

**Pytanie/Wniosek nr 44**

Pytania dotyczące zał. 6 – projektu umowy (dotyczy § 9 ust. 4): Prosimy o doprecyzowanie zapisów umowy następująco:

„W przypadku, gdy powstała szkoda przewyższa ustanowioną karą umowną Zamawiający ma prawo żądać odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność w zakresie, w jakim bezwzględne przepisy prawa nie pozwalają na zmianę lub ograniczenie odpowiedzialności odszkodowawczej. W pozostałym zakresie łączna odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy wynikająca z umowy lub pozostająca z nią w związku, niezależnie od podstaw prawnych dochodzonego roszczenia (w tym z tytułu kar umownych) ograniczona jest wartości netto przedmiot umowy. Wykonawca nie ponosi w takiej sytuacji odpowiedzialności za utracone korzyści, utratę przychodów, utracone dane, utratę zysków, utratę możliwości eksploatacji, przerwy w pracy, koszty kapitałowe, odszkodowania i kary umowne płacone przez Zamawiającego swoim kontrahentom.”

**Odpowiedź nr 44**

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną modyfikację.

**Pytanie/Wniosek nr 45**

Pytania dotyczące zał. 6 – projektu umowy (dotyczy §10): Prosimy o dodanie poniższego zapisu celem doprecyzowania warunków odbioru. Nie przystąpienie przez Zamawiającego do odbioru lub bezpodstawną odmowa podpisania protokołu, w szczególności z powodu nieistotnych usterek nie uniemożliwiających eksploatacji upoważnia Wykonawcę do jednostronnego podpisania takiego protokołu

**Odpowiedź nr 45**

Zamawiający po rozpoznaniu wniosku zmodyfikuje zał. 6 do SIWZ w §10 dodając ust. 13 w brzmieniu: „13. Nie przystąpienie przez Zamawiającego do odbioru lub odmowa dokonania odbioru i podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego bez podania przyczyn upoważnia Wykonawcę do jednostronnego podpisania takiego protokołu w przypadku, gdy dochował on warunków opisanych w szczególności w ust. 2,3 i 5”

**Pytanie/Wniosek nr 46**

Pytania dotyczące zał. 6 – projektu umowy (dotyczy §15 ust. 2): Prosimy o doprecyzowanie zapisu i nadanie mu brzmienia zgodnego z art. 140 PZP – brzmienie zaproponowane przez Zamawiającego jest brzmieniem znacznie wykraczającym poza zakres przepisu ustawowego i de facto może uniemożliwić jakiegokolwiek, nawet obiektywnie uzasadnione zmiany umowy.

**Odpowiedź nr 46**

Zamawiający informuje, że zapis zał. 6 do SIWZ § 15 ust. 2 jest zgodny z postanowieniami art. 144 Pzp. Zakres dopuszczalnych zmian w treści umowy opisuje §12 ust. 2.

**Pytanie/Wniosek nr 47**

Formularz oferty Załącznik nr 1 do SIWZ i Istotne Postanowienia Umowy Załącznik nr 6 do SIWZ: Ze względu na rozbieżności pomiędzy Załącznikiem nr 1 – Formularz oferty a załącznikiem nr 6 Istotne postanowienia umowy prosimy o doprecyzowanie zapisów dotyczących formy płatności za wykonanie przedmiotu umowy.



**Odpowiedź nr 47**

Zamawiający odsyła na stronę internetową, na której jest dostępny, aktualny druk formularz oferty:  
[bip.starostwo.ketrzyn.pl/zamowienia\\_publiczne/137/326/Zakup\\_specjalistycznego\\_sprzetu\\_i\\_aparatury\\_do\\_Szpitala\\_Powiatowego\\_w\\_Ketrzynie\\_0D\\_0A/](http://bip.starostwo.ketrzyn.pl/zamowienia_publiczne/137/326/Zakup_specjalistycznego_sprzetu_i_aparatury_do_Szpitala_Powiatowego_w_Ketrzynie_0D_0A/)

**Pytanie/Wniosek nr 48**

Istotne postanowienia dotyczące w szczególności terminów gwarancji i serwisu Załącznik nr 1b do SIWZ (punkt III.1):  
 Z uwagi na fakt, iż lampa RTG jest elementem zużywalnym i może podlegać wymianie w okresie gwarancji z uwagi na zużycie wynikające z normalnego używania Wykonawca prosi o potwierdzenie, iż gwarancja na lampę RTG (niezależnie od jej wymiany lub wymian w okresie gwarancji) jest nieodnawialna, tj. upływie ostatecznie w dniu upływu podstawowego okresu gwarancji.

**Odpowiedź nr 48**

Zamawiający potwierdza, że gwarancja na lampę RTG upływie w dniu upływu terminu gwarancji zdefiniowanego do lampy w sekcji III wiersz 1 zał. nr 1b do SIWZ.

**Pytanie/Wniosek nr 49**

Istotne postanowienia dotyczące w szczególności terminów gwarancji i serwisu Załącznik nr 1b do SIWZ (punkt IV.1):  
 Czy Zamawiający ma na myśli czas reakcji 24 godziny w dni robocze?.

**Odpowiedź nr 49**

Zamawiający informuje, że stanowisko w tej sprawie jest zawarte w odpowiedzi nr 30.

**Pytanie/Wniosek nr 50**

Istotne postanowienia dotyczące w szczególności terminów gwarancji i serwisu Załącznik nr 1b do SIWZ (punkt IV.1):  
 Czy Zamawiający, w celu umożliwienia zdalnej diagnostyki zapewni łącze internetowe o następujących parametrach:  
 - w przypadku zdalnej diagnostyki uruchomianej z wykorzystaniem routera Wykonawcy – łącze o przepustowości minimum 512 kbit/s ze stałym adresem IP,  
 - w przypadku zdalnej diagnostyki uruchamianej z wykorzystaniem routera Zamawiającego uruchomiony zostanie tunel VPN typu IPSec.

**Odpowiedź nr 50**

Zamawiający może zapewnić łącza o parametrach jw.

**Pytanie/Wniosek nr 51**

Istotne postanowienia dotyczące w szczególności terminów gwarancji i serwisu Załącznik nr 1b do SIWZ (punkt IV.1):  
 Czy w przypadku braku możliwości lub zgody na wykorzystanie zdalnej diagnostyki Zamawiający dopuści czas reakcji serwisu 48 godzin w dni robocze?

**Odpowiedź nr 51**

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną modyfikację.

**Pytanie/Wniosek nr 52**

Istotne postanowienia dotyczące w szczególności terminów gwarancji i serwisu Załącznik nr 1b do SIWZ (punkt IV.2):  
 Czy Zamawiający ma na myśli maksymalny czas usuwania awarii nie dłuższy niż 5 dni roboczych?

**Odpowiedź nr 52**

Zamawiający informuje, że stanowisko w tej sprawie jest zawarte w odpowiedzi nr 30.

**Pytanie/Wniosek nr 53**

Istotne postanowienia dotyczące w szczególności terminów gwarancji i serwisu Załącznik nr 1b do SIWZ (punkt V.5):  
 Ze względu na fakt, że technologia wytwarzania sprzętu komputerowego ulega szybkim zmianom i cykle produkcyjne podzespołów są stosunkowo krótkie w celu zastąpienia ich nowymi technologicznie odpowiednikami, zwracamy się z prośbą o skrócenie terminu dostępności komputerowych części zamiennych (np. dysków twardych, kart pamięci itp.) do pięciu lat.

**Odpowiedź nr 53**

Zamawiający zawarł stanowisko w sprawie w udzielonej odpowiedzi nr 33.

**Pytanie/Wniosek nr 54**

Zestawienie parametrów granicznych Załącznik nr 1c do SIWZ (punkt 8): Niektórzy producenci systemów tomografii Komputerowej określają jakość stołu do badania pacjentów podając dokładność precyzji powtarzalności pozycjonowania. W badaniach TK parametrem o klinicznym znaczeniu oraz świadczącym o jakości stołu i jego dokładności jest precyzja powtarzalności pozycjonowania. W związku z powyższym prosimy o zmianę tego wymagania na:

8	Maksymalne obciążenie stołu z zachowaniem precyzji pozycjonowania lub precyzji powtarzalności pozycjonowania $\pm 0,25\text{mm}$	$\geq 200\text{ kg}$ , podać		Bez oceny
---	--	---------------------------------	--	-----------

Pozytywna odpowiedź pozwoli nam na złożenie konkurencyjnej oferty.

**Odpowiedź nr 54**

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanej zmiany do warunku granicznego.

**Pytanie/Wniosek nr 55**



Zestawienie parametrów granicznych Załącznik nr 1c do SIWZ (punkt 13): Czy Zamawiający ma świadomość, że wymaganie mocy generatora na poziomie tylko 26 kW może nie zapewnić wystarczającej jakości badań, zwłaszcza w przypadku otyłych pacjentów. Tak niska moc generatora przekłada się na znaczne wydłużenie czasu badania, co skutkuje dużo niższą jakością obrazowania lub całkowitą niemożnością wykonania niektórych badań (naczyniowych). Zdecydowana większość systemów 16 warstwowych posiada generatory o mocy minimum 40 kW. W związku z powyższym proponujemy zmianę wartości granicznej mocy generatora na 40 kW, możliwej do zastosowania w protokole klinicznym.

**Odpowiedź nr 55**

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanej zmiany do warunku granicznego.

**Pytanie/Wniosek nr 56**

Zestawienie parametrów granicznych Załącznik nr 1c do SIWZ (punkt 22): Prosimy o dopuszczenie systemu o maksymalnej długości wzdłużnego skanu pilotażowego równej 146 cm. Niewielka różnica względem długości wymaganej nie wpłynie w żaden sposób na możliwości kliniczne systemu. Obecne brzmienie zapisu w punkcie 22 uniemożliwia nam złożenie konkurencyjnej oferty.

**Odpowiedź nr 56**

Zamawiający akceptuje przedstawiony wniosek i dokona modyfikacji zał. nr 1c do SIWZ w wierszu 22 wprowadzając zapis „≥145, podać”.

**Pytanie/Wniosek nr 57**

Zestawienie parametrów granicznych Załącznik nr 1c do SIWZ (punkt 23): Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający w tym punkcie wymaga podania zakresu współczynnika pitch (zgodnie z definicją IEC) dla trybu spiralnego dostępnego w protokołach klinicznych z korekcją stożka **przy akwizycji min. 16 warstwowej i pełnym 50 cm polu skanowania**. Takie doprecyzowanie pozwoli Zamawiającemu na wymaganie współczynnika pitch pod kątem jego rzeczywistej przydatności klinicznej. Zdecydowana większość badań odbywa się w trybie 16 warstwowym oraz pełnym 50cm polu skanowania.

**Odpowiedź nr 57**

Zamawiający dostosuje zapis wiersza 23 zał. nr 1c do SIWZ w opisie parametru w następujący sposób: „Maksymalny zakres zmian wartość współczynnika pitch do skanu min. 16 warstwowego”.

**Pytanie/Wniosek nr 58**

Zestawienie parametrów granicznych Załącznik nr 1c do SIWZ (punkt 28): Producenci podają dawkę dla rozdzielczości niskokontrastowej, a więc naszym zdaniem w punkcie 28 powinno znaleźć się odniesienie do punktu 29, nie zaś do punktu 27. Prosimy o zmianę tego zapisu. Obecne jego brzmienie uniemożliwia nam złożenie konkurencyjnej oferty.

**Odpowiedź nr 58**

Zamawiający zawarł stanowisko w sprawie w udzielonej odpowiedzi nr 1.

**Pytanie/Wniosek nr 59**

Zestawienie parametrów granicznych Załącznik nr 1c do SIWZ (punkt 30): Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga algorytmu iteracyjnego, działającego na danych surowych. Algorytmy pracujące na danych surowych charakteryzują się większą efektywnością i umożliwiają zastosowanie ich we wszystkich rodzajach badań. Obecnie zdecydowana większość nowoczesnych systemów tomografii komputerowej jest wyposażona w algorytmy iteracyjne, pracujące na danych surowych.

**Odpowiedź nr 59**

Zamawiający dostosuje zapis wiersza 30 zał. nr 1c do SIWZ w opisie parametru wprowadzając zapis "algorytm iteracyjny działający w czasie rekonstrukcji obrazu warstwy pracujący na danych surowych,„

**Pytanie/Wniosek nr 60**

Zestawienie parametrów granicznych Załącznik nr 1c do SIWZ (punkt 32): Prosimy o rozważenie wprowadzenia punktacji za zaoferowanie dwumonitorowego stanowiska operatorskiego. Stanowisko dwumonitorowe jest znacznie wygodniejsze dla obsługi i pozwala na bardziej efektywną pracę personelu. Dodatkowo oferowane przez nas rozwiązanie pozwala podczas pracy technika na podgląd przez lekarza innych obrazów co pozwala na szybsze określenie sposobu dalszej diagnostyki bez potrzeby przerywania pracy technikowi. Proponujemy wprowadzenie następującej punktacji:

32	Przekątna kolorowego monitora z aktywną matrycą ciekłokrystaliczną typu Flat ["]	≥ 19", podać	Konsola jednomonitorowa 0 punktów Konsola dwumonitorowa 10 punktów
----	--	--------------	---

**Odpowiedź nr 60**

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę warunku granicznego.

**Pytanie/Wniosek nr 61**

Zestawienie parametrów granicznych Załącznik nr 1c do SIWZ (punkt 49): Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga zaoferowania stanowiska lekarskiego niezależnego od tomografu komputerowego, to znaczy umożliwiającego pracę przy wyłączonym tomografie komputerowym.

**Odpowiedź nr 61**

Zamawiający informuje, że wymaga zaoferowania stanowiska lekarskiego niezależnego od tomografu komputerowego, to znaczy umożliwiającego pracę przy wyłączonym tomografie komputerowym.



**Pytanie/Wniosek nr 62**

Zestawienie parametrów granicznych Załącznik nr 1c do SIWZ (punkt 50): Prosimy o dopuszczenie konsoli lekarskiej, wyposażonej w dwa kolorowe monitory z aktywną matrycą ciekłokrystaliczną typu Flat, o przekątnej 19". Tego typu monitory są stosowane we wszystkich naszych konsolach lekarskich. Obecne brzmienie zapisu w punkcie 50 uniemożliwia nam złożenie konkurencyjnej oferty.

**Odpowiedź nr 62**

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie w zakresie przekątnej monitora 19" i zmodyfikuje zał. 1c do SIWZ w wierszu 50 wprowadzając zapis „ $\geq 19$ ", podać”.

**Pytanie/Wniosek nr 63**

Zestawienie parametrów granicznych Załącznik nr 1c do SIWZ (punkt 52): Prosimy o rozważenie wprowadzenia punktacji za pojemność dysku twardego, wyrażoną liczbą obrazów. Z uwagi na coraz większą ilość obrazów, przypadającą na jednego pacjenta, Zamawiający powinien być zainteresowany uzyskaniem systemu, umożliwiającego przechowywanie jak największej ilości danych.

52	Pojemność dysku twardego dla obrazów bez kompresji (512x512), wyrażona liczbą obrazów.	$\geq 500\ 000$ , podać	Największa wartość – 10 pkt Najmniejsza wartość - 0 pkt Pozostałe proporcjonalnie
----	--	----------------------------	---

**Odpowiedź nr 63**

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę warunku granicznego.

**Pytanie/Wniosek nr 64**

Zestawienie parametrów granicznych Załącznik nr 1c do SIWZ (punkt 81.1): Zamawiający oczekuje wykonania szkoleń 3 dniowych po instalacji. Czy Zamawiający ma świadomość, że po instalacji tomografu należy jeszcze uzyskać dopuszczenie pracowni przez Sanepid i dopiero wtedy można rozpocząć szkolenia z pacjentami. Ewentualne szkolenia bez pacjentów (jak wynika z obecnego zapisu) nie będą efektywne.

**Odpowiedź nr 64**

Zamawiający dostosuje zapis punktu 81.1 zał. 1c do SIWZ wprowadzając obowiązek wykonania szkolenia w terminie 5 dni roboczych od dnia dopuszczenia instalacji przez Sanepid

**Pytanie/Wniosek nr 65**

Zestawienie parametrów granicznych Załącznik nr 1c do SIWZ (punkt 74 i 76): Zamawiający oczekuje dostawy „Pełnej dokumentacji serwisowej” Jak wiadomo, dokumentacja serwisowa stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa i nie jest to dokument ogólnie dostępny. Pojęcie pełnej dokumentacji serwisowej może oznaczać również dokumentację zawierającą dane zastrzeżone do wyłącznego użytku producenta aparatu, co może uniemożliwić spełnienie niniejszego warunku. W związku z tym proszę o sprecyzowanie jakich konkretnie informacji oczekuje Zamawiający i do czego chciałby wykorzystać taką dokumentację. Czy Zamawiający wymaga dostarczenia dokumentacji serwisowej umożliwiającej wykonywanie konserwacji i napraw urządzenia?

Ta sama sytuacja odnosi się również do pkt 76 tabeli. Zamawiający powołuje się tutaj na konkretny przepis Ustawy jednak w treści nie ma wzmianki o konieczności przekazania dokumentacji serwisowej a jedynie o posiadaniu przez podmiot realizujący świadczenia m.in dokumentację z napraw, działań serwisowych, przeglądów, regulacji itp.

**Odpowiedź nr 65**

Zamawiający dokona modyfikacji punktu 74 zał. nr 1 c do SIWZ w opisie parametru poprzez wpisanie „Pełna dokumentacja serwisowa przy dostawie umożliwiająca Zamawiającemu wykonywanie i dokumentowanie czynności określonych w art. 90 ust. 6 i 7 ustawy o wyrobach medycznych”.

**Pytanie/Wniosek nr 66**

Zestawienie parametrów granicznych Załącznik nr 1c do SIWZ (punkt 74 i 76): Ze względu na fakt, że instrukcje serwisowe podlegają modyfikacjom i aktualizacjom dla zapewnienia najwyższej jakości i bezpieczeństwa serwisowania i użytkowania urządzenia czy Zamawiający dopuści przekazanie dokumentacji serwisowej umożliwiającej wykonywanie konserwacji i napraw urządzenia nie później niż w dniu zakończenia okresu gwarancji?

**Odpowiedź nr 66**

Zamawiający dokona modyfikacji punktu 76 zał. nr 1 c do SIWZ w opisie parametru poprzez wpisanie „Pełna dokumentacja serwisowa przy odbiorze zawierająca dane określone w art. 90 ust. 6 i 7 ustawy o wyrobach medycznych i umożliwiająca Zamawiającemu wykonywanie i dokumentowanie czynności określonych w art. 90 ust. 6 i 7 ustawy o wyrobach medycznych”.

**Pytanie/Wniosek nr 67**

Zestawienie parametrów granicznych Załącznik nr 1c do SIWZ: Prosimy o rozważenie wprowadzenia punktacji za zaoferowanie systemu o jak najwyższym prądzie anodowym. Prąd anodowy jest jednym z najważniejszych parametrów decydującym o jakości obrazowania. Im wyższy prąd anodowy tym krótszy jest czas skanu co pozwala na wykonanie szybszego badania. Jest to szczególnie istotne przy padaniach naczyń i badaniach narządów w ruchu np. klatki piersiowej. Proponujemy wprowadzenie punktu:

	Maksymalny prąd anody możliwy do zastosowania w protokołach badań [mA]	$\geq 300$ mA	300 mA – 0 pkt > 300 mA – 10 pkt $\geq 350$ mA – 20 pkt
--	--	---------------	---

**Odpowiedź nr 67**



Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie nowego warunku granicznego.

**Pytanie/Wniosek nr 68**

Zestawienie parametrów granicznych Załącznik nr 1c do SIWZ: W trosce o dobro pacjenta i wygodę obsługi prosimy o rozważenie wprowadzenia punktacji za zaoferowanie systemu wyposażonego w system automatycznego pozycjonowania pacjenta do określonego punktu referencyjnego? Proponowany przez nas system umożliwia automatyczne pozycjonowanie pacjenta (bez użycia rąk) do określonego na monitorze gantry punktu referencyjnego. Jest to szczególnie ważne przy badaniach nagłych, gdzie liczy się każda sekunda i para rąk. Technik ma, podczas ustawiania pacjenta na punkt referencyjny, wolne ręce, które może użyć do przytrzymania trudnego pacjenta, lub jego przygotowania do badania. Proponujemy wprowadzenie następującej punktacji:

Automatyczne pozycjonowanie pacjenta do określonego na wyświetlaczu gantry punktu referencyjnego (minimum trzy różne pozycje).	TAK/NIE		TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt
--	---------	--	----------------------------

**Odpowiedź nr 68**

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie nowego warunku granicznego.

**Pytanie/Wniosek nr 69**

Zestawienie parametrów granicznych Załącznik nr 1c do SIWZ: W trosce o dobro pacjenta i wygodę obsługi prosimy o rozważenie wprowadzenia punktacji za zaoferowanie systemu wyposażonego w możliwość wyświetlania filmów instruktażowych dla pacjenta na wyświetlaczu gantry przed wykonaniem badania? Taka możliwość zmniejsza stres pacjenta przed badaniem i pozwala na szybkie poinstruowanie pacjenta o sposobie badania. Ma to szczególne znaczenie w przypadku badań dzieci i osób starszych. Proponujemy wprowadzenie następującej punktacji:

Możliwość wyświetlania filmów instruktażowych dla pacjenta na wyświetlaczu gantry	TAK/NIE		TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt
---	---------	--	----------------------------

**Odpowiedź nr 69**

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie nowego warunku granicznego.

**Pytanie/Wniosek nr 70**

Zestawienie parametrów granicznych Załącznik nr 1c do SIWZ: W trosce o ergonomię pracy techników prosimy o rozważenie wprowadzenia punktacji za możliwość sterowania ruchami gantry i stołu z wszystkich 4 stron gantry. Możliwość sterowania ruchami stołu i gantry z przodu i tyłu gantry ma nieocenione znaczenie w przypadku placówek o ograniczonej liczbie personelu oraz przypadku potrzeby szybkiego zaplanowania badania (badania w przypadkach nagłych). Proponujemy wprowadzenie następującej punktacji:

Panele sterujące stołem i gantry z wszystkich czterech stron (po dwa z przodu lewa i prawa strona i z tyłu lewa i prawa strona)	TAK/NIE		TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt
---	---------	--	----------------------------

**Odpowiedź nr 70**

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie nowego warunku granicznego.

**Pytanie/Wniosek nr 71**

Zestawienie parametrów granicznych Załącznik nr 1c do SIWZ: Czy Zamawiający doceni zaoferowanie systemu wyposażonego w dwa wskaźniki zatrzymania oddechu wyposażone w liczniki czasu widoczne przez pacjenta podczas badania niezależnie od kierunku wprowadzenia pacjenta do gantry. Wskaźniki zatrzymania oddechu wyposażone w liczniki czasu pozwalają na uniknięcie konieczności powtarzania badań spowodowanych artefaktami oddechowymi. Zamawiający powinien być zainteresowany pozyskaniem systemu posiadającego funkcjonalności zwiększającego pewność diagnostyki i zmniejszającego ryzyko powtarzania badań. Proponujemy wprowadzenie następującej punktacji:

Dwa wskaźniki zatrzymania oddechu wyposażone w liczniki czasu widoczne przez pacjenta podczas badania niezależnie od kierunku wprowadzenia pacjenta do gantry	Tak/Nie		Nie – 0 pkt Tak – 10 pkt
---	---------	--	-----------------------------

**Odpowiedź nr 71**

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie nowego warunku granicznego.

**Pytanie/Wniosek nr 72**

Zwracamy się prośbą o wyznaczenie terminu lub umożliwienie wykonania wizji lokalnej. Jest to niezbędne do prawidłowej analizy obecnego stanu oraz umożliwia Wykonawcy sporządzenie realnej kalkulacji dla wykonania niezbędnych prac remontowych.

**Odpowiedź nr 72**

Zamawiający informację przedstawił w wyjaśnieniach do SIWZ nr 1 z dnia 17.05.2016r.

**Pytanie/Wniosek nr 73**

Proszę o załączenie dokumentacji dla instalacji wentylacji działającej w obecnej pracowni TK. W przypadku braku dokumentacji proszę o podanie wydajności obecnie zainstalowanej centrali.

**Odpowiedź nr 73**

Zamawiający umożliwi zapoznanie się z dokumentacją i stanem faktycznym podczas wizji lokalnej.

**Pytanie/Wniosek nr 74**



Proszę o załączenie dokumentacji dla instalacji elektrycznej działającej w obecnej pracowni TK. W przypadku braku dokumentacji proszę o podanie przekroju oraz długości kabla zasilającego obecny TK.

**Odpowiedź nr 74**

Zamawiający umożliwi zapoznanie się z dokumentacją i stanem faktycznym podczas wizji lokalnej.

**Pytanie/Wniosek nr 75**

Proszę o załączenie dokumentacji potwierdzającej wytrzymałość posadzki w obecnej pracowni TK.

**Odpowiedź nr 75**

Zamawiający umożliwi zapoznanie się z dokumentacją i stanem faktycznym podczas wizji lokalnej.

**Pytanie/Wniosek nr 76**

Proszę o informację po czyjej stronie Wykonawcy czy Zamawiającego będzie uzyskanie odbioru pracowni przez Sanepid?

**Odpowiedź nr 76**

Zamawiający informuje, że uzyskanie odbioru przez stosowne służby należy do obowiązków Wykonawcy.

**Pytanie/Wniosek nr 77**

Jeżeli odbiory Sanepidu będą po stronie Wykonawcy proponowany termin 60 dni na realizację jest niewystarczający. Jak wiemy Sanepid ma 14 dni na dokonanie pomiarów oraz 30 dni na wydanie opinii. Gdyby te ustawowe terminy zaistniały to czas 60 dni na wykonanie dokumentacji, dostawy i instalacji oraz obióry jest niewystarczający. W związku z tym proszę o wydłużenie terminu realizacji do 90 dni.

**Odpowiedź nr 77**

Zamawiający informuje, że stanowisko w tej sprawie jest zawarte w odpowiedzi nr 30.

**Pytanie/Wniosek nr 78**

Zamawiający w § 10 pkt 8 Umowy proponuje aby czynności odbiorowe trwały 14 dni. Czy te dni są wliczane do terminu realizacji?

**Odpowiedź nr 78**

Zamawiający informuje, że czynności odbioru nie są wliczane do terminu realizacji umowy z zastrzeżeniem: bieg terminu realizacji przedmiotu zamówienia upływa z dniem zgłoszenia gotowości przedmiotu do odbioru i złożenia kompletu dokumentów umożliwiających zamawiającemu przystąpienie do odbioru i dokonanie odbioru bez wniesienia uwag.

**Pytanie/Wniosek nr 79**

Po czyjej stronie będzie demontaż aktualnie użytkowanego tomografu?

**Odpowiedź nr 79**

Zamawiający zamierza w tej sprawie przeprowadzić oddzielne postępowanie

**Pytanie/Wniosek nr 80**

Czy będzie to demontaż złomowy czy do dalszego wykorzystania?

**Odpowiedź nr 80**

Zamawiający informuje, że zdemontowany sprzęt będzie przeznaczony do dalszego wykorzystania przez jednostkę trzecią.

**Pytanie/Wniosek nr 81**

Zamawiający w żadnym pkt SIWZ nie podał oczekiwanego zakresu prac adaptacyjnych. W takim przypadku, przy równoczesnym braku możliwości odbycia wizji lokalnej Wykonawca nie ma możliwości przygotowania rzetelnej wyceny tychże prac. W związku z powyższym proszę o uszczegółowienie zakresu prac.

**Odpowiedź nr 81**

Zamawiający zgodnie z odpowiedzią na pytanie oznaczone nr 72 umożliwi przeprowadzenie wizji lokalnej celem oceny przez Wykonawcę zakresu prac adaptacyjnych w szczególności adekwatnych do oferowanego przedmiotu dostawy i sposobu jego montażu. Szczegółowych wyjaśnień w tym zakresie udzielił również Zamawiający w udzielonej odpowiedzi nr 5.

**Pytanie/Wniosek nr 82**

Proszę o sprecyzowanie zapisu z SIWZ dział III pkt 5 – Zamawiający użył sformułowania dotyczącego prac adaptacyjnych „w średnim standardzie” Jaki to standard?

**Odpowiedź nr 82**

Zamawiający informuje, że w przypadku konieczności dokonania zmian adaptacyjnych pomieszczeń standard i jakość ich wykonania powinien odpowiadać obecnemu wykonaniu .

**Pytanie/Wniosek nr 83**

Czy Zamawiający oczekuje wykonania instalacji ppoż i/lub DSO dla adaptowanych pomieszczeń?

**Odpowiedź nr 83**

Zamawiający zawarł stanowisko w sprawie ew. prac adaptacyjnych w odpowiedzi nr 5.

**Pytanie/Wniosek nr 84**



Czy Zamawiający oczekuje wykonania dodatkowych gniazd LAN. Jeśli tak to jakiej kategorii?

**Odpowiedź nr 84**

Zamawiający zawarł stanowisko w sprawie ew. prac adaptacyjnych w odpowiedzi nr 5.

**Pytanie/Wniosek nr 85**

Czy Zamawiający oczekuje wymiany stolarki drzwiowej i okiennej?

**Odpowiedź nr 85**

Zamawiający zawarł stanowisko w sprawie ew. prac adaptacyjnych w odpowiedzi nr 5.

**Pytanie/Wniosek nr 86**

Czy Zamawiający oczekuje wymiany drzwi i okna z ochroną radiologiczną w przypadku, gdy dla nowego TK obliczenia wykażą, że obecna ochrona jest spełniona?

**Odpowiedź nr 86**

Zamawiający zawarł stanowisko w sprawie ew. prac adaptacyjnych w odpowiedzi nr 5.

**Pytanie/Wniosek nr 87**

Czy Zamawiający oczekuje dostawy umeblowania nowej pracowni (biurka, szafki, krzesła itp) Jeśli tak proszę o dokładne wyszczególnienie.

**Odpowiedź nr 87**

Zamawiający zawarł stanowisko w sprawie w odpowiedzi nr 22.

**Pytanie/Wniosek nr 88**

Które z pomieszczeń pracowni diagnostyki Zamawiający chciałby wyremontować?

**Odpowiedź nr 88**

Zamawiający zawarł stanowisko w sprawie ew. prac adaptacyjnych w udzielonej odpowiedzi nr 5.

**Pytanie/Wniosek nr 89**

Czy Zamawiający posiada wolne licencje PACS do podłączenia TK wraz ze stacjami opisowymi?

**Odpowiedź nr 89**

Zamawiający nie posiada wolnych licencji PACS. W razie takiej potrzeby ze strony Wykonawcy, koszt licencji pokrywa Wykonawca.

**Pytanie/Wniosek nr 90**

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający do czasu montażu aparatu skonfiguruje i udostępni łącze internetowe pozwalające podłączyć zdalną diagnostykę zgodnie z wytycznymi dostawcy aparatu.

**Odpowiedź nr 90**

Zamawiający nie zna wytycznych dostawcy aparatu w zakresie konfiguracji łącza, tym niemniej deklaruje wolę spełnienia tych oczekiwań jeśli bez dodatkowych nakładów inwestycyjnych będzie to możliwe.

**Pytanie/Wniosek nr 91**

Dotyczy Załącznika nr 3a do SIWZ: Prosimy o wykreślenie sformułowania „adres podmiotu należącego do tej samej grupy kapitałowej”. Mając na uwadze brzmienie przepisu art. 26 ust. 2 d PZP uprzejmie zwracamy uwagę, że wymagane jest złożenie listy podmiotów należących do grupy kapitałowej bez potrzeby uszczegółowienia tej listy adresami. Zwracamy uwagę, że w przypadkach globalnych koncernów ten dodatkowy dopisany przez Państwa obowiązek powoduje znaczne utrudnienia, a dla Państwa znajomość tysięcy adresów de facto nic nie wnosi do sprawy. Z uwagi na powyższe proszę o usunięcie tego wymogu i pozostawienie tylko nazw tych podmiotów.

**Odpowiedź nr 91**

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację. Ustawodawca w art. 26 ust. 2d Pzp nie uszczegółowił zakresu informacji, która winna być zawarta na liście podmiotów należących do grupy kapitałowej, ale zobowiązał Zamawiającego do zbadania zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 24 ust. 2 pkt 5 Pzp. W związku z powyższym Zamawiający potrzebuje adresów by móc zidentyfikować konkretny podmiot, a tym samym przeprowadzić ocenę spełnienia przez Wykonawcę warunku ust. 24 ust. 2 pkt 5 Pzp

DYREKTOR  
Centrum Usług Wspólnych  
Powiatu Kętrzyńskiego

Marta Zylińska



