

Wykonawcy
biorący udział w postępowaniu
nr CUW.PK.343.6.2016

Nasz znak: CUW.PK.343.6.2016

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr CUW.PK.343.6.2016 w trybie przetargu nieograniczonego na: „Zakup specjalistycznego sprzętu i aparatury do Szpitala Powiatowego w Kętrzynie”.

MODYFIKACJA - NR 4

Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego, działając w imieniu Zamawiającego w oparciu o pełnomocnictwo z dnia 06.04.2016r. udzielone przez Szpital Powiatowy w Kętrzynie w trybie art. 15 ust. 2 i 3 ustawy Pzp, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr CUW.PK.343.6.2016 w trybie przetargu nieograniczonego na: „Zakup specjalistycznego sprzętu i aparatury do Szpitala Powiatowego w Kętrzynie”, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo Zamówień Publicznych (t.jedn. Dz.U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.) wprowadza modyfikację specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następującym zakresie:

I. SIWZ:

1) W rozdziale IV „Termin wykonania zamówienia” zapis otrzymuje brzmienie:

Przed modyfikacją:	Po modyfikacji:
Termin realizacji zamówienia: max. 60 dni od podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego (termin nie dłuższy niż wskazany ostatecznie zostanie wskazany przez Wykonawcę w cenie ofertowej).	Termin realizacji zamówienia: max. 90 dni od podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego (termin nie dłuższy niż wskazany ostatecznie zostanie wskazany przez Wykonawcę w cenie ofertowej).

2) W rozdziale XIII „Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert” ust. 3 pkt 4 zapis otrzymuje brzmienie:

Przed modyfikacją:	Po modyfikacji:
<p>4) Termin wykonania przedmiotu umowy - to termin wskazany przez Wykonawcę w druku oferty, nie może być dłuższy niż wskazany przez Zamawiającego tj. max. 60 dni. Jeżeli Wykonawca zaproponuje najkrótszy termin wykonania przedmiotu umowy tj. 30 dni lub mniej – oferta w tym kryterium zostanie uznana za najkorzystniejszą i uzyska maksymalną ilość punktów (przy czym do oceny oferty w tym kryterium przyjęty zostanie termin 30 dni jako realny do wykonania). Wykonawca, który zaproponuje najmniej korzystny termin wykonania tj. 60 dni – otrzyma 0 punktów. Pozostałym Wykonawcom, wypełniającym wymagania kryterialne, przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) ilość punktów. Ocena ofert w tym kryterium będzie ustalona wg wzoru:</p> $T = (T_{\min} / T_o * 100 \text{ pkt}) \times W$ <p>Gdzie: T – ocena w kryterium „termin wykonania przedmiotu umowy” T_{min} – termin najkrótszy wykonania przedmiotu umowy T_o - ilość punktów uzyskanych przez ofertę ocenianą W - waga w kryterium „termin wykonania przedmiotu umowy”</p>	<p>4) Termin wykonania przedmiotu umowy - to termin wskazany przez Wykonawcę w druku oferty, nie może być dłuższy niż wskazany przez Zamawiającego tj. max. 90 dni. Jeżeli Wykonawca zaproponuje najkrótszy termin wykonania przedmiotu umowy tj. 30 dni lub mniej – oferta w tym kryterium zostanie uznana za najkorzystniejszą i uzyska maksymalną ilość punktów (przy czym do oceny oferty w tym kryterium przyjęty zostanie termin 30 dni jako realny do wykonania). Wykonawca, który zaproponuje najmniej korzystny termin wykonania tj. 90 dni – otrzyma 0 punktów. Pozostałym Wykonawcom, wypełniającym wymagania kryterialne, przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) ilość punktów. Ocena ofert w tym kryterium będzie ustalona wg wzoru:</p> $T = (T_{\min} / T_o * 100 \text{ pkt}) \times W$ <p>Gdzie: T – ocena w kryterium „termin wykonania przedmiotu umowy” T_{min} – termin najkrótszy wykonania przedmiotu umowy T_o - ilość punktów uzyskanych przez ofertę ocenianą W - waga w kryterium „termin wykonania przedmiotu umowy”</p>

II. Załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz oferty:

1) W rozdziale II zapis UWAG otrzymuje brzmienie:

Przed modyfikacją:	Po modyfikacji:
<p>UWAGA: Jeżeli Wykonawca zaproponuje termin wykonania przedmiotu umowy 30 dni lub mniej – oferta w tym kryterium zostanie uznana za najkorzystniejszą i uzyska maksymalną ilość punktów (przy czym do oceny oferty w tym kryterium przyjęty zostanie termin 30 dni jako realny do wykonania). Wykonawca, który zaproponuje najmniej korzystny termin wykonania tj. 60 dni – otrzyma 0 punktów. Zamawiający nie dopuszcza realizacji zadania w terminie dłuższym niż 60 dni.</p>	<p>UWAGA: Jeżeli Wykonawca zaproponuje termin wykonania przedmiotu umowy 30 dni lub mniej – oferta w tym kryterium zostanie uznana za najkorzystniejszą i uzyska maksymalną ilość punktów (przy czym do oceny oferty w tym kryterium przyjęty zostanie termin 30 dni jako najkrótszy, realny do wykonania). Wykonawca, który zaproponuje najmniej korzystny termin wykonania tj. 90 dni – otrzyma 0 punktów. Zamawiający nie dopuszcza realizacji zadania w terminie dłuższym niż 90 dni.</p>

	umowy. Przy czym za dni naprawy uszkodzonego sprzętu/usunięcia awarii uznaje się dni robocze od pon. do pt., z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
--	---

7) w § 8 ust. 10 otrzymuje następujące brzmienie:

Przed modyfikacją:	Po modyfikacji:
10. Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancyjnego o czas jej trwania.	10. Każda naprawa gwarancyjna związana z brakiem możliwości, bezpiecznej i zgodnej z przepisami oraz instrukcją obsługi, eksploatacji przedmiotu umowy powoduje przedłużenie okresu gwarancyjnego o czas jej trwania.

8) w § 8 ust. 11 otrzymuje następujące brzmienie:

Przed modyfikacją:	Po modyfikacji:
11. Dwie naprawy tego samego elementu, podzespołu w okresie gwarancyjnym powodują wymianę tego elementu, podzespołu na wolny od wad lub wymianę całego sprzętu na pełnowartościowy.	11. Dwie naprawy tego samego elementu, podzespołu w okresie gwarancyjnym powodują wymianę tego elementu, podzespołu na wolny od wad lub wymianę całego sprzętu na pełnowartościowy według własnego wyboru Zamawiającego.

9) W § 8 ust. 15 otrzymuje następujące brzmienie

Przed modyfikacją:	Po modyfikacji:
15. Jeżeli uszkodzenie sprzętu nie zostanie usunięte w okresie 5 dni od zgłoszenia awarii, Wykonawca zostanie obciążony kosztami poniesionymi przez Zamawiającego z tytułu badań pacjentów wykonanych przez inne placówki w okresie od zgłoszenia awarii do jej usunięcia.	15. Jeżeli uszkodzenie sprzętu nie zostanie usunięte w okresie 5 dni roboczych (od pon. do pt. z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) od zgłoszenia awarii, Wykonawca zostanie obciążony kosztami poniesionymi przez Zamawiającego z tytułu badań pacjentów wykonanych przez inne placówki w okresie od zgłoszenia awarii do jej usunięcia.

10) w § 8 ust. 16 otrzymuje następujące brzmienie:

Przed modyfikacją:	Po modyfikacji:
16. Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia protokołu przeglądu technicznego w ostatnim dniu upływu gwarancji poszczególnych elementów, podzespołów sprzętu oraz adaptacji pomieszczeń. Przeprowadzenie przeglądu technicznego elementów, podzespołów i całego sprzętu oraz adaptacji pomieszczeń Wykonawca potwierdzi stosownym protokołem i przekaze protokół Zamawiającemu.	16. Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia protokołu przeglądu technicznego w ostatnich 14 dniach przed upływem terminu gwarancji poszczególnych elementów, podzespołów sprzętu oraz adaptacji pomieszczeń. Przeprowadzenie przeglądu technicznego elementów, podzespołów i całego sprzętu oraz adaptacji pomieszczeń Wykonawca potwierdzi stosownym protokołem i przekaze protokół Zamawiającemu.

11) w § 8 ust. 20 otrzymuje następujące brzmienie:

Przed modyfikacją:	Po modyfikacji:
20. Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu (min. 10 lat)-letni ⁷ dostęp do części zamiennych, materiałów zużywalnych oraz autoryzowanego serwisu pogwarancyjnego.	20. Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu dostęp: 1)-letni ⁷ do innych niż wymienione w pkt 2 części zamiennych, materiałów zużywalnych oraz autoryzowanego serwisu pogwarancyjnego (min.10 lat), 2)-letni ⁸ do komputerowych części zamiennych jak dyski twarde, karty pamięci itp. (min.5 lat).

12) w § 10 po ust. 12 dodaje się ust. 13 w brzmieniu:

Po modyfikacji:
13. Nie przystąpienie przez Zamawiającego do odbioru lub odmowa dokonania odbioru i podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego bez podania przyczyn upoważnia Wykonawcę do jednostronnego podpisania takiego protokołu w przypadku, gdy dochował on warunków opisanych w szczególności w ust. 2, 3 i 5."

13) w § 12 skreśla się w ust. 2 pkt 6,

14) w § 15 skreśla się w ust. 1.

Zmodyfikowany i ujednolicony tekst: SIWZ, zał. nr 1 do SIWZ „Formularz oferty”, zał. 1b do SIWZ „Istotne Postanowienia Dotyczące w Szczególności Terminów Gwarancji i Serwisu”, zał. 1 c do SIWZ „Zestawienie Parametrów Granicznych i Ocenianych” i zał. 6 do SIWZ „Istotne Postanowienia Umowy” są do pobrania na m.in. stronie internetowej:

http://bip.starostwo.ketrzyn.pl/zamowienia_publiczne/137/326/Zakup_specjalistycznego_sprzetu_i_aparatury_do_Szpitala_Powiatowego_w_Ketrzynie_0D_0A/

Wykonawcy zobowiązani są uwzględnić zmiany wprowadzone podczas sporządzania ofert, w tym także podczas wypełniania załączników.

Oferty złożone bez zastosowania się do modyfikacji podlegać będą odrzuceniu jako niezgodne z SIWZ.

Pozostałe zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Kętrzyńskiego

Marta Żylińska

Przygotowała:

I. Dadoś/ Szpital Powiatowy w Kętrzynie

IV. Załącznik nr 1c do SIWZ – Zestawienie Parametrów Granicznych i Ocenianych:

1) wiersz 22 dotyczący sekcji „System Skanowania” otrzymuje następujące brzmienie:

Przed modyfikacją:			
22	Maksymalna długość <i>wzdłużnego skanu pilotażowego</i> [cm]	≥150, podać	Bez oceny

Po modyfikacji:

22	Maksymalna długość <i>wzdłużnego skanu pilotażowego</i> [cm]	≥145, podać	Bez oceny
----	--	-------------	-----------

2) wiersz 23 dotyczący sekcji „System Skanowania” otrzymuje następujące brzmienie:

Przed modyfikacją:

23	Maksymalny zakres zmian wartości współczynnika pitch	Min. od 0,6 do 1,5, podać	Bez oceny
----	--	---------------------------	-----------

Po modyfikacji:

23	Maksymalny zakres zmian wartości współczynnika pitch do skanu min. 16 warstwowego	Min. od 0,6 do 1,5, podać	Bez oceny
----	---	---------------------------	-----------

3) wiersz 28 dotyczący sekcji „System Skanowania” otrzymuje następujące brzmienie:

Przed modyfikacją:

28	Dawka przy której zmierzono zadeklarowaną rozdzielczość w punkcie 27 powyżej	Podać wartość	Najmniejsza wartość – 10 pkt Największa wartość - 0 pkt Pozostałe proporcjonalnie
----	--	---------------	---

Po modyfikacji:

28	Dawka przy której zmierzono zadeklarowaną rozdzielczość w punkcie 29 poniżej	Podać wartość	Najmniejsza wartość – 10 pkt Największa wartość - 0 pkt Pozostałe proporcjonalnie
----	--	---------------	---

4) wiersz 30 dotyczący sekcji „System Skanowania” otrzymuje następujące brzmienie:

Przed modyfikacją:

30	algorytm iteracyjny działający w czasie rekonstrukcji obrazu warstwy	TAK	Bez oceny
----	--	-----	-----------

Po modyfikacji:

30	algorytm iteracyjny działający w czasie rekonstrukcji obrazu warstwy pracujący na danych surowych	TAK	Bez oceny
----	---	-----	-----------

5) wiersz 50 dotyczący sekcji „Konsole lekarskie” otrzymuje następujące brzmienie:

Przed modyfikacją:

50	Przekątna kolorowego monitora z aktywną matrycą ciekłokrystaliczną typu Flat ["]	≥ 24", podać	Bez oceny
----	--	--------------	-----------

Po modyfikacji:

50	Przekątna kolorowego monitora z aktywną matrycą ciekłokrystaliczną typu Flat ["]	≥ 19", podać	Bez oceny
----	--	--------------	-----------

6) wiersz 74 dotyczący sekcji „Pozostałe wymagania” otrzymuje następujące brzmienie:

Przed modyfikacją:

74	Pełna dokumentacja serwisowa przy dostawie systemu	Tak	Bez oceny
----	--	-----	-----------

Po modyfikacji:

74	Pełna dokumentacja serwisowa przy dostawie umożliwiająca Zamawiającemu wykonywanie i dokumentowanie czynności określonych w art. 90 ust. 6 i 7 ustawy o wyrobach medycznych.	Tak	Bez oceny
----	--	-----	-----------

7) wiersz 76 dotyczący sekcji „Pozostałe wymagania” otrzymuje następujące brzmienie:

Przed modyfikacją:

76	Pełna dokumentacja serwisowa przy odbiorze zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r. art. 90	Tak	Bez oceny
----	---	-----	-----------

Po modyfikacji:

76	Pełna dokumentacja serwisowa przy odbiorze zawierająca dane określone w art. 90 ust. 6 i 7 ustawy o wyrobach medycznych i umożliwiająca Zamawiającemu wykonywanie i dokumentowanie czynności określonych w art. 90 ust. 6 i 7 ustawy o wyrobach medycznych.	Tak	Bez oceny
----	---	-----	-----------

8) wiersz 77 dotyczący sekcji „Pozostałe Wymagania” otrzymuje następujące brzmienie:

Przed modyfikacją:

77	Szkolenie personelu technicznego, informatycznego – 2 osoby w zakresie konserwacji	Tak	Bez oceny
----	--	-----	-----------

Po modyfikacji:

77	Szkolenie personelu technicznego, informatycznego – 2 osoby w zakresie konserwacji objętej instrukcją użytkownika, potwierdzone stosownym zaświadczeniem	Tak	Bez oceny
----	--	-----	-----------

9) wiersz 79 dotyczący sekcji „Pozostałe Wymagania” otrzymuje następujące brzmienie:

Przed modyfikacją:

79	Wykonanie testów akceptacyjnych po zainstalowaniu urządzenia oraz testów akceptacyjnych po istotnych naprawach gwarancyjnych – zawarte w cenie oferty. Wybór jednostki wykonującej testy należy do Zamawiającego	TAK	Bez oceny
----	---	-----	-----------

Po modyfikacji:

79	Wykonanie testów akceptacyjnych po zainstalowaniu urządzenia oraz testów akceptacyjnych po istotnych naprawach gwarancyjnych –	TAK	Bez oceny
----	--	-----	-----------

IV. Załącznik nr 1c do SIWZ – Zestawienie Parametrów Granicznych i Ocenianych:

1) wiersz 22 dotyczący sekcji „System Skanowania” otrzymuje następujące brzmienie:

Przed modyfikacją:

22	Maksymalna długość <i>wzdłużnego skanu pilotażowego</i> [cm]	≥150, podać		Bez oceny
----	--	-------------	--	-----------

Po modyfikacji:

22	Maksymalna długość <i>wzdłużnego skanu pilotażowego</i> [cm]	≥145, podać		Bez oceny
----	--	-------------	--	-----------

2) wiersz 23 dotyczący sekcji „System Skanowania” otrzymuje następujące brzmienie:

Przed modyfikacją:

23	Maksymalny zakres zmian wartość współczynnika pitch	Min. od 0,6 do 1,5, podać		Bez oceny
----	---	---------------------------	--	-----------

Po modyfikacji:

23	Maksymalny zakres zmian wartość współczynnika pitch do skanu min. 16 warstwowego	Min. od 0,6 do 1,5, podać		Bez oceny
----	--	---------------------------	--	-----------

3) wiersz 28 dotyczący sekcji „System Skanowania” otrzymuje następujące brzmienie:

Przed modyfikacją:

28	Dawka przy której zmierzono zadeklarowaną rozdzielczość w punkcie 27 powyżej	Podać wartość		Najmniejsza wartość – 10 pkt Największa wartość - 0 pkt Pozostałe proporcjonalnie
----	--	---------------	--	---

Po modyfikacji:

28	Dawka przy której zmierzono zadeklarowaną rozdzielczość w punkcie 29 poniżej	Podać wartość		Najmniejsza wartość – 10 pkt Największa wartość - 0 pkt Pozostałe proporcjonalnie
----	--	---------------	--	---

4) wiersz 30 dotyczący sekcji „System Skanowania” otrzymuje następujące brzmienie:

Przed modyfikacją:

30	algorytm iteracyjny działający w czasie rekonstrukcji obrazu warstwy	TAK		Bez oceny
----	--	-----	--	-----------

Po modyfikacji:

30	algorytm iteracyjny działający w czasie rekonstrukcji obrazu warstwy pracujący na danych surowych	TAK		Bez oceny
----	---	-----	--	-----------

5) wiersz 50 dotyczący sekcji „Konsole lekarskie” otrzymuje następujące brzmienie:

Przed modyfikacją:

50	Przekątna kolorowego monitora z aktywną matrycą ciekłokrystaliczną typu Flat ["]	≥ 24", podać		Bez oceny
----	--	--------------	--	-----------

Po modyfikacji:

50	Przekątna kolorowego monitora z aktywną matrycą ciekłokrystaliczną typu Flat ["]	≥ 19", podać		Bez oceny
----	--	--------------	--	-----------

6) wiersz 74 dotyczący sekcji „Pozostałe wymagania” otrzymuje następujące brzmienie:

Przed modyfikacją:

74	Pełna dokumentacja serwisowa przy dostawie systemu	Tak		Bez oceny
----	--	-----	--	-----------

Po modyfikacji:

74	Pełna dokumentacja serwisowa przy dostawie umożliwiająca Zamawiającemu wykonywanie i dokumentowanie czynności określonych w art. 90 ust. 6 i 7 ustawy o wyrobach medycznych.	Tak		Bez oceny
----	--	-----	--	-----------

7) wiersz 76 dotyczący sekcji „Pozostałe wymagania” otrzymuje następujące brzmienie:

Przed modyfikacją:

76	Pełna dokumentacja serwisowa przy odbiorze zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r. art. 90	Tak		Bez oceny
----	---	-----	--	-----------

Po modyfikacji:

76	Pełna dokumentacja serwisowa przy odbiorze zawierająca dane określone w art. 90 ust. 6 i 7 ustawy o wyrobach medycznych i umożliwiająca Zamawiającemu wykonywanie i dokumentowanie czynności określonych w art. 90 ust. 6 i 7 ustawy o wyrobach medycznych.	Tak		Bez oceny
----	---	-----	--	-----------

8) wiersz 77 dotyczący sekcji „Pozostałe Wymagania” otrzymuje następujące brzmienie:

Przed modyfikacją:

77	Szkolenie personelu technicznego, informatycznego – 2 osoby w zakresie konserwacji	Tak		Bez oceny
----	--	-----	--	-----------

Po modyfikacji:

77	Szkolenie personelu technicznego, informatycznego – 2 osoby w zakresie konserwacji objętej instrukcją użytkownika, potwierdzone stosownym zaświadczeniem	Tak		Bez oceny
----	--	-----	--	-----------

9) wiersz 79 dotyczący sekcji „Pozostałe Wymagania” otrzymuje następujące brzmienie:

Przed modyfikacją:

79	Wykonanie testów akceptacyjnych po zainstalowaniu urządzenia oraz testów akceptacyjnych po istotnych naprawach gwarancyjnych – zawarte w cenie oferty. Wybór jednostki wykonującej testy należy do Zamawiającego	TAK		Bez oceny
----	---	-----	--	-----------

Po modyfikacji:

79	Wykonanie testów akceptacyjnych po zainstalowaniu urządzenia oraz testów akceptacyjnych po istotnych naprawach gwarancyjnych –	TAK		Bez oceny
----	--	-----	--	-----------

	umowy. Przy czym za dni naprawy uszkodzonego sprzętu/usunięcia awarii uznaje się dni robocze od pon. do pt., z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
7) w § 8 ust. 10 otrzymuje następujące brzmienie:	
Przed modyfikacją: 10. Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancyjnego o czas jej trwania.	Po modyfikacji: 10. Każda naprawa gwarancyjna związana z brakiem możliwości, bezpiecznej i zgodnej z przepisami oraz instrukcją obsługi, eksploatacji przedmiotu umowy powoduje przedłużenie okresu gwarancyjnego o czas jej trwania.
8) w § 8 ust. 11 otrzymuje następujące brzmienie:	
Przed modyfikacją: 11. Dwie naprawy tego samego elementu, podzespołu w okresie gwarancyjnym powodują wymianę tego elementu, podzespołu na wolny od wad lub wymianę całego sprzętu na pełnowartościowy.	Po modyfikacji: 11. Dwie naprawy tego samego elementu, podzespołu w okresie gwarancyjnym powodują wymianę tego elementu, podzespołu na wolny od wad lub wymianę całego sprzętu na pełnowartościowy według własnego wyboru Zamawiającego.
9) W § 8 ust. 15 otrzymuje następujące brzmienie	
Przed modyfikacją: 15. Jeżeli uszkodzenie sprzętu nie zostanie usunięte w okresie 5 dni od zgłoszenia awarii, Wykonawca zostanie obciążony kosztami poniesionymi przez Zamawiającego z tytułu badań pacjentów wykonanych przez inne placówki w okresie od zgłoszenia awarii do jej usunięcia.	Po modyfikacji: 15. Jeżeli uszkodzenie sprzętu nie zostanie usunięte w okresie 5 dni roboczych (od pon. do pt. z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) od zgłoszenia awarii, Wykonawca zostanie obciążony kosztami poniesionymi przez Zamawiającego z tytułu badań pacjentów wykonanych przez inne placówki w okresie od zgłoszenia awarii do jej usunięcia.
10) w § 8 ust. 16 otrzymuje następujące brzmienie:	
Przed modyfikacją: 16. Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia protokołu przeglądu technicznego w ostatnim dniu upływu gwarancji poszczególnych elementów, podzespołów sprzętu oraz adaptacji pomieszczeń. Przeprowadzenie przeglądu technicznego elementów, podzespołów i całego sprzętu oraz adaptacji pomieszczeń Wykonawca potwierdzi stosownym protokołem i przekaze protokół Zamawiającemu.	Po modyfikacji: 16. Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia protokołu przeglądu technicznego w ostatnich 14 dniach przed upływem terminu gwarancji poszczególnych elementów, podzespołów sprzętu oraz adaptacji pomieszczeń. Przeprowadzenie przeglądu technicznego elementów, podzespołów i całego sprzętu oraz adaptacji pomieszczeń Wykonawca potwierdzi stosownym protokołem i przekaze protokół Zamawiającemu.
11) w § 8 ust. 20 otrzymuje następujące brzmienie:	
Przed modyfikacją: 20. Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu (min. 10 lat)-letni ⁷ dostęp do części zamiennych, materiałów zużywalnych oraz autoryzowanego serwisu pogwarancyjnego.	Po modyfikacji: 20. Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu dostęp: 1)-letni ⁷ do innych niż wymienione w pkt 2 części zamiennych, materiałów zużywalnych oraz autoryzowanego serwisu pogwarancyjnego (min. 10 lat), 2)-letni ⁸ do komputerowych części zamiennych jak dyski twarde, karty pamięci itp. (min. 5 lat).
12) w § 10 po ust. 12 dodaje się ust. 13 w brzmieniu:	
Po modyfikacji: 13. Nie przystąpienie przez Zamawiającego do odbioru lub odmowa dokonania odbioru i podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego bez podania przyczyn upoważnia Wykonawcę do jednostronnego podpisania takiego protokołu w przypadku, gdy dochował on warunków opisanych w szczególności w ust. 2, 3 i 5.”	
13) w § 12 skreśla się w ust. 2 pkt 6,	
14) w § 15 skreśla się w ust. 1.	

Zmodyfikowany i ujednolicony tekst: SIWZ, zał. nr 1 do SIWZ „Formularz oferty”, zał. 1b do SIWZ „Istotne Postanowienia Dotyczące w Szczegółności Terminów Gwarancji i Serwisu”, zał. 1 c do SIWZ „Zestawienie Parametrów Granicznych i Ocenianych” i zał. 6 do SIWZ „Istotne Postanowienia Umowy” są do pobrania na m.in. stronie internetowej:

http://bip.starostwo.ketrzyn.pl/zamowienia_publiczne/137/326/Zakup_specjalistycznego_sprzetu_i_aparatury_do_Szpitala_Powiatowego_w_Ketrzynie_0D_0A/

Wykonawcy zobowiązani są uwzględnić zmiany wprowadzone podczas sporządzania ofert, w tym także podczas wypełniania załączników.

Oferty złożone bez zastosowania się do modyfikacji podlegać będą odrzuceniu jako niezgodne z SIWZ. Pozostałe zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Kętrzyńskiego

Marta Żylińska

Wykonawcy
biorący udział w postępowaniu
nr CUW.PK.343.6.2016

Nasz znak: CUW.PK.343.6.2016

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr CUW.PK.343.6.2016 w trybie przetargu nieograniczonego na: „Zakup specjalistycznego sprzętu i aparatury do Szpitala Powiatowego w Kętrzynie”.

MODYFIKACJA - NR 4

Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego, działając w imieniu Zamawiającego w oparciu o pełnomocnictwo z dnia 06.04.2016r. udzielone przez Szpital Powiatowy w Kętrzynie w trybie art. 15 ust. 2 i 3 ustawy Pzp, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr CUW.PK.343.6.2016 w trybie przetargu nieograniczonego na: „Zakup specjalistycznego sprzętu i aparatury do Szpitala Powiatowego w Kętrzynie”, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo Zamówień Publicznych (t.jedn. Dz.U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.) wprowadza modyfikację specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następującym zakresie:

I. SIWZ:

1) W rozdziale IV „Termin wykonania zamówienia” zapis otrzymuje brzmienie:

Przed modyfikacją:	Po modyfikacji:
Termin realizacji zamówienia: max. 60 dni od podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego (termin nie dłuższy niż wskazany ostatecznie zostanie wskazany przez Wykonawcę w cenie ofertowej).	Termin realizacji zamówienia: max. 90 dni od podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego (termin nie dłuższy niż wskazany ostatecznie zostanie wskazany przez Wykonawcę w cenie ofertowej).

2) W rozdziale XIII „Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert” zapis otrzymuje brzmienie:

Przed modyfikacją:	Po modyfikacji:
4) Termin wykonania przedmiotu umowy - to termin wskazany przez Wykonawcę w druku oferty, nie może być dłuższy niż wskazany przez Zamawiającego tj. max. 60 dni. Jeżeli Wykonawca proponuje najkrótszy termin wykonania przedmiotu umowy tj. 30 dni lub mniej – oferta w tym kryterium zostanie uznana za najkorzystniejszą i uzyska maksymalną ilość punktów (przy czym do oceny oferty w tym kryterium przyjęty zostanie termin 30 dni jako realny do wykonania). Wykonawca, który proponuje najmniej korzystny termin wykonania tj. 60 dni – otrzyma 0 punktów. Pozostałym Wykonawcom, wypełniającym wymagania kryterialne, przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) ilość punktów. Ocena ofert w tym kryterium będzie ustalona wg wzoru: $T = (T_{\min}/T_o * 100 \text{ pkt}) \times W$ <p>Gdzie: T – ocena w kryterium „termin wykonania przedmiotu umowy” T_{min} – termin najkrótszy wykonania przedmiotu umowy T_o - ilość punktów uzyskanych przez ofertę ocenianą W - waga w kryterium „termin wykonania przedmiotu umowy”</p>	4) Termin wykonania przedmiotu umowy - to termin wskazany przez Wykonawcę w druku oferty, nie może być dłuższy niż wskazany przez Zamawiającego tj. max. 90 dni . Jeżeli Wykonawca proponuje najkrótszy termin wykonania przedmiotu umowy tj. 30 dni lub mniej – oferta w tym kryterium zostanie uznana za najkorzystniejszą i uzyska maksymalną ilość punktów (przy czym do oceny oferty w tym kryterium przyjęty zostanie termin 30 dni jako realny do wykonania). Wykonawca, który proponuje najmniej korzystny termin wykonania tj. 90 dni – otrzyma 0 punktów. Pozostałym Wykonawcom, wypełniającym wymagania kryterialne, przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) ilość punktów. Ocena ofert w tym kryterium będzie ustalona wg wzoru: $T = (T_{\min}/T_o * 100 \text{ pkt}) \times W$ <p>Gdzie: T – ocena w kryterium „termin wykonania przedmiotu umowy” T_{min} – termin najkrótszy wykonania przedmiotu umowy T_o - ilość punktów uzyskanych przez ofertę ocenianą W - waga w kryterium „termin wykonania przedmiotu umowy”</p>

II. Załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz oferty:

1) W rozdziale II zapis UWAG otrzymuje brzmienie:

Przed modyfikacją:	Po modyfikacji:
UWAGA: Jeżeli Wykonawca proponuje termin wykonania przedmiotu umowy 30 dni lub mniej – oferta w tym kryterium zostanie uznana za najkorzystniejszą i uzyska maksymalną ilość punktów (przy czym do oceny oferty w tym kryterium przyjęty zostanie termin 30 dni jako realny do wykonania). Wykonawca, który proponuje najmniej korzystny termin wykonania tj. 60 dni – otrzyma 0 punktów. Zamawiający nie dopuszcza realizacji zadania w terminie dłuższym niż 60 dni..	UWAGA: Jeżeli Wykonawca proponuje termin wykonania przedmiotu umowy 30 dni lub mniej – oferta w tym kryterium zostanie uznana za najkorzystniejszą i uzyska maksymalną ilość punktów (przy czym do oceny oferty w tym kryterium przyjęty zostanie termin 30 dni jako najkrótszy, realny do wykonania). Wykonawca, który proponuje najmniej korzystny termin wykonania tj. 90 dni – otrzyma 0 punktów. Zamawiający nie dopuszcza realizacji zadania w terminie dłuższym niż 90 dni..