

**Wykonawcy  
biorący udział w postępowaniu  
nr CUW.PK.343.6.2016**

Nasz znak: CUW.PK.343.6.2016

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr CUW.PK.343.6.2016 w trybie przetargu nieograniczonego na: „Zakup specjalistycznego sprzętu i aparatury do Szpitala Powiatowego w Kętrzynie”.

**MODYFIKACJA - NR 4**

Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego, działając w imieniu Zamawiającego w oparciu o pełnomocnictwo z dnia 06.04.2016r. udzielone przez Szpital Powiatowy w Kętrzynie w trybie art. 15 ust. 2 i 3 ustawy Pzp, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr CUW.PK.343.6.2016 w trybie przetargu nieograniczonego na: „Zakup specjalistycznego sprzętu i aparatury do Szpitala Powiatowego w Kętrzynie”, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo Zamówień Publicznych (t.jedn. Dz.U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.) wprowadza modyfikację specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następującym zakresie:

**I. SIWZ:**

1) W rozdziale IV „Termin wykonania zamówienia” zapis otrzymuje brzmienie:

<b>Przed modyfikacją:</b>	<b>Po modyfikacji:</b>
Termin realizacji zamówienia: max. 60 dni od podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego (termin nie dłuższy niż wskazany ostatecznie zostanie wskazany przez Wykonawcę w cenie ofertowej).	Termin realizacji zamówienia: <b>max. 90 dni</b> od podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego (termin nie dłuższy niż wskazany ostatecznie zostanie wskazany przez Wykonawcę w cenie ofertowej).

2) W rozdziale XIII „Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert” ust. 3 pkt 4 zapis otrzymuje brzmienie:

<b>Przed modyfikacją:</b>	<b>Po modyfikacji:</b>
<b>4) Termin wykonania przedmiotu umowy</b> - to termin wskazany przez Wykonawcę w druku oferty, nie może być dłuższy niż wskazany przez Zamawiającego tj. max. 60 dni. Jeżeli Wykonawca zaproponuje najkrótszy termin wykonania przedmiotu umowy tj. 30 dni lub mniej – oferta w tym kryterium zostanie uznana za najkorzystniejszą i uzyska maksymalną ilość punktów (przy czym do oceny oferty w tym kryterium przyjęty zostanie termin 30 dni jako realny do wykonania). Wykonawca, który zaproponuje najmniej korzystny termin wykonania tj. 60 dni – otrzyma 0 punktów. Pozostałym Wykonawcom, wypełniającym wymagania kryterialne, przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) ilość punktów. Ocena ofert w tym kryterium będzie ustalona wg wzoru: $T = (T_{\min}/T_o * 100 \text{ pkt}) \times W$ Gdzie: T – ocena w kryterium „termin wykonania przedmiotu umowy” T <sub>min</sub> – termin najkrótszy wykonania przedmiotu umowy T <sub>o</sub> - ilość punktów uzyskanych przez ofertę ocenianą W - waga w kryterium „termin wykonania przedmiotu umowy”	<b>4) Termin wykonania przedmiotu umowy</b> - to termin wskazany przez Wykonawcę w druku oferty, nie może być dłuższy niż wskazany przez Zamawiającego tj. <b>max. 90 dni</b> . Jeżeli Wykonawca zaproponuje najkrótszy termin wykonania przedmiotu umowy tj. 30 dni lub mniej – oferta w tym kryterium zostanie uznana za najkorzystniejszą i uzyska maksymalną ilość punktów (przy czym do oceny oferty w tym kryterium przyjęty zostanie termin 30 dni jako realny do wykonania). Wykonawca, który zaproponuje najmniej korzystny termin wykonania tj. <b>90 dni</b> – otrzyma 0 punktów. Pozostałym Wykonawcom, wypełniającym wymagania kryterialne, przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) ilość punktów. Ocena ofert w tym kryterium będzie ustalona wg wzoru: $T = (T_{\min}/T_o * 100 \text{ pkt}) \times W$ Gdzie: T – ocena w kryterium „termin wykonania przedmiotu umowy” T <sub>min</sub> – termin najkrótszy wykonania przedmiotu umowy T <sub>o</sub> - ilość punktów uzyskanych przez ofertę ocenianą W - waga w kryterium „termin wykonania przedmiotu umowy”

**II. Załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz oferty:**

1) W rozdziale II zapis UWAG otrzymuje brzmienie:

<b>Przed modyfikacją:</b>	<b>Po modyfikacji:</b>
<i>UWAGA: Jeżeli Wykonawca zaproponuje termin wykonania przedmiotu umowy 30 dni lub mniej – oferta w tym kryterium zostanie uznana za najkorzystniejszą i uzyska maksymalną ilość punktów (przy czym do oceny oferty w tym kryterium przyjęty zostanie termin 30 dni jako realny do wykonania). Wykonawca, który zaproponuje najmniej korzystny termin wykonania tj. 60 dni – otrzyma 0 punktów. Zamawiający nie dopuszcza realizacji zadania w terminie dłuższym niż 60 dni.</i>	<i>UWAGA: Jeżeli Wykonawca zaproponuje termin wykonania przedmiotu umowy 30 dni lub mniej – oferta w tym kryterium zostanie uznana za najkorzystniejszą i uzyska maksymalną ilość punktów (przy czym do oceny oferty w tym kryterium przyjęty zostanie termin 30 dni jako najkrótszy, realny do wykonania). Wykonawca, który zaproponuje najmniej korzystny termin wykonania tj. <b>90 dni</b> – otrzyma 0 punktów. Zamawiający nie dopuszcza realizacji zadania w terminie dłuższym niż 90 dni.</i>



2) W rozdziale V ust. 5 otrzymuje brzmienie:

Przed modyfikacją:			Po modyfikacji:	
6. Oświadczamy, że w przypadku podpisania umowy powierzymy podwykonawcom do wykonania następujące części zamówienia*: .....			6. Oświadczamy, że w przypadku podpisania umowy powierzymy podwykonawcom do wykonania następujące części zamówienia*: .....	
<b>L.p</b>	<b>Podwykonawca, któremu zostanie powierzona do wykonania część zamówienia</b>	<b>Opis części zamówienia powierzonej podwykonawcy</b>	(* jeżeli wykonawca wykona zamówienie własnymi siłami, bez pomocy podwykonawców, w wykropkowanym miejscu wpisać: „nie dotyczy”.) (* jeżeli wykonawca wykona zamówienie własnymi siłami, bez pomocy podwykonawców, w wykropkowanym miejscu wpisać: „nie dotyczy”.) <b>W myśl art. 36 ust. 4 ustawy PZP Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia w zakresie korzystania z podwykonawstwa.</b>	

### III. Załącznik nr 1b do SIWZ – Istotne Postanowienia Dotyczące w Szczególności Terminów Gwarancji i Serwisu:

1) wiersz 2 dotyczący sekcji „I. Gwarancja na prace remontowo budowlane” otrzymuje następujące brzmienie:

#### Przed modyfikacją:

2.	Czas reakcji na zgłoszenie o wystąpieniu wady <b>max 24 godziny</b>	w godzinach		Nie podlega ocenie
----	---	-------------	--	--------------------

#### Po modyfikacji:

2.	Czas reakcji na zgłoszenie o wystąpieniu wady <b>max 24 godziny</b> (w dni robocze od pon. do pt., z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).	w godzinach		Nie podlega ocenie
----	--	-------------	--	--------------------

2) wiersze 1 i 2 dotyczące sekcji „IV. Serwis gwarancyjny” otrzymuje następujące brzmienie:

#### Przed modyfikacją:

1.	Czas reakcji, rozumiany jako: podjęcie naprawy od chwili jej zgłoszenia - <b>max 24 godz.</b>	w godzinach		Nie podlega ocenie
2.	Maksymalny czas usuwania awarii - nie dłuższy niż <b>5 dni</b>	w dniach		termin 5 dni - 0 pkt, najkrótszy termin - 5 pkt, pozostałe - proporcjonalnie

#### Po modyfikacji:

1.	Czas reakcji, rozumiany jako: podjęcie naprawy od chwili jej zgłoszenia: <b>max 24 godz.</b> w dni robocze od pon. do pt., z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy (przyjazd na wezwanie lub zdalna interwencja internetowa za zgodą zamawiającego).	w godzinach		Nie podlega ocenie
2.	Maksymalny czas usuwania awarii - nie dłuższy niż <b>5 dni</b> (w dni robocze od pon. do pt., z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy)	w dniach		termin 5 dni - 0 pkt, najkrótszy termin - 5 pkt, pozostałe - proporcjonalnie

3) wiersz 4 dotyczący sekcji „V. Inne Istotne postanowienia” otrzymuje następujące brzmienie:

#### Przed modyfikacją:

4.	Ilość przeglądów okresowych koniecznych do wykonania po upływie okresu gwarancji dla potwierdzenia pełnej sprawności aparatu wynikająca z DTR (lub innego dokumentu)	liczba		Nie podlega ocenie
----	--	--------	--	--------------------

#### Po modyfikacji:

4.	Ilość przeglądów okresowych koniecznych do wykonania po upływie okresu gwarancji dla potwierdzenia pełnej sprawności aparatu wynikająca z DTR (lub innego dokumentu)	Liczba/rok		Nie podlega ocenie
----	--	------------	--	--------------------

4) wiersz 5 dotyczący sekcji „V. Inne Istotne postanowienia” otrzymuje następujące brzmienie:

#### Przed modyfikacją:

5.	Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych od daty sprzedaży w latach - <b>min 10 lat</b>	w latach		Nie podlega ocenie
----	--	----------	--	--------------------

#### Po modyfikacji:

5.	Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych od daty sprzedaży w latach (z zastrzeżeniem wyłączenia opisanego w wierszu 6) - <b>min 10 lat</b>	w latach		Nie podlega ocenie
----	---	----------	--	--------------------

5) wprowadza się wiersz 6 dotyczący sekcji „V. Inne Istotne postanowienia”, który otrzymuje następujące brzmienie:

6.	Okres zagwarantowania dostępności komputerowych części zamiennych jak dyski twarde, karty pamięci itp. - <b>min 5 lat</b>	w latach		Nie podlega ocenie
----	---	----------	--	--------------------



**IV. Załącznik nr 1c do SIWZ – Zestawienie Parametrów Granicznych i Ocenianych:**

1) wiersz 22 dotyczący sekcji „System Skanowania” otrzymuje następujące brzmienie:

<b>Przed modyfikacją:</b>				
22	Maksymalna długość <i>wzdłużnego skanu pilotażowego</i> [cm]	≥150, podać		Bez oceny

<b>Po modyfikacji:</b>				
22	Maksymalna długość <i>wzdłużnego skanu pilotażowego</i> [cm]	≥145, podać		Bez oceny

2) wiersz 23 dotyczący sekcji „System Skanowania” otrzymuje następujące brzmienie:

<b>Przed modyfikacją:</b>				
23	Maksymalny zakres zmian wartości współczynnika pitch	Min. od 0,6 do 1,5, podać		Bez oceny

<b>Po modyfikacji:</b>				
23	Maksymalny zakres zmian wartości współczynnika pitch do skanu min. 16 warstwowego	Min. od 0,6 do 1,5, podać		Bez oceny

3) wiersz 28 dotyczący sekcji „System Skanowania” otrzymuje następujące brzmienie:

<b>Przed modyfikacją:</b>				
28	Dawka przy której zmierzono zadeklarowaną rozdzielczość w punkcie 27 powyżej	Podać wartość		Najmniejsza wartość – 10 pkt Największa wartość - 0 pkt Pozostałe proporcjonalnie

<b>Po modyfikacji:</b>				
28	Dawka przy której zmierzono zadeklarowaną rozdzielczość w punkcie 29 poniżej	Podać wartość		Najmniejsza wartość – 10 pkt Największa wartość - 0 pkt Pozostałe proporcjonalnie

4) wiersz 30 dotyczący sekcji „System Skanowania” otrzymuje następujące brzmienie:

<b>Przed modyfikacją:</b>				
30	algorytm iteracyjny działający w czasie rekonstrukcji obrazu warstwy	TAK		Bez oceny

<b>Po modyfikacji:</b>				
30	algorytm iteracyjny działający w czasie rekonstrukcji obrazu warstwy pracujący na danych surowych	TAK		Bez oceny

5) wiersz 50 dotyczący sekcji „Konsole lekarskie” otrzymuje następujące brzmienie:

<b>Przed modyfikacją:</b>				
50	Przekątna kolorowego monitora z aktywną matrycą ciekłokrystaliczną typu Flat ["]	≥ 24", podać		Bez oceny

<b>Po modyfikacji:</b>				
50	Przekątna kolorowego monitora z aktywną matrycą ciekłokrystaliczną typu Flat ["]	≥ 19", podać		Bez oceny

6) wiersz 74 dotyczący sekcji „Pozostałe wymagania” otrzymuje następujące brzmienie:

<b>Przed modyfikacją:</b>				
74	Pełna dokumentacja serwisowa przy dostawie systemu	Tak		Bez oceny

<b>Po modyfikacji:</b>				
74	Pełna dokumentacja serwisowa przy dostawie umożliwiająca Zamawiającemu wykonywanie i dokumentowanie czynności określonych w art. 90 ust. 6 i 7 ustawy o wyrobach medycznych.	Tak		Bez oceny

7) wiersz 76 dotyczący sekcji „Pozostałe wymagania” otrzymuje następujące brzmienie:

<b>Przed modyfikacją:</b>				
76	Pełna dokumentacja serwisowa przy odbiorze zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r. art. 90	Tak		Bez oceny

<b>Po modyfikacji:</b>				
76	Pełna dokumentacja serwisowa przy odbiorze zawierająca dane określone w art. 90 ust. 6 i 7 ustawy o wyrobach medycznych i umożliwiająca Zamawiającemu wykonywanie i dokumentowanie czynności określonych w art. 90 ust. 6 i 7 ustawy o wyrobach medycznych.	Tak		Bez oceny

8) wiersz 77 dotyczący sekcji „Pozostałe Wymagania” otrzymuje następujące brzmienie:

<b>Przed modyfikacją:</b>				
77	Szkolenie personelu technicznego, informatycznego – 2 osoby w zakresie konserwacji	Tak		Bez oceny

<b>Po modyfikacji:</b>				
77	Szkolenie personelu technicznego, informatycznego – 2 osoby w zakresie konserwacji objętej instrukcją użytkownika, potwierdzone stosownym zaświadczeniem	Tak		Bez oceny

9) wiersz 79 dotyczący sekcji „Pozostałe Wymagania” otrzymuje następujące brzmienie:

<b>Przed modyfikacją:</b>				
79	Wykonanie testów akceptacyjnych po zainstalowaniu urządzenia oraz testów akceptacyjnych po istotnych naprawach gwarancyjnych – zawarte w cenie oferty. Wybór jednostki wykonującej testy należy do Zamawiającego	TAK		Bez oceny

<b>Po modyfikacji:</b>				
79	Wykonanie testów akceptacyjnych po zainstalowaniu urządzenia oraz testów akceptacyjnych po istotnych naprawach gwarancyjnych –	TAK		Bez oceny



	zawarte w cenie oferty. Podmiot wykonujący testy musi posiadać akredytację w rozumieniu ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2010r. Nr 138, poz. 935, z późn. zm.)			
--	--	--	--	--

10) wiersz 81 dotyczący sekcji „Pozostałe Wymagania” otrzymuje następujące brzmienie:

**Przed modyfikacją:**

81	Szkolenia w miejscu instalacji dla min 2 lekarzy radiologów i min. 3 techników: I – szkolenie w nieprzekraczalnym terminie 5 dni od zakończenia instalacji, w wymiarze min. 3 dni x 5 godzin II - szkolenie w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, w wymiarze min. 2 dni x 5 godzin	TAK		Bez oceny
----	---	-----	--	-----------

**Po modyfikacji:**

81	Szkolenia w miejscu instalacji dla min 2 lekarzy radiologów i min. 3 techników: I – szkolenie w nieprzekraczalnym terminie 5 dni roboczych od dnia dopuszczenia instalacji przez Sanepid, w wymiarze min. 3 dni x 5 godzin II - szkolenie w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, w wymiarze min. 2 dni x 5 godzin	TAK		Bez oceny
----	---	-----	--	-----------

**V. Załącznik nr 6 do SIWZ – Istotne Postanowienia Umowy:**

1) w § 5 dopisuje się ust. 16 o brzmieniu:

„16. Jeśli zakres prac adaptacyjnych w ocenie Wykonawcy w świetle obowiązujących przepisów prawa wymaga opracowania dokumentacji lub wymaga dokumentacji w ograniczonym zakresie Wykonawca potwierdzi to stosownym oświadczeniem w protokole zdawczo-odbiorczym przedmiotu umowy. „

2) w § 6 skreśla się ust. 13,

3) w § 7 ust. 3 pkt 6 otrzymuje następujące brzmienie:

<b>Przed modyfikacją:</b>	<b>Po modyfikacji:</b>
6) naprawienia wszelkich ewentualnych szkód powstałych w trakcie prowadzenia robót na własny koszt i w terminie nie przekraczającym czasu przewidzianego na wykonanie całości robót,	6) naprawienia na własny koszt i w terminie nie przekraczającym czasu przewidzianego na wykonanie całości zadania, wszelkich szkód wyrządzonych przez Wykonawcę w trakcie realizacji umowy,

4) w § 8 ust. 5 otrzymuje następujące brzmienie:

<b>Przed modyfikacją:</b>	<b>Po modyfikacji:</b>
5. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia sprzętu spowodowane nie przestrzeganiem przez pracowników Zamawiającego instrukcji użytkowania sprzętu.	5. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia sprzętu spowodowane nie przestrzeganiem przez pracowników Zamawiającego instrukcji użytkowania sprzętu. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu gwarancji na dostarczone elementy, części lub podzespoły obejmuje tylko wady/awarie powstałe z przyczyn tkwiących w dostarczonym elemencie, części lub podzespołe, w szczególności wady konstrukcyjne lub materiałowe. Gwarancją nie są objęte: 1) uszkodzenia i wady dostarczanego sprzętu wynikłe na skutek: a) eksploatacji sprzętu przez Zamawiającego niezgodnej z jego przeznaczeniem, niestosowania się Zamawiającego do instrukcji obsługi sprzętu, mechanicznego uszkodzenia powstałego z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub osób trzecich i wywołane nimi wady, b) samowolnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych (dokonywanych przez Zamawiającego lub inne nieuprawnione osoby), 2) uszkodzenia spowodowane zdarzeniami losowymi tzw. siła wyższa (pożar, powódź, zalanie itp.) 3) materiały eksploatacyjne nie dostarczane przez Wykonawcę w ramach niniejszej umowy.

5) W § 8 ust. 8 pkt 1 i 2 otrzymuje następujące brzmienie

<b>Przed modyfikacją:</b>	<b>Po modyfikacji:</b>
1) w celu naprawy gwarancyjnej sprzętu: reakcja serwisu do ..... <sup>3</sup> godzin, 2) w celu usunięcia wady na prace adaptacyjne: reakcja serwisu do ..... <sup>4</sup> godzin.	1) w celu naprawy gwarancyjnej sprzętu: reakcja serwisu do ..... <sup>3</sup> godzin (w dni robocze od pon. do pt., z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy), 2) w celu usunięcia wady na prace adaptacyjne: reakcja serwisu do ..... <sup>4</sup> godzin (w dni robocze od pon. do pt., z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).

6) W § 8 ust. 9 otrzymuje następujące brzmienie

<b>Przed modyfikacją:</b>	<b>Po modyfikacji:</b>
9. Od daty zgłoszenia Wykonawca ma obowiązek naprawy uszkodzonego sprzętu/usunięcia awarii w ciągu maksymalnie ..... <sup>5</sup> dni i maksymalnie ..... <sup>6</sup> dni na usunięcie awarii w wykonanych pracach adaptacyjnych - zgodnie z zał. nr 2 do umowy.	9. Od daty zgłoszenia Wykonawca ma obowiązek naprawy uszkodzonego sprzętu/usunięcia awarii w ciągu maksymalnie ..... <sup>5</sup> dni i maksymalnie ..... <sup>6</sup> dni na usunięcie awarii w wykonanych pracach adaptacyjnych - zgodnie z zał. nr 2 do umowy.



umowy. Przy czym za dni naprawy uszkodzonego sprzętu/usunięcia awarii uznaje się dni robocze od pon. do pt., z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

7) w § 8 ust. 10 otrzymuje następujące brzmienie:

<b>Przed modyfikacją:</b> 10. Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancyjnego o czas jej trwania.	<b>Po modyfikacji:</b> 10. Każda naprawa gwarancyjna związana z brakiem możliwości, bezpiecznej i zgodnej z przepisami oraz instrukcją obsługi, eksploatacji przedmiotu umowy powoduje przedłużenie okresu gwarancyjnego o czas jej trwania.
---	---

8) w § 8 ust. 11 otrzymuje następujące brzmienie:

<b>Przed modyfikacją:</b> 11. Dwie naprawy tego samego elementu, podzespołu w okresie gwarancyjnym powodują wymianę tego elementu, podzespołu na wolny od wad lub wymianę całego sprzętu na pełnowartościowy.	<b>Po modyfikacji:</b> 11. Dwie naprawy tego samego elementu, podzespołu w okresie gwarancyjnym powodują wymianę tego elementu, podzespołu na wolny od wad lub wymianę całego sprzętu na pełnowartościowy według własnego wyboru Zamawiającego.
--	--

9) W § 8 ust. 15 otrzymuje następujące brzmienie

<b>Przed modyfikacją:</b> 15. Jeżeli uszkodzenie sprzętu nie zostanie usunięte w okresie 5 dni od zgłoszenia awarii, Wykonawca zostanie obciążony kosztami poniesionymi przez Zamawiającego z tytułu badań pacjentów wykonanych przez inne placówki w okresie od zgłoszenia awarii do jej usunięcia.	<b>Po modyfikacji:</b> 15. Jeżeli uszkodzenie sprzętu nie zostanie usunięte w okresie 5 dni roboczych (od pon. do pt. z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) od zgłoszenia awarii, Wykonawca zostanie obciążony kosztami poniesionymi przez Zamawiającego z tytułu badań pacjentów wykonanych przez inne placówki w okresie od zgłoszenia awarii do jej usunięcia.
---	---

10) w § 8 ust. 16 otrzymuje następujące brzmienie:

<b>Przed modyfikacją:</b> 16. Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia protokołu przeglądu technicznego w ostatnim dniu upływu gwarancji poszczególnych elementów, podzespołów sprzętu oraz adaptacji pomieszczeń. Przeprowadzenie przeglądu technicznego elementów, podzespołów i całego sprzętu oraz adaptacji pomieszczeń Wykonawca potwierdzi stosownym protokołem i przekaże protokół Zamawiającemu.	<b>Po modyfikacji:</b> 16. Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia protokołu przeglądu technicznego w ostatnich 14 dniach przed upływem terminu gwarancji poszczególnych elementów, podzespołów sprzętu oraz adaptacji pomieszczeń. Przeprowadzenie przeglądu technicznego elementów, podzespołów i całego sprzętu oraz adaptacji pomieszczeń Wykonawca potwierdzi stosownym protokołem i przekaże protokół Zamawiającemu.
--	--

11) w § 8 ust. 20 otrzymuje następujące brzmienie:

<b>Przed modyfikacją:</b> 20. Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu (min. 10 lat) .....-letni <sup>7</sup> dostęp do części zamiennych, materiałów zużywalnych oraz autoryzowanego serwisu pogwarancyjnego.	<b>Po modyfikacji:</b> 20. Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu dostęp: 1) .....-letni <sup>7</sup> do innych niż wymienione w pkt 2 części zamiennych, materiałów zużywalnych oraz autoryzowanego serwisu pogwarancyjnego (min. 10 lat), 2) .....-letni <sup>8</sup> do komputerowych części zamiennych jak dyski twarde, karty pamięci itp. (min. 5 lat).
---	--

12) w § 10 po ust. 12 dodaje się ust. 13 w brzmieniu:

<b>Po modyfikacji:</b> 13. Nie przystąpienie przez Zamawiającego do odbioru lub odmowa dokonania odbioru i podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego bez podania przyczyn upoważnia Wykonawcę do jednostronnego podpisania takiego protokołu w przypadku, gdy dochował on warunków opisanych w szczególności w ust. 2, 3 i 5."
--

13) w § 12 skreśla się w ust. 2 pkt 6,

14) w § 15 skreśla się w ust. 1.

Zmodyfikowany i ujednolicony tekst: SIWZ, zał. nr 1 do SIWZ „Formularz oferty”, zał. 1b do SIWZ „Istotne Postanowienia Dotyczące w Szczególności Terminów Gwarancji i Serwisu”, zał. 1 c do SIWZ „Zestawienie Parametrów Granicznych i Ocenianych” i zał. 6 do SIWZ „Istotne Postanowienia Umowy” są do pobrania na m.in. stronie internetowej:

[http://bip.starostwo.ketrzyn.pl/zamowienia\\_publiczne/137/326/Zakup\\_specjalistycznego\\_sprzetu\\_i\\_aparatury\\_do\\_Szpitala\\_Powiatowego\\_w\\_Ketrzynie\\_0D\\_0A/](http://bip.starostwo.ketrzyn.pl/zamowienia_publiczne/137/326/Zakup_specjalistycznego_sprzetu_i_aparatury_do_Szpitala_Powiatowego_w_Ketrzynie_0D_0A/)

Wykonawcy zobowiązani są uwzględnić zmiany wprowadzone podczas sporządzania ofert, w tym także podczas wypełniania załączników.

Oferty złożone bez zastosowania się do modyfikacji podlegać będą odrzuceniu jako niezgodne z SIWZ. Pozostałe zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.

DYREKTOR  
Centrum Usług Wspólnych  
Powiatu Kętrzyńskiego

Marta Żylińska



