

**Wykonawcy  
biorący udział w postępowaniu  
nr CUW.PK.343.6.2016**

Nasz znak: CUW.PK..343.6.2016

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr CUW.PK.343.6.2016 w trybie przetargu nieograniczonego na: „Zakup specjalistycznego sprzętu i aparatury do Szpitala Powiatowego w Kętrzynie”.

**WYJAŚNIENIA DO SIWZ - NR 5**

Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego, działając w imieniu Zamawiającego w oparciu o pełnomocnictwo z dnia 06.04.2016r. udzielone przez Szpital Powiatowy w Kętrzynie w trybie art. 15 ust. 2 i 3 ustawy Pzp, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr CUW.PK.343.6.2016 w trybie przetargu nieograniczonego na: „**Zakup specjalistycznego sprzętu i aparatury do Szpitala Powiatowego w Kętrzynie**”, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych udziela wyjaśnień do SIWZ w następującym zakresie:

**Pytanie/Wniosek nr 1**

Dotyczy par. 8 ust. 11: Prosimy Zamawiającego o rezygnację z wymogu dostarczenia całego sprzętu na pełnowartościowy i pozostawienie wymogu wymiany elementu podzespołu na wolny od wad w przypadku dwukrotnej jego naprawy.

Wyjaśniamy, że w przypadku konieczności wymiany całego tomografu, Zamawiający musiałby posiadać na stanie magazynowym identycznie skonfigurowany tomograf komputerowy, a jego wartość uwzględnić w cenie oferty. Dodatkowo wymiana całego tomografu na nowy wiąże się z przerwaniem funkcjonowania pracowni przez okres kilku tygodni (demontaż i montaż nowego aparatu, prace adaptacyjne oraz uzyskanie zgód sanepidu).

**Odpowiedź 1**

Zamawiający akceptuje propozycję modyfikacji zał. 6 do SIWZ w § ust. 11. Podczas zawierania umowy zapis ten będzie brzmiał: „11. Dwie naprawy tego samego elementu, podzespołu itp. w okresie gwarancyjnym powodują wymianę tego elementu, podzespołu na wolny od wad według własnego wyboru Zamawiającego.

**DYREKTOR**  
Centrum Usług Wspólnych  
Powiatu Kętrzyńskiego

Marta Żylińska