

Kętrzyn, dnia 15.05.2017

Nr sprawy: 17/PN/2017

**Tablica ogłoszeń/
Strona internetowa**

Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ

W nawiązaniu do prowadzonego przez Szpital Powiatowy w Kętrzynie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego pt. „Dostawa jednorazowych materiałów medycznych do Szpitala Powiatowego w Kętrzynie” znak postępowania 17/PN/2017, Zamawiający w trybie art. 38 ust. 1 ustawy PZP udziela wyjaśnień do SIWZ o następującej treści:

Pytanie/Wniosek 1:

Pakiet 3. Czy Zamawiający dopuści w poz. 1 - IS bez ftalanów, jałowy, niepirogenny, nietokstyczny, grawitacyjny, z ostrą igłą biorcza czterokanałową - odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany niebieską klapką - przezroczysta komora kroplowa z filtrem - rolkowy regulator przepływu - łącznik LUER-LOCK z osłonką - opakowanie jednostkowe typu blister papier -folia - sterylizowany tlenkiem etylenu?

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu posiadania zaczepu na dren?

Czy Zamawiający wydzieli poz.1 do osobnego pakietu? Pozwoli to na złożenie większej ilości konkurencyjnych ofert.

Odpowiedź 1:

Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ. Zamawiający nie wydziela poz. 1 z pakietu nr 3 w obawie, że wydzielenie mogłoby powodować niekorzystne skutki dla Zamawiającego w postaci np. zwiększenia oferowanych cen czy też niemożności rozstrzygnięcia postępowania z uwagi na fakt, że złożenie ofert na tak małe części zamówienia byłoby dla Wykonawców nieopłacalne. Ponadto dzielenie przedmiotu zamówienia na dodatkowe, ponad już istniejące 30 pakietów mogłoby powodować nadmierne trudności techniczne i koszty wykonania zamówienia.

Pytanie/Wniosek 2:

Pakiet 8, poz.1. Czy Zamawiający dopuści fartuch foliowy pakowany a' 100 szt.?

Odpowiedź 2:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie/Wniosek 3:

Pakiet 8, poz.2. Czy Zamawiający dopuści osłonki lekko pudrowane pakowane a' 144szt.?

Odpowiedź 3:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie/Wniosek 4:

Pakiet 9, poz. 3. Czy Zamawiający maskę medyczną wykonaną z włókniny, wiązaną na troki, posiadającą sztywnik o dł. 11Cm, gr. 25G/m2?

Odpowiedź 4:

Zamawiający dopuszcza pod warunkiem, że produkt będzie posiadał pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Pytanie/Wniosek 5:

Pakiet 9, Poz. 16. Czy Zamawiający maskę medyczną wykonaną z włókniny, na gumki, posiadającą sztywnik o dł. 11Cm, gr. 25G/m2?

Odpowiedź 5:

Zamawiający dopuszcza pod warunkiem, że produkt będzie posiadał pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Pytanie/Wniosek 6:

Pakiet 12, poz.1. Czy Zamawiający dopuści Golarkę medyczna, każda zapakowana indywidualnie w tekturową osłonkę, z pojedynczym ostrzem wykonanym ze stali nierdzewnej pokrytym platyną oraz teflonem, o wymiarach ostrza: długość 1,0 x szerokość 4,3 x głębokość 0,01 cm z ostrzem, które można odłamać od rączki poprzez lekki pionowy nacisk.

Odpowiedź 6:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie/Wniosek 7:

Pakiet 17, poz. 1-9. Czy Zamawiający dopuści Sterylne ostrza chirurgiczne ze stali węglowej jednorazowego użytku z wygrawerowanym rozmiarem, pakowane pojedynczo w folię aluminiową z identyfikacją rozmiarową oraz zbiorcze opakowanie zawierające 100 szt.?

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu wygrawerowania logo na ostrzu? Nie ma to wpływu na cechy użytkowe produktu.

Odpowiedź 7:

Zamawiający nie odstąpi od wymogu wygrawerowanego logo na ostrzu, podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie/Wniosek 8:

Dotyczy Pakietu nr 30 poz. 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie w pakiecie nr 30 poz. 1 niżej opisanego zestawu?

Zestaw uniwersalny wykonany z minimum 2 -warstwowej tkaniny o gramaturze min. 55g/m² o absorpcji minimum 450% . Skład zestawu:

- 1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 150x190cm z laminatu włókninowo – foliowego gramatura min. 90g/cm², warstwa wzmacniająca 75x190cm;
- 1 serweta na stolika Mayo 145x78cm z piaskowanej folii polietylenowej z wierzchnią strefą wzmocnioną z chłonnego laminatu dwuwarstwowego (PE+PP) o gramaturze 140g/m² obszar wzmocnienia 65x85cm składana w sposób ułatwiający założenie z zachowaniem zasad aseptyki;
- 2 ręczniki celulozowe
- 1 serweta dwuwarstwowa samoprzylepna 240x150cm
- 1 serweta dwuwarstwowa samoprzylepna 180x180cm
- 2 serwety dwuwarstwowe samoprzylepne 90x75cm
- 1 taśma przylepna 9x50cm

Odpowiedź 8:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie/Wniosek 9:

Dotyczy Pakietu nr 30 poz. 2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie w pakiecie nr 30 poz. 2 niżej opisanego zestawu?

Zestaw uniwersalny do długich zabiegów wykonany z dwuwarstwowego materiału ze wzmocnieniami o chłonności 512% gramatura w miejscu wzmocnienia 140g/m². W skład zestawu wchodzi:

- 1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 190x150cm z laminatu włókninowo- foliowego gramatura 140g/cm², warstwa wzmacniająca 75x190cm zdolność absorpcji 532%
- 1 serweta na stolik Mayo 78x145cm z piaskowanej folii polietylenowej z wierzchnią strefą wzmocnioną z chłonnego laminatu dwuwarstwowego (PE+PP) o gramaturze 140g/m² obszar wzmocnienia 65x85cm składana w sposób ułatwiający założenie z zachowaniem zasad aseptyki;
- 1 serweta przylepna 150x240cm
- 1 serweta przylepna ze wzmocnieniem 180x180cm
- 2 serwety przylepne ze wzmocnieniem 75x90cm
- 1 taśma przylepna 9 x 50 cm
- 4 ręczniki celulozowe 30,5x34cm

Odpowiedź 9:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie/Wniosek 10:

Dotyczy Pakietu nr 30 poz. 2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie w pakiecie nr 30 poz. 2 niżej opisanego zestawu?

Zestaw uniwersalny do długich zabiegów wykonany z trójwarstwowego materiału ze wzmocnieniami o chłonności 512% gramatura w miejscu wzmocnienia 155g/m². W skład zestawu wchodzi:

- 1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 190x150cm z laminatu włókninowo- foliowego gramatura 140g/cm², warstwa wzmacniająca 75x190cm zdolność absorpcji 532%

- 1 serweta na stolik Mayo 78x145cm z piaskowanej folii polietylenowej z wierzchnią strefą wzmocnioną z chłonnego laminatu dwuwarstwowego (PE+PP) o gramaturze 140g/m2 obszar wzmocnienia 65x85cm składana w sposób ułatwiający założenie z zachowaniem zasad aseptyki;
- 1 serweta przylepna (dwuwarstwowa na całej powierzchni z trzecią warstwą w strefie dedykowanej dla pacjenta) 150x240cm
- 1 serweta przylepna 180x180cm (dwuwarstwowa na całej powierzchni z trzecią warstwą w strefie dedykowanej dla pacjenta) z warstwą chłonną 15x50cm
- 2 serwety przylepne 75x90cm (trzywarstwowe na całej powierzchni) z warstwą chłonną 15x50cm
- 1 taśma przylepna 9 x 50 cm
- 4 ręczniki celulozowe 30,5x34cm

Odpowiedź 10:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie/Wniosek 11:

Dotyczy Rozdz. X pkt 5 SIWZ. W związku z pojawieniem się wątpliwości dotyczących zakresu pełnomocnictwa w ww postępowaniu, zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o potwierdzenie, że wystarczające dla Zamawiającego będzie złożenie pełnomocnictwa w oryginale, podpisanego przez osobę umocowaną do zaciągania zobowiązań i składania oświadczeń woli - potwierdzone stosownym dokumentem, w którym wskazana osoba umocowana jest do przygotowania, podpisania oferty przetargowej, wnoszenia odwołań, a także przyłączania się do postępowań wszczętych na skutek wykorzystania środków ochrony prawnej przez innych wykonawców oraz podpisywania dokumentów za zgodność z oryginałem.

Odpowiedź 11:

Tak, Zamawiający potwierdza.

Pytanie/Wniosek 12:

Dotyczy § 8 ust. 3 i 4 wzoru umowy. Zamawiający może obciążyć dostawcę karami umownymi w wysokości 10% wartości brutto umowy w przypadku rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Naszym zdaniem, kary umowne winny być naliczane od wartości niezrealizowanej umowy podobnie jak odsetki za zwłokę w płatnościach naliczane są od wartości niezapłaconych faktur w terminie a nie od wartości wszystkich wystawionych faktur. Taki zapis sprawia że strony umowy nie są równoprawne.

Prosimy zatem aby kary umowne naliczane były tylko od wartości nie wykonanego świadczenia (czyli umowy).

Odpowiedź 12:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie/Wniosek 13:

Dotyczy § 8 ust. 8 wzoru umowy. Nawiązując do projektu umowy stanowiącej element SIWZ wnosimy o dokonanie modyfikacji ww. paragrafu umowy poprzez dopisanie treści o następującym brzmieniu: [..., po wcześniejszym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania zdarzenia ”].

Pozostawienie ww. paragrafu w niezmienionej formie powoduje znaczącą dysproporcję w ewentualnych roszczeniach stron, w związku z czym wnioskujemy jak na wstępie.

Odpowiedź 13:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie/Wniosek 14:

Czy Zamawiający w pakiecie 19 dopuszcza: Poz. 1 B – worki stomijne pooperacyjne do zaopatrywania dużych ran, worek jednoczęściowy, zamykany za pomocą ujścia, rozmiar do docięcia 10-70mm oraz 10-100mm.

Odpowiedź 14:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie/Wniosek 15:

Pakiet 19, poz. 2 zwracamy się z prośbą o dopuszczenie worka stomijnego jednoczęściowego w kolorach przezroczysty oraz neutralny szary, worek zamykany na rzep, płytka elastyczna.

Odpowiedź 15:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie/Wniosek 16:

Pakiet 19, poz. 4 – zwracamy się z prośbą o dopuszczenie worka jednoczęściowego, zamykanego na rzep, rozmiar do docięcia 10-76mm, kolor worka beżowy.

Odpowiedź 16:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie/Wniosek 17:

Pakiet 19, poz. 8 zwracamy się z prośbą o dopuszczenie rękawa do irygacji 2 częściowego, płytka sprzedawana oddzielnie.

Odpowiedź 17:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie/Wniosek 18:

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie wysyłania faktury osobno nie wraz z towarem, gdyż w przypadku naszej firmy towary wysyłany jest z Magazynu na Węgrzech natomiast faktury z biura z Warszawy co uniemożliwia wysyłania towar i faktury razem. Do każdej dostawy dołączony jest dokument WZ, faktura dostarczana jest w ciągu 48 godzin (list polecony priorytetowy). Istnieje możliwość przesyłania skanu faktury na adres mailowy wskazany przez Zamawiającego (zamiast faktury przesyłanej drogą pocztową, wybór opcji należy do Zamawiającego) Czy Zamawiający dopuszcza, którąś z możliwości?

Odpowiedź 18:

Zamawiający dopuszcza skan faktury.

Pytanie/Wniosek 19:

Czy Zamawiający dopuszcza składanie zamówień w pełnych opakowaniach handlowych (worki stomijne/urostomijne pakowane po 30 sztuk w opakowaniu handlowym, zmywacz do zmywania skóry wokół stomii pakowany pojedynczo, łącznie 30 sztuk w opakowaniu zbiorczym, worki pooperacyjne sterylne pakowane pojedynczo, łącznie 5 sztuk w opakowaniu handlowym, worki pooperacyjne niesterylne pakowane pojedynczo, łącznie 6 sztuk w opakowaniu zbiorczym, rękaw do irygacji pakowany po 30 sztuk w opakowaniu zbiorczym)? W przypadku naszej firmy nie ma możliwości sprzedawania w pojedynczych sztuk, gdyż magazyn znajduje się na Węgrzech skąd bezpośrednio wysyłany jest towar do Zamawiającego.

Odpowiedź 19:

Zamawiający dopuszcza składanie zamówień w pełnych opakowaniach handlowych.

Pytanie/Wniosek 20:

Dotyczy pakietu nr 4 poz. 8. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w pak. 4 poz. 8 wkładu workowego z drenem o długości 180 cm, przy zachowaniu pozostałych parametrów zgodnych z SIWZ.

Odpowiedź 20:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie/Wniosek 21:

Pakiet 1, poz. 11. Zwracam się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji z pakietu. Pozwoli to na złożenie Zamawiającemu atrakcyjnej oferty cenowej przez większą liczę wykonawców. Opisana strzykawka jest strzykawką specjalistyczną (Dash 3® Strzykawka Enteralna ENFit) przeznaczoną tylko do obsługi żywienia drogą przewodu pokarmowego. Umieszczenie takiej strzykawki w pakiecie ze „zwykłymi” strzykawkami j. u. znacznie ogranicza możliwość złożenia oferty większej liczbie wykonawców.

Odpowiedź 21:

Zamawiający nie wydziela wskazanej w pytaniu pozycji w obawie, że wydzielenie mogłoby powodować niekorzystne skutki dla Zamawiającego w postaci np. zwiększenia oferowanych cen czy też niemożności rozstrzygnięcia postępowania z uwagi na fakt, że złożenie ofert na tak małe części zamówienia byłoby dla Wykonawców nieopłacalne. Ponadto dzielenie przedmiotu zamówienia na dodatkowe, ponad już istniejące 30 pakietów mogłoby powodować nadmierne trudności techniczne i koszty wykonania zamówienia.

Pytanie/Wniosek 22:

Pakiet 1, poz. 1. Zwracam się z prośbą o dopuszczenie strzykawki do tuberkuliny 0,45 x 13 mm zamiast 0,4 x 13mm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź 22:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie/Wniosek 23:

Pakiet 1, poz. 1. Zwracam się z prośbą o dopuszczenie strzykawki do tuberkuliny 0,5 x 16 mm zamiast 0,4 x 13mm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź 23:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie/Wniosek 24:

Pakiet 1, poz. 2-5. Bardzo proszę o dopuszczenie strzykawek z pojedynczą, rozszerzoną skalą pomiarową. Podwójną skalę pomiarową w strzykawkach dwuczęściowych wprowadziła firma Margomed, żaden inny producent strzykawek dwuczęściowych nie stosuje takiej skali pomiarowej. Nie ma ona żadnego medycznego uzasadnienia, gdyż obie skale znajdują się po tej samej stronie strzykawki (czyli de facto nie jest to skala dwustronna). Jedyne zastosowanie takiej skali polega na blokowaniu innych wykonawców. Zamawiający nie ma wówczas możliwości zapoznania się z innymi, bardziej konkurencyjnymi ofertami na strzykawki, gdyż ofertę składa wówczas tylko jeden Wykonawca. Podobnie jest z kodem kolorystycznym na strzykawkach. Nie ma żadnego uniwersalnego kodu, który byłby wymagany i określony normami ISO. Jest to kolejny zabieg stosowany, w celu niedopuszczania konkurentów do postępowań przetargowych na strzykawki. Proszę o dopuszczenie strzykawek bez kodu kolorystycznego na pojedynczym opakowaniu (kolorystycznie oznaczone jest opakowanie zbiorcze, czyli karton, żeby łatwiej było odróżnić strzykawki przy dostawie). Na pojedynczym opakowaniu jest bardzo wyraźnie nadrukowany rozmiar strzykawki. Nie ma możliwości pomylić np. strzykawki 2 ml i 20 ml.

Odpowiedź 24:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie/Wniosek 25:

Pakiet 1, poz. 5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny za opakowanie 80 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości w formularzu asortymentowo-cenowym.

Odpowiedź 25:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie/Wniosek 26:

Pakiet 3, poz. 1-3. Zwracam się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji i utworzenie pakietu z przyrządami do przetaczania. Pozwoli to na złożenie Zamawiającemu atrakcyjnej oferty cenowej przez większą liczbę wykonawców.

Odpowiedź 26:

Zamawiający nie wydziela wskazanych w pytaniu pozycji w obawie, że wydzielenie mogłoby powodować niekorzystne skutki dla Zamawiającego w postaci np. zwiększenia oferowanych cen czy też niemożności rozstrzygnięcia postępowania z uwagi na fakt, że złożenie ofert na tak małe części zamówienia byłoby dla Wykonawców nieopłacalne. Ponadto dzielenie przedmiotu zamówienia na dodatkowe, ponad już istniejące 30 pakietów mogłoby powodować nadmierne trudności techniczne i koszty wykonania zamówienia.

Pytanie/Wniosek 27:

Pakiet 3, poz. 1-3. Czy Zamawiający dopuści przyrządy wykonane z medycznego PVC, w całości pozbawione ftalanów? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź 27:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie/Wniosek 28:

Pakiet 5, poz. 1-6. Zwracam się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji i utworzenie pakietu z igłami j. u. Pozwoli to na złożenie Zamawiającemu atrakcyjnej oferty cenowej przez większą liczbę wykonawców.

Odpowiedź 28:

Zamawiający nie wydziela wskazanych w pytaniu pozycji w obawie, że wydzielenie mogłoby powodować niekorzystne skutki dla Zamawiającego w postaci np. zwiększenia oferowanych cen czy też niemożności rozstrzygnięcia postępowania z uwagi na fakt, że złożenie ofert na tak małe części zamówienia byłoby dla Wykonawców nieopłacalne. Ponadto dzielenie przedmiotu zamówienia na dodatkowe, ponad już istniejące 30 pakietów mogłoby powodować nadmierne trudności techniczne i koszty wykonania zamówienia.

Pytanie/Wniosek 29:

Pakiet 5, poz. 10. Zwracam się z prośbą o dopuszczenie igły w rozmiarze 0,45 x 12. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź 29:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie/Wniosek 30:

Pakiet 5, poz. 12 b. Czy nie zaszła omyłka pisarska w rozmiarze podanej igły? Czy zamawiający dopuści igłę w rozmiarze 0,9 x 75 - 20G lub 0,9 x 88 - 20G lub 0,9 x 90 - 20G?

Odpowiedź 30:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Nie zaszła pomyłka.

Pytanie/Wniosek 31:

Pakiet 5, poz. 13. Zwracam się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji i utworzenie pakietu kaniulami. Pozwoli to na złożenie Zamawiającemu atrakcyjnej oferty cenowej przez większą liczę wykonawców.

Odpowiedź 31:

Zamawiający nie wydziela wskazanej w pytaniu pozycji w obawie, że wydzielenie mogłoby powodować niekorzystne skutki dla Zamawiającego w postaci np. zwiększenia oferowanych cen czy też niemożności rozstrzygnięcia postępowania z uwagi na fakt, że złożenie ofert na tak małe części zamówienia byłoby dla Wykonawców nieopłacalne. Ponadto dzielenie przedmiotu zamówienia na dodatkowe, ponad już istniejące 30 pakietów mogłoby powodować nadmierne trudności techniczne i koszty wykonania zamówienia.

Pytanie/Wniosek 32:

Pakiet 5, poz. 13. Zwracam się z prośbą o dopuszczenie kaniuli z 4 paskami kontrastującymi w RTG o rozmiarach:

Kolor	Rozmiar kaniuli (GAUGE)	Rozmiar cewnika w mm	Przepływ ml/min
Pomarańczowy	14 G	2,20 x 45	290
Szary	16 G	1,70 x 45	180
Biały	17 G	1,50 x 45	130
Zielony	18 G	1,20 x 45	90
Różowy	20 G	1,00 x 32	57
Niebieski	22 G	0,80 x 25	33

Pozostałe parametry z SIWZ.

W związku z tym, iż obowiązująca Norma PN-EN ISO 10555-5 stanowi, że przepływ dla cewników o nominalnej średnicy zewnętrznej poniżej 1,0 mm powinien wynosić od 80% do 125% wielkości podanej przez producenta, a dla cewników o nominalnej średnicy zewnętrznej 1,0 mm lub większej, od 90% do 115% wielkości podanej przez producenta. Zamawiający nie może uznawać za nie spełniający wymogów produkt o parametrach zgodnych z normami przewidzianymi dla danego rodzaju wyrobu medycznego ani preferować wyłącznie kaniul o określonych, konkretnych rozmiarach i przepływach.

W razie odmowy, żądamy wskazania merytorycznych argumentów, uzasadniających stanowisko Zamawiającego.

Odpowiedź 32:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie/Wniosek 33:

Pakiet 5, poz. 7. Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie kaniul dożylnych bezpiecznych z poliuretanu, z 4 paskami kontrastującymi w RTG, z zaworem portu górnego, z zastawką antyzwrotną pełniącą tę samą funkcję, co filtr hydrofobowy, posiadających korki z trzpieniem powyżej krawędzi korka, posiadających automatyczne zabezpieczenie końca igły w postaci plastikowego zatrzasku aktywowanego po wyjęciu igły z cewnika. Logo producenta na kaniuli, sterylizowane EO. Rozmiary

14G 2,0 x 45 mm, przepływ 290 ml/min

16G 1,7 x 45 mm, przepływ 180 ml/min

17G 1,5 x 45 mm, przepływ 140 ml/min

18G 1,2 x 45 mm, przepływ 90 ml/min

18G 1,2 x 32 mm, przepływ 90 ml/min

20G 1,0 x 32 mm, przepływ 64ml/min

22G 0,8 x 25 mm, przepływ 33 ml/min

Pragniemy zwrócić uwagę Zamawiającemu, że podane w SIWZ parametry kaniul dożylnych odpowiadają tylko jednemu producentowi w Polsce, tj. firmie B. Braun i jej kaniuli Vasofix Safety i nie mają swojego odpowiednika, co absolutnie uniemożliwia złożenie oferty konkurencyjnej.

Odpowiedź 33:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie/Wniosek 34:

Pakiet 5, poz. 8. Czy Zamawiający dopuści automatyczny jednorazowy lancet o głębokości nakłucia 1,5 mm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź 34:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie/Wniosek 35:

Pakiet 27, poz. 2. Zwracam się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji i utworzenie pakietu kaniulą dotętniczą. Pozwoli to na złożenie Zamawiającemu atrakcyjnej oferty cenowej przez większą liczę wykonawców.

Odpowiedź 35:

Zamawiający nie wydziela wskazanej w pytaniu pozycji w obawie, że wydzielenie mogłoby powodować niekorzystne skutki dla Zamawiającego w postaci np. zwiększenia oferowanych cen czy też niemożności rozstrzygnięcia postępowania z uwagi na fakt, że złożenie ofert na tak małe części zamówienia byłoby dla Wykonawców nieopłacalne. Ponadto dzielenie przedmiotu zamówienia na dodatkowe, ponad już istniejące 30 pakietów mogłoby powodować nadmierne trudności techniczne i koszty wykonania zamówienia.

Pytanie/Wniosek 36:

Pakiet 27, poz. 6 a, b. Zwracam się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji i utworzenie pakietu kaniulą dziecięcą, neonatologiczną. Pozwoli to na złożenie Zamawiającemu atrakcyjnej oferty cenowej przez większą liczę wykonawców.

Odpowiedź 36:

Zamawiający nie wydziela wskazanej w pytaniu pozycji w obawie, że wydzielenie mogłoby powodować niekorzystne skutki dla Zamawiającego w postaci np. zwiększenia oferowanych cen czy też niemożności rozstrzygnięcia postępowania z uwagi na fakt, że złożenie ofert na tak małe części zamówienia byłoby dla Wykonawców nieopłacalne. Ponadto dzielenie przedmiotu zamówienia na dodatkowe, ponad już istniejące 30 pakietów mogłoby powodować nadmierne trudności techniczne i koszty wykonania zamówienia.

Pytanie/Wniosek 37:

Pakiet 27, poz. 6 a, b. Czy Zamawiający, w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji, dopuści do postępowania kaniule wykonane z teflonu FEP? Zarówno bowiem FEP jak i PTFE to teflon. Pragniemy zwrócić uwagę Zamawiającemu, iż podane w SIWZ parametry kaniul (materiał z którego kaniule są wykonane) odpowiadają tylko jednemu producentowi w Polsce, tj. firmie Becton Dickinson i nie mają swojego odpowiednika o stricte takich samych parametrach. Prosimy zatem o dopuszczenie kaniul wykonanych z teflonu FEP, przy zachowaniu pozostałych parametrów SIW.

Odpowiedź 37:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie/Wniosek 38:

Dotyczy Pakiet nr 15, pozycja 6,7. Czy Zamawiający, z uwagi na sformułowaną w art. 29 ust. 2 i art. 7 ust. 1 ustawy zasadę zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, wyodrębni do osobnego pakietu pozycję nr 6 i 7?

Odpowiedź 38:

Zamawiający nie wydziela wskazanych w pytaniu pozycji w obawie, że wydzielenie mogłoby powodować niekorzystne skutki dla Zamawiającego w postaci np. zwiększenia oferowanych cen czy też niemożności rozstrzygnięcia postępowania z uwagi na fakt, że złożenie ofert na tak małe części zamówienia byłoby dla Wykonawców nieopłacalne. Ponadto dzielenie przedmiotu zamówienia na dodatkowe, ponad już istniejące 30 pakietów mogłoby powodować nadmierne trudności techniczne i koszty wykonania zamówienia.

Pytanie/Wniosek 39:

Pakiet nr 4. Czy Zamawiający, w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji, dopuści do postępowania (pod warunkiem doposażenia na czas umowy w kompatybilne kanistry i mocowniki), równoważny system do odsysania, producent brytyjski?

Oferowany system jest najnowocześniejszy na rynku ze względu na opatentowaną, antybakteryjną technologię produkcji wkładów i pojemników, zapewniającą, że drobnoustroje typu bakterie E-coli oraz gronkowca są unicestwiane i nie namnażają się w ciągu 24h (co jest potwierdzone badaniami laboratoryjnymi). System nasz charakteryzuje się tym, że kanistry nie posiadają przyłączy, wszystkie zlokalizowane w pokrywie wkładu: dwa króćce (pacjent, próżnia), o różnej średnicy, co zapobiega mylnemu podłączeniu drenów. Króćciec do pacjenta (min 7mm) jest gładki, rozszerzający się, kompatybilny

z drenami o różnej średnicy; nie jest obrotowy, ponieważ obrotowy jest cały wkład, w tym sensie, że można go umieścić w kanistrze w dowolnej pozycji i tym samym skierować króciec w stronę pacjenta. Wkład do odsysania ortopedycznego (króciec 12mm) dostępny opcjonalnie. Wymiana wkładów po odłączeniu ssania - jest czynnością nieskomplikowaną i przebiega sprawnie, ponieważ pokrywy wkładu nie trzeba dociskać do kanistra. Powyżej opisany system charakteryzuje się prostotą obsługi jak i bezpieczeństwem użytkowania.

W przypadku dopuszczenia naszego systemu jako równoważnego, prosimy Zamawiającego o podanie szacunkowych ilości pojemników (kanistrów), wymagających wymiany na kompatybilne.

Odpowiedź 39:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie/Wniosek 40:

Pakiet nr 4, poz. 8. Czy Zamawiający dopuści zestaw z drenem 200cm, z uniwersalnym łącznikiem z regulacją ssania (tzw. fingertip)?

Odpowiedź 40:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie/Wniosek 41:

Pakiet nr 4, poz. 1,2,3,4,9. Jednocześnie prosimy Zamawiającego o wydzielenie rzeczonych pozycji do osobnego pakietu, ze względu na brak związku funkcjonalnego pomiędzy tymi produktami, a pozostałymi w pakiecie. Utrzymanie dotychczasowych wymagań SIWZ skutkować będzie tym, że ważną ofertę, niepodlegającą odrzuceniu, złożyć będzie mógł tylko jeden dystrybutor.

Odpowiedź 41:

Zamawiający nie wydziela wskazanych w pytaniu pozycji w obawie, że wydzielenie mogłoby powodować niekorzystne skutki dla Zamawiającego w postaci np. zwiększenia oferowanych cen czy też niemożności rozstrzygnięcia postępowania z uwagi na fakt, że złożenie ofert na tak małe części zamówienia byłoby dla Wykonawców nieopłacalne. Ponadto dzielenie przedmiotu zamówienia na dodatkowe, ponad już istniejące 30 pakietów mogłoby powodować nadmierne trudności techniczne i koszty wykonania zamówienia.

Pytanie/Wniosek 42:

Pakiet nr 12, poz. 2. Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy nie zaszła oczywista omyłka pisarska w opisie przedmiotu zamówienia i dopuszczenie szczoteczek niejałowych, z uwagi na fakt, że szczoteczki zawierające gąbkę nasączoną substancją myjąco-antybakteryjną nie są poddawane procesowi sterylizacji, czyli nie są jałowe.

Odpowiedź 42:

Zamawiający dopuszcza szczoteczki niejałowe.

Pytanie/Wniosek 43:

PAKIET NR 10, Pozycja 9. Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania jednorazowych fartuchów chirurgicznych spełniających wymogi SIWZ pakowanych z ręcznikami w rozmiarze min. 30 x 30 cm ?

Odpowiedź 43:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie/Wniosek 44:

PAKIET NR 30, Pozycja 1. Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu uniwersalnego spełniającego wymogi SIWZ posiadającego w swoim składzie:

- serwetę na stolik narzędziowy w rozmiarze 140 x 190 cm z obszarem wzmocnionym 75 x 190 cm;
- serwetę dwuwarstwową samoprzylepną w rozmiarze 175 x 200 cm zamiast 175 x 170 cm;
- 1 taśmę samoprzylepną w rozmiarze 10 x 50 cm ?

Odpowiedź 44:

Zamawiający dopuszcza wskazane w pytaniu produkty pod warunkiem zaoferowania również pozostałych wymaganych SIWZ produktów tj. serwet na stolik Mayo, ręczników celulozowych, serwety 240x150 i serwet 90x75 w ilości i rozmiarach wskazanych w SIWZ i zachowujących pozostałe opisane tam wymagania.

Pytanie/Wniosek 45:

PAKIET NR 30, Pozycja 2. Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu uniwersalnego ze wzmocnieniami spełniającego wymogi SIWZ posiadającego w swoim składzie:

- serwetę dwuwarstwową samoprzylepną w rozmiarze 175 x 200 cm zamiast 175 x 170 cm;
- 4 ręczniki celulozowe w rozmiarze 30 x 33 cm zamiast 33 x 33 cm ?

Odpowiedź 45:

Zamawiający dopuszcza wskazane w pytaniu produkty pod warunkiem zaferowania również pozostałych wymaganych SIWZ produktów tj. serwet na stolik narzędziowy, serwet na stolik Mayo, taśm przylepnych i pozostałych serwet w ilości i rozmiarach wskazanych w SIWZ i zachowujących pozostałe opisane tam wymagania.

Pytanie/Wniosek 46:

Dotyczy załącznika nr 1; pak. nr 22, poz 10. Czy Zamawiający nie popełnił omyłki pisarskiej specyfikując 3 szt. igieł , a powinno być 300 szt. lub 3 opakowania. Prosimy o wyjaśnienie.

Odpowiedź 46:

Zamawiający wymaga zaferowania 3 op. x 100 szt. czyli 300 sztuk.

Pytanie/Wniosek 47:

Dotyczy załącznika nr 1; pak. nr 22, poz 7- 10. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu 22 pozycji 7-10 i utworzenie oddzielnego pakietu dla wyszczególnionych wyżej pozycji?

Odpowiedź 47:

Zamawiający nie wydziela wskazanych w pytaniu pozycji w obawie, że wydzielenie mogłoby powodować niekorzystne skutki dla Zamawiającego w postaci np. zwiększenia oferowanych cen czy też niemożności rozstrzygnięcia postępowania z uwagi na fakt, że złożenie ofert na tak małe części zamówienia byłoby dla Wykonawców nieopłacalne. Ponadto dzielenie przedmiotu zamówienia na dodatkowe, ponad już istniejące 30 pakietów mogłoby powodować nadmierne trudności techniczne i koszty wykonania zamówienia.

Pytanie/Wniosek 48:

Pakiet nr 30, poz. 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie zestawu uniwersalnego wykonanego z 2-warstwowej tkaniny o gramaturze 56g/m2 i absorpcji 570% . Skład zestawu:

Element składowy	Szt.	Surowiec	Rozmiar dłxszxw.(cm)
serweta z przylepcem	1	włóknina foliowana polipropylenowo-polietylenowa o gramaturze 56g/m2 i absorpcji 570% (na całej powierzchni)	240x150
serweta z przylepcem	1	włóknina foliowana polipropylenowo-polietylenowa o gramaturze 56g/m2 i absorpcji 570% (na całej powierzchni)	180x170
serweta z przylepcem - przylepiec na szerszym boku	2	włóknina foliowana polipropylenowo-polietylenowa o gramaturze 56g/m2 i absorpcji 570% (na całej powierzchni)	90x75
taśma medyczna	1	włóknina spunlace	50x9
serweta na stół instrum.	1	laminat włókninowo-foliowy o gramaturze na całej powierzchni serwety 84g/m2 +/- 10%	190x150
serweta na stolik Mayo składana teleskopowo	1	laminat włókninowo-foliowy (folia piaskowana) o gramaturze na całej powierzchni serwety 74g/m2	145x80
serwetki do rąk	2	włóknina kompresowa	40x20

Odpowiedź 48:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie/Wniosek 49:

Pakiet nr 30, poz. 2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie zestawu uniwersalnego do długich zabiegów wykonanego z 3-warstwowego materiału o chłonności 824% na całej powierzchni, gramatura 73g/m2 na całej powierzchni. W skład zestawu wchodzi:

Element składowy	Szt.	Surowiec	Rozmiar dłxszxw.(cm)
serweta z przylepcem	1	włóknina foliowana wiskozowo-polietylenowo-polipropylenowa o gramaturze 73g/m2 i chłonności 824% (na całej powierzchni)	240x150
serweta z przylepcem	1	włóknina foliowana wiskozowo-polietylenowo-polipropylenowa o gramaturze 73g/m2 i chłonności 824% (na całej powierzchni)	180x170

serweta z przyklepcem - przyklepic na szerszym boku	2	włóknina foliowana wiskozowo-polietylenowo-polipropylenowa o gramaturze 73g/m2 i chłonności 824% (na całej powierzchni)	90x75
taśma medyczna	1	włóknina spunlace	50x9
serweta na stół instrum.	1	laminat włókninowo-foliowy o gramaturze 84g/m2 +/- 10% i absorpcji 400% na całej powierzchni serwety	190x150
serweta na stolik Mayo składana teleskopowo	1	laminat włókninowo-foliowy (folia piaskowana) o gramaturze na całej powierzchni serwety 74g/m2	145x80
serwetki do rąk	4	włóknina kompresowa	40x20

Odpowiedź 49:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie/Wniosek 50:

Czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?

Odpowiedź 50:

Tak.

Pytanie/Wniosek 51:

Czy w razie braku możliwości lub istotnych trudności w dostarczeniu wyrobów zaoferowanych w ofercie wykonawca będzie mógł dostarczać zamienniki o nie gorszych parametrach i w takiej samej cenie?

Odpowiedź 51:

Zamawiający opisał tę kwestię w projekcie umowy w art. 2 ust. 7.

Pytanie/Wniosek 52:

Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%.

Odpowiedź 52:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie/Wniosek 53:

Czy Zamawiający zgodzi się zapisać możliwość zmiany cen brutto wynikającej ze zmiany obowiązującej stawki VAT, przy zachowaniu dotychczasowych cen netto?

Odpowiedź 53:

Zamawiający opisał tę kwestię w projekcie umowy w art. 11 ust. 4.

Pytanie/Wniosek 54:

W związku ze zróżnicowaniem średnicy kateterów w trokarem wynoszącym 4F, uprzejmie prosimy Zamawiającego o dopuszczenia kateterów o średnicach 16F / 24F / 28F / 32 F bez średnicy 26F i 30 F.

Odpowiedź 54:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie/Wniosek 55:

Dotyczy Pakiet nr 7 poz.2. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie rękawic diagnostycznych z winylu, bezpudrowych o poziomie AQL 1,0 czyli wyższej jakości, spełniających pozostałe wymogi?

Odpowiedź 55:

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie wskazanych w pytaniu rękawic.

Pytanie/Wniosek 56:

Pakiet 8, pozycja 6 - Czy Zamawiający oczekuje maski ochronnej o skuteczności filtracji bakteryjnej na poziomie co najmniej 99,99%?

Odpowiedź 56:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie/Wniosek 57:

Pakiet 8, pozycja 24 - Czy Zamawiający dopuści pojemnik na mocz o pojemności 100ml?

Odpowiedź 57:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie/Wniosek 58:

Pakiet 9, pozycja 6 - Czy Zamawiający oczekuje maski chirurgicznej o efektywności filtracji bakteryjnej na poziomie co najmniej 99 %?

Odpowiedź 58:

Pytanie nie dotyczy poz. 6 w pakiecie 9.

Pytanie/Wniosek 59:

Pakiet 9, pozycja 6 - Czy Zamawiający oczekuje masek klasy IIR, zgodne z normą EN14683, która gwarantuje skuteczną ochronę dla personelu i określa standardy dla masek chirurgicznych oceniając m.in. skuteczność filtracji bakteryjnej (BFE) (%)?

Odpowiedź 59:

Pytanie nie dotyczy poz. 6 w pakiecie 9.

Pytanie/Wniosek 60:

Pakiet 9, pozycja 10 - Czy Zamawiający dopuści poszwę o wymiarach 160x210 cm?

Odpowiedź 60:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie/Wniosek 61:

Pakiet 9, pozycja 13 - Czy Zamawiający dopuści dwukomorowe kieszenie na narzędzia o wymiarach: lewa komora 30x15cm, prawa komora 25x30 cm?

Odpowiedź 61:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie/Wniosek 62:

Pakiet 9, pozycja 14 - Czy Zamawiający dopuści pokrowiec na aparaturę o średnicy 85 cm?

Odpowiedź 62:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie/Wniosek 63:

Pakiet 9, pozycja 15 - Czy Zamawiający dopuści ściereczki do osuszania rąk wykonane z włókniny w rozmiarze 40x40 cm?

Odpowiedź 63:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie/Wniosek 64:

Pakiet 9, pozycja 16 - Czy Zamawiający oczekuje maski chirurgicznej o efektywności filtracji bakteryjnej na poziomie co najmniej 99 %?

Odpowiedź 64:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ, nie uwzględniając danych wskazanych w pytaniu.

Pytanie/Wniosek 65:

Pakiet 9, pozycja 16 - Czy Zamawiający oczekuje masek klasy IIR, zgodne z normą EN14683, która gwarantuje skuteczną ochronę dla personelu i określa standardy dla masek chirurgicznych oceniając m.in. skuteczność filtracji bakteryjnej (BFE) (%)?

Odpowiedź 65:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ, nie uwzględniając danych wskazanych w pytaniu.

Pytanie/Wniosek 66:

Pakiet 27, pozycja 7 - Czy Zamawiający z uwagi niejednorodny charakter produktów zawartych w Pakiecie 27, wydzieli pozycję nr 7 i utworzy z niej oddzielny pakiet, umożliwiając w ten sposób przystąpienie do przetargu bezpośrednim dystrybutorom i producentom co może znacząco wpłynąć na obniżenie ceny tego produktu?

Odpowiedź 66:

Zamawiający nie wydzieli wskazanej w pytaniu pozycji w obawie, że wydzielenie mogłoby powodować niekorzystne skutki dla Zamawiającego w postaci np. zwiększenia oferowanych cen czy też niemożności rozstrzygnięcia postępowania z uwagi na fakt, że złożenie ofert na tak małe części zamówienia byłoby dla

Wykonawców nieopłacalne. Ponadto dzielenie przedmiotu zamówienia na dodatkowe, ponad już istniejące 30 pakietów mogłoby powodować nadmierne trudności techniczne i koszty wykonania zamówienia.

Pytanie/Wniosek 67:

Pakiet 27, pozycja 7 - Czy Zamawiający dopuści gąbki do toalety jamy ustnej pokryte substancją odświeżającą - nawilżającą na bazie mięty, w zamian dwuwęglanu sodu?

Odpowiedź 67:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie/Wniosek 68:

Pakiet nr 25 : Cewniki sterylne do odsysania w systemie zamkniętym. Pozycja nr 1 - prosimy o dopuszczenie zamkniętego systemu do odsysania z rurki tracheostomijnej w rozmiarze CH16 i długości 34cm.

Odpowiedź 68:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie/Wniosek 69:

Pakiet nr 7 poz.1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie rękawic z poziomem AQL 1,5, pozostałe parametry zgodne?

Odpowiedź 69:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie/Wniosek 70:

Pakiet nr 7 poz.2

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie rękawic z winylu bezpydrowe o grubości na mankiecie 0,06mm, pozostałe parametry zgodne?

Odpowiedź 70:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie/Wniosek 71:

Pakiet nr 7 poz.3

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie rękawic pakowanych podwójnie tj.: koperta zewnętrzna papier/papier - wewnątrz jednostronnie foliowane, koperta wewnętrzna papierowa, pozostałe parametry zgodne?

Odpowiedź 71:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie/Wniosek 72:

Pakiet nr 7 poz.4

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie rękawicy o długości 285mm, grubości w części dłoniowej 0,20-0,21mm pakowanych podwójnie tj.: koperta zewnętrzna papier/papier - wewnątrz jednostronnie foliowane, koperta wewnętrzna papierowa, pozostałe parametry zgodne?

Odpowiedź 72:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie/Wniosek 73:

Pakiet nr 7 poz.5

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie rozmiaru rękawicy oznaczonej podwójnie literowo-cyfrowo tj. L (8,5), pozostałe parametry zgodne?

Odpowiedź 73:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie/Wniosek 74:

Pakiet nr 7 poz.6

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie rękawic foliowych dostępnych w rozmiarze M i L?

Odpowiedź 74:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie/Wniosek 75:

Pakiet nr 7 poz.7

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie rękawic chirurgicznych, dedykowanych do zakładania podwójnego, pakowane dwie pary w kopertę, 1xpara rękawic wewnętrznych i 1xpara rękawic zewnętrznych, jałowe, lateksowe bezpudrowe, kształt anatomiczny, rękawica zewnętrzna - kolor kremowy, rękawica wewnętrzna – intensywny kolor ciemnozielony, mankiet rolowany, dostępne w rozmiarach 6.0 – 9.0, sterylizowane tlenkiem etylenu (ETO). Rękawica zewnętrzna - powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana, obustronnie polimeryzowana. Rękawica wewnętrzna – powierzchnia zewnętrzna gładka, powierzchnia wewnętrzna polimeryzowana, długość obu rękawic min.280 mm poziom protein lateksu dla każdej z rękawic poniżej 30 µg/g, AQL 1.0. Oznakowane datą sterylizacji, oznakowane datą ważności i numerem serii, opakowanie: koperta zewnętrzna papier/papier - wewnętrznie jednostronnie foliowane, koperta wewnętrzna papierowa.

Odpowiedź 75:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie/Wniosek 76:

dotyczy wzoru umowy

Prosimy o zmianę § 11 ust. 4 pkt 1 lit. a istotnych postanowień umowy poprzez nadanie mu następującej treści: „nastąpiła zmiana stawki podatku VAT na wyroby będące przedmiotem zamówienia, cena ulegnie zmianie z dniem wejścia w życie aktu prawnego określającego zmianę stawki VAT, z zastrzeżeniem, że zmianie ulegnie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian. Zmiana umowy w tym przypadku nastąpi automatycznie i nie wymaga formy aneksu.”

Odpowiedź 76:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.

Pytanie/Wniosek 77:

Pakiet 1, poz. 1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki do tuberkuliny z nakładaną igłą 0,45 x 10 mm lub 0,5 x 16mm.

Odpowiedź 77:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie/Wniosek 78:

Pakiet 1, poz. 2-5

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek z białym tłokiem, bez rozszerzonej skali pomiarowej. Pragniemy podkreślić, iż nie ma żadnych przesłanek klinicznych uzasadniających zastosowanie w strzykawkach powyższych rozwiązań. Norma PN-EN ISO 7886-1 dotycząca strzykawek zezwala, ale nie wymaga stosowania rozszerzonej skali na strzykawkach.

2. Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu, by na opakowaniu jednostkowym znajdowała się informacja o braku zawartości DEHP. Na opakowaniach oferowanych produktów nie ma oznaczenia graficznego (piktogramu) informującego o braku zawartości PCV, lateksu oraz DEHP. Informujemy, że wynika to ze zmiany sposobu oznakowania wyrobów medycznych wprowadzonego w oparciu o międzynarodową normę EN ISO 980:2008 Symbols for use In the labelling of medical devices - polska norma to norma PN-EN ISO 980:2008 Symbole graficzne do stosowania w oznakowaniu wyrobów medycznych. W świetle tej zmiany producent nie ma już obowiązku oznaczania braku zawartości tych substancji, zobowiązany jest natomiast do oznaczenia ich zawartości, co w przypadku oferowanych produktów nie ma zastosowania.

3. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek, których opakowanie zbiorcze oznaczone jest barwnym kodem rozmiaru, a zarazem odstąpienie od wymogu takiego oznaczania na opakowaniu jednostkowym

Odpowiedź 78:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie/Wniosek 79:

Pakiet 1, poz. 5. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek pakowanych po 80 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości w formularzu cenowym

Odpowiedź 79:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie/Wniosek 80:

Pakiet 1, Poz. 1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek pakowanych po 120 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości w formularzu cenowym

Odpowiedź 80:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie/Wniosek 81:

Pakiet 1, poz. 6, 8. Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy strzykawki powinny być wymienione w menu pomp infuzyjnych stosowanych przez Zamawiającego w celu zachowania kompatybilności strzykawek?

Odpowiedź 81:

Nie powinny.

Pytanie/Wniosek 82:

Pakiet 15, poz. 6, 7. Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy cewniki pooperacyjne mają być pakowane w wewnętrzny worek foliowy oraz zewnętrzne opakowanie folia-papier, co zapewnia ich aseptyczne użytkowanie w warunkach bloku operacyjnego?

Odpowiedź 82:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie/Wniosek 83:

Pakiet 15, Poz. 6. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewników Doufoura z balonem 50ml. Pozostałe parametry jak w SIWZ.

Odpowiedź 83:

Zmawiający dopuszcza.

Pytanie/Wniosek 84:

Pakiet 15, Poz. 1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewników Foley z balonami:

Ch 6-10 , balon o pojemności 3 ml

Ch 12-30 balon o pojemności 5-15 ml

Ch 12-30 balon o pojemności 30 ml

Jak dotychczas stosowane przez Zamawiającego.

Odpowiedź 84:

W opisie SIWZ są wyszczególnione dokładne rozmiary balonów, Zamawiający oczekuje spełnienia wymagań SIWZ.

Pytanie/Wniosek 85:

Pakiet 15, Poz. 1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewników Foley z balonami:

Ch 6-10 , balon o pojemności 3 ml

Ch 12-30 balon o pojemności 5-10 ml

Ch 12-30 balon o pojemności 30 ml

Odpowiedź 85:

W opisie SIWZ są wyszczególnione dokładne rozmiary balonów, Zamawiający oczekuje spełnienia wymagań SIWZ.

Pytanie/Wniosek 86:

Pakiet 15, Poz. 5. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewników Foley z balonem 30-50ml, jak obecnie stosowane przez Zamawiającego.

Odpowiedź 86:

Zmawiający dopuszcza.

Pytanie/Wniosek 87:

Pakiet 15, Poz. 6

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewników Dufour z balonem 50ml lub 80ml, jak obecnie stosowane przez Zamawiającego.

2. Prosimy o wyjaśnienie czy nie zaszła oczywista omyłka i Zamawiający oczekuje w tej pozycji: Cewnik Dufoura 2-drożny balon 75ml (sterylny) wykonany z termoplastycznego, przezroczystego PCV, mięknącego pod wpływem temperatury ciała pacjenta .Pakowany w wewnętrzny worek foliowy oraz zewnętrzne opakowanie folia – papier?

Odpowiedź 87:

1. Zamawiający dopuszcza.
2. Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ, informuje, że nie zaszła omyłka.

Pytanie/Wniosek 88:

Pakiet 16, Poz. 3. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewników o długości 1000, pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź 88:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie/Wniosek 89:

Pakiet 16, Poz. 8

1. Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający oczekuje wypukłego oznaczenia rozmiaru na konektorze?
2. Czy Zamawiający oczekuje aby cewniki miały wewnętrzną część lejka karbowaną?
3. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie barwnego nieprzeźroczystego konektora.

Odpowiedź 89:

1. Opis zgodny z SIWZ
2. Opis zgodny z SIWZ
3. Dopuszczamy.

Pytanie/Wniosek 90:

Pakiet 16, Poz. 10. Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy otwory mają mieć zaoblone krawędzie a ich średnica ma nie przekraczać 5mm?

Odpowiedź 90:

Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Lecznictwa
Szpital Powiatowy w Kętrzynie
lek.med Grzegorz Drzazga

.....
(podpis Zamawiającego)