

**Wykonawcy
biorący udział w postępowaniu
nr CUW.PK.343.3.2016**

Nasz znak: CUW.PK..343.3.2016

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr CUW.PK.343.3.2016 w trybie przetargu nieograniczonego na: „Zakup wyposażenia do Oddziału Chorób Wewnętrznych i Oddziału Chirurgii Szpitala Powiatowego w Kętrzynie”

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych, działając w imieniu Zamawiającego w oparciu o pełnomocnictwo z dnia 18.02.2016r. udzielone w trybie art. 15 ust. 2 i 3 ustawy Pzp, Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego reprezentowane przez Dyrektora udziela wyjaśnień do SIWZ:

WYJAŚNIENIA DO SIWZ - NR 2

Pytanie/Wniosek nr 1

Łóżko hydrauliczne: Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania łóżka o długości całkowitej 2160 mm?

Odpowiedź nr 1

Odpowiedź zawarto w wyjaśnieniach nr 1 do SIWZ, poz. 52.

Pytanie/Wniosek nr 2

Łóżko hydrauliczne: Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania łóżka o szerokości całkowitej 970 mm zarówno przy opuszczonych jak i podniesionych barierkach bocznych? Barierki nie wpływają na całkowitą szerokość łóżka.

Odpowiedź nr 2

Zamawiający wskazuje, że produkt ma być zgodny z zapisem SIWZ.

Pytanie/Wniosek nr 3

Łóżko hydrauliczne: Czy Zamawiający dopuści łóżko o wymiarach leża: 860 x 1950 mm?

Odpowiedź nr 3

Zamawiający wskazuje, że produkt ma być zgodny z zapisem SIWZ.

Pytanie/Wniosek nr 4

Łóżko hydrauliczne: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko posiadające ramę leża w jednym kolorze - jasno szarym, bez możliwości wyboru dodatkowych kolorów?

Odpowiedź nr 4

Zamawiający wskazuje, że produkt ma być zgodny z zapisem SIWZ.

Pytanie/Wniosek nr 5

Łóżko hydrauliczne: Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu posiadania przez łóżko szczytu wyposażonego w tabliczkę imienną montowaną do rury lub do szczytu wypełnienia ze względu na Ustawę o ochronie danych osobowych.

Odpowiedź nr 5

Zamawiający wskazuje, że produkt ma być zgodny z zapisem SIWZ.

Pytanie/Wniosek nr 6

Łóżko hydrauliczne: Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania łóżka z regulacją kąta leża bezstopniowo, za pomocą sprężyny gazowej o regulacji: - segment oparcia pleców w zakresie $0 - 72^{\circ}$; - segment oparcia uda w zakresie $0 - 25^{\circ}$?

Odpowiedź nr 6

Zamawiający wskazuje, że produkt ma być zgodny z zapisem SIWZ.

Pytanie/Wniosek nr 7

Łóżko hydrauliczne: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka z hydrauliczną regulacją wysokości w zakresie 420 – 800 mm?

Odpowiedź nr 7

Zamawiający wskazuje, że produkt ma być zgodny z zapisem SIWZ.

Pytanie/Wniosek nr 8

Łóżko hydrauliczne: Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania łóżka z podstawą jezdnią wyposażoną w blokadę centralną, co jest parametrem lepszym i pozwala na łatwiejsze manewrowanie łóżkiem przez jedną osobę?

Odpowiedź nr 8

Zamawiający wskazuje, że produkt ma być zgodny z zapisem SIWZ.

Pytanie/Wniosek nr 9

Łóżko szpitalne dwusegmentowe z ręcznie regulowanym wezgiłowiem, z barierkami ochronnymi bocznymi...: Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania łóżka o długości całkowitej 2160 mm?

Odpowiedź nr 9

Zamawiający wskazuje, że produkt ma być zgodny z zapisem SIWZ.

Pytanie/Wniosek nr 10

Łóżko szpitalne dwusegmentowe z ręcznie regulowanym wezgiłowiem, z barierkami ochronnymi bocznymi...: Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania łóżka o szerokości całkowitej 970 mm zarówno przy opuszczonych jak i podniesionych barierkach bocznych? Barierki nie wpływają na całkowitą szerokość łóżka.

Odpowiedź nr 10

Zamawiający wskazuje, że produkt ma być zgodny z zapisem SIWZ.

Pytanie/Wniosek nr 11

Łóżko szpitalne dwusegmentowe z ręcznie regulowanym wezgiłowiem, z barierkami ochronnymi bocznymi...: Czy Zamawiający dopuści łóżko o wymiarach leża: 860 x 1950 mm?

Odpowiedź nr 11

Zamawiający wskazuje, że produkt ma być zgodny z zapisem SIWZ.

Pytanie/Wniosek nr 12

Łóżko szpitalne dwusegmentowe z ręcznie regulowanym wezgiłowiem, z barierkami ochronnymi bocznymi...: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka posiadające ramę leża w jednym kolorze - jasno szarym, bez możliwości wyboru dodatkowych kolorów?

Odpowiedź nr 12

Zamawiający wskazuje, że produkt ma być zgodny z zapisem SIWZ.

Pytanie/Wniosek nr 13

Łóżko szpitalne dwusegmentowe z ręcznie regulowanym wezgiłowiem, z barierkami ochronnymi bocznymi...: Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu posiadania przez łóżko szczytu wyposażonego w tabliczkę imienną montowaną do rury lub do szczytu wypełnienia ze względu na Ustawę o ochronie danych osobowych?

Odpowiedź nr 13

Zamawiający wskazuje, że produkt ma być zgodny z zapisem SIWZ.

Pytanie/Wniosek nr 14

Łóżko szpitalne dwusegmentowe z ręcznie regulowanym wezgiłowiem, z barierkami ochronnymi bocznymi...: Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania łóżka z podstawą jezdnią wyposażoną w blokadę centralną, co jest parametrem lepszym i pozwala na łatwiejsze manewrowanie łóżkiem przez jedną osobę?

Odpowiedź nr 14

Zamawiający wskazuje, że produkt ma być zgodny z zapisem SIWZ.

Pytanie/Wniosek nr 15

Łóżko szpitalne dwusegmentowe z ręcznie regulowanym wezgiłowiem bez barierek ochronnych bocznych: Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania łóżka o długości całkowitej 2160 mm?

Odpowiedź nr 15

Zamawiający wskazuje, że produkt ma być zgodny z zapisem SIWZ.

Pytanie/Wniosek nr 16

Łóżko szpitalne dwusegmentowe z ręcznie regulowanym wezgiłowiem bez barierek ochronnych bocznych: Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania łóżka o szerokości całkowitej 970 mm zarówno przy opuszczonych jak i podniesionych barierkach bocznych?

Odpowiedź nr 16

Zamawiający wskazuje, że produkt ma być zgodny z zapisem SIWZ.

Pytanie/Wniosek nr 17

Łóżko szpitalne dwusegmentowe z ręcznie regulowanym wezgiłowiem bez barierek ochronnych bocznych: Czy Zamawiający dopuści łóżko o wymiarach leża: 860 x 1950 mm?

Odpowiedź nr 17

Zamawiający wskazuje, że produkt ma być zgodny z zapisem SIWZ.

Pytanie/Wniosek nr 18

Łóżko szpitalne dwusegmentowe z ręcznie regulowanym wezgiłowiem bez barierek ochronnych bocznych: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka posiadające ramę leża w jednym kolorze - jasno szarym, bez możliwości wyboru dodatkowych kolorów?

Odpowiedź nr 18

Zamawiający wskazuje, że produkt ma być zgodny z zapisem SIWZ.

Pytanie/Wniosek nr 19

Łóżko szpitalne dwusegmentowe z ręcznie regulowanym wezłowiem bez barierek ochronnych bocznych: Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu posiadania przez łóżko szczytu wyposażonego w tabliczkę imienną montowaną do rury lub do szczytu wypełnienia ze względu na Ustawę o ochronie danych osobowych?

Odpowiedź nr 19

Zamawiający wskazuje, że produkt ma być zgodny z zapisem SIWZ.

Pytanie/Wniosek nr 20

Łóżko szpitalne dwusegmentowe z ręcznie regulowanym wezłowiem bez barierek ochronnych bocznych: Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania łóżka z podstawą jezdną wyposażoną w blokadę centralną, co jest parametrem lepszym i pozwala na łatwiejsze manewrowanie łóżkiem przez jedną osobę?

Odpowiedź nr 20

Zamawiający wskazuje, że produkt ma być zgodny z zapisem SIWZ.

Pytanie/Wniosek nr 21

Łóżko elektryczne z barierkami ochronnymi bocznymi na $\frac{3}{4}$ długości leża: Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania łóżka o długości 2180 mm – z możliwością przedłużenia leża o kolejne 175 mm?

Odpowiedź nr 21

Zamawiający wskazuje, że produkt ma być zgodny z zapisem SIWZ.

Pytanie/Wniosek nr 22

Łóżko elektryczne z barierkami ochronnymi bocznymi na $\frac{3}{4}$ długości leża: Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania łóżka o szerokości całkowitej wraz z zamontowanymi barierkami 970 mm i wymiarze leża 1960 x 870 mm?

Odpowiedź nr 22

Zamawiający wskazuje, że produkt ma być zgodny z zapisem SIWZ.

Pytanie/Wniosek nr 23

Łóżko elektryczne z barierkami ochronnymi bocznymi na $\frac{3}{4}$ długości leża: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka o konstrukcji podstawy opartej na pantografie podpierającej leże w 4 punktach? Dzięki temu łóżko jest stabilne. Konstrukcja łóżka nie wymaga pantografu w 8 punktach.

Odpowiedź nr 23

Zamawiający wskazuje, że produkt ma być zgodny z zapisem SIWZ.

Pytanie/Wniosek nr 24

Łóżko elektryczne z barierkami ochronnymi bocznymi na $\frac{3}{4}$ długości leża: Czy Zamawiający dopuści łóżko z wolną przestrzenią pomiędzy podłożem, a całym podwoziem wynoszącą 150 mm, co umożliwi łatwy przejazd przez progi oraz wjazd do dźwigów osobowych?

Odpowiedź nr 24

Zamawiający wskazuje, że produkt ma być zgodny z zapisem SIWZ.

Pytanie/Wniosek nr 25

Łóżko elektryczne z barierkami ochronnymi bocznymi na $\frac{3}{4}$ długości leża: Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania łóżka przebadanego pod kątem bezpieczeństwa elektrycznego wg normy EN 60601-2-52 – medyczne urządzenia elektryczne?

Odpowiedź nr 25

Zamawiający dopuszcza proponowaną modyfikację pod warunkiem zachowania pozostałych parametrów SIWZ (z uwzględnieniem innych zaakceptowanych przez Zamawiającego propozycji Wykonawców).

Pytanie/Wniosek nr 26

Łóżko elektryczne z barierkami ochronnymi bocznymi na $\frac{3}{4}$ długości leża: Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania łóżka z elektryczną regulacją: - segment oparcia pleców w zakresie 0 - 67°; - segment uda w zakresie 0 - 30°; - kąt przechyłu Trendlenburga w zakresie 0 - 14°; - kąt przechyłu anty-Trendlenburga 0 - 13°?

Odpowiedź nr 26

Zamawiający wskazuje, że produkt ma być zgodny z zapisem SIWZ.

Pytanie/Wniosek nr 27

Łóżko elektryczne z barierkami ochronnymi bocznymi na $\frac{3}{4}$ długości leża: Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania łóżka z elektryczną regulacją wysokości w zakresie: 445 – 850 mm?

Odpowiedź nr 27

Zamawiający wskazuje, że produkt ma być zgodny z zapisem SIWZ.

Pytanie/Wniosek nr 28

Łóżko elektryczne z barierkami ochronnymi bocznymi na $\frac{3}{4}$ długości leża: Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania łóżka sterowanego przewodowym pilotem bez możliwości blokady funkcji? Oferowane przez nas łóżko posiada blokadę funkcji tylko w panelu sterującym w półce na pościel, z możliwością zawieszenia na szczytce, co pozwala personelowi medycznemu na decydowanie, które funkcje mają być zablokowane.

Odpowiedź nr 28

Zamawiający wskazuje, że produkt ma być zgodny z zapisem SIWZ.

Pytanie/Wniosek nr 29

Łóżko elektryczne z barierkami ochronnymi bocznymi na ¼ długości leża: Czy Zamawiający dopuści łóżko z pilotem bez optycznego wskaźnika podłączenia do sieci, ale posiadające symbol dźwiękowy podłączenia do sieci gdy jest wtyczka jest włączona a hamulec zwolniony?

Odpowiedź nr 29

Zamawiający dopuszcza proponowaną modyfikację pod warunkiem zachowania pozostałych parametrów SIWZ (z uwzględnieniem innych zaakceptowanych przez Zamawiającego propozycji Wykonawców).

Pytanie/Wniosek nr 30

Łóżko elektryczne z barierkami ochronnymi bocznymi na ¼ długości leża: Czy Zamawiający odstąpi od wymogu posiadania przez łóżko tabliczki imiennej ze względu na Ustawę o ochronie danych osobowych?

Odpowiedź nr 30

Zamawiający wskazuje, że produkt ma być zgodny z zapisem SIWZ.

Pytanie/Wniosek nr 31

Łóżko elektryczne z barierkami ochronnymi bocznymi na ¼ długości leża: Czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania łóżka posiadającego szczyty wykonane z polietylenu z kolorem wypełnień do wyboru?

Odpowiedź nr 31

Zamawiający wskazuje, że produkt ma być zgodny z zapisem SIWZ.

Pytanie/Wniosek nr 32

Łóżko elektryczne z barierkami ochronnymi bocznymi na ¼ długości leża: Czy Zamawiający dopuści do zaferowania łóżka z kolorem ramy jasno szarym bez możliwości wyboru dodatkowego koloru?

Odpowiedź nr 32

Zamawiający wskazuje, że produkt ma być zgodny z zapisem SIWZ.

Pytanie/Wniosek nr 33

Łóżko elektryczne z barierkami ochronnymi bocznymi na ¼ długości leża: Czy Zamawiający dopuści łóżko posiadające szczyty, z ramą wykonaną ze stali chromowanej?

Odpowiedź nr 33

Zamawiający wskazuje, że produkt ma być zgodny z zapisem SIWZ.

Pytanie/Wniosek nr 34

Łóżko elektryczne z barierkami ochronnymi bocznymi na ¼ długości leża: Czy Zamawiający odstąpi od wymogu, aby górna część szczytu wyposażona była w metalowy uchwyt ułatwiający transport, stanowiący co najmniej 70% długości szczytu?

Odpowiedź nr 34

Zamawiający wskazuje, że produkt ma być zgodny z zapisem SIWZ.

Pytanie/Wniosek nr 35

Łóżko elektryczne z barierkami ochronnymi bocznymi na całej długości leża: Czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania łóżka o długości 2180 mm – z możliwością przedłużenia leża o kolejne 175 mm?

Odpowiedź nr 35

Zamawiający wskazuje, że produkt ma być zgodny z zapisem SIWZ.

Pytanie/Wniosek nr 36

Łóżko elektryczne z barierkami ochronnymi bocznymi na całej długości leża: Czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania łóżka o szerokości całkowitej wraz z zamontowanymi barierkami 970 mm i wymiarze leża 1960 x 870 mm?

Odpowiedź nr 36

Zamawiający wskazuje, że produkt ma być zgodny z zapisem SIWZ.

Pytanie/Wniosek nr 37

Łóżko elektryczne z barierkami ochronnymi bocznymi na całej długości leża: Czy Zamawiający dopuści do zaferowania łóżka o konstrukcji podstawy opartej na pantografie podpierającej leże w 4 punktach? Dzięki temu łóżko jest stabilne. Konstrukcja łóżka nie wymaga pantografu w 8 punktach.

Odpowiedź nr 37

Zamawiający wskazuje, że produkt ma być zgodny z zapisem SIWZ.

Pytanie/Wniosek nr 38

Łóżko elektryczne z barierkami ochronnymi bocznymi na całej długości leża: Czy Zamawiający dopuści łóżko z wolną przestrzenią pomiędzy podłożem, a całym podwoziem wynoszącą 150 mm, co umożliwi łatwy przejazd przez progi oraz wjazd do dźwigów osobowych?

Odpowiedź nr 38

Zamawiający wskazuje, że produkt ma być zgodny z zapisem SIWZ.

Pytanie/Wniosek nr 39

Łóżko elektryczne z barierkami ochronnymi bocznymi na całej długości leża: Czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania łóżka przebadanego pod kątem bezpieczeństwa elektrycznego wg normy EN 60601-2-52 – medyczne

urządzenia elektryczne?

Odpowiedź nr 39

Zamawiający dopuszcza proponowaną modyfikację pod warunkiem zachowania pozostałych parametrów SIWZ (z uwzględnieniem innych zaakceptowanych przez Zamawiającego propozycji Wykonawców).

Pytanie/Wniosek nr 40

Łóżko elektryczne z barierkami ochronnymi bocznymi na całej długości leża: Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania łóżka z elektryczną regulacją: - segment oparcia pleców w zakresie 0 - 67°; - segment uda w zakresie 0 - 30°; - kąt przechyłu Trendlenburga w zakresie 0 - 14°; - kąt przechyłu anty-Trendlenburga 0 - 13°?

Odpowiedź nr 40

Zamawiający wskazuje, że produkt ma być zgodny z zapisem SIWZ.

Pytanie/Wniosek nr 41

Łóżko elektryczne z barierkami ochronnymi bocznymi na całej długości leża: Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania łóżka z elektryczną regulacją wysokości w zakresie: 445 - 850 mm?

Odpowiedź nr 41

Zamawiający wskazuje, że produkt ma być zgodny z zapisem SIWZ.

Pytanie/Wniosek nr 42

Łóżko elektryczne z barierkami ochronnymi bocznymi na całej długości leża: Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania łóżka sterowanego przewodowym pilotem bez możliwości blokady funkcji? Oferowane przez nas łóżko posiada blokadę funkcji tylko w panelu sterującym w półce na pościel, z możliwością zawieszenia na szczytce, co pozwala personelowi medycznemu na decydowanie, które funkcje mają być zablokowane.

Odpowiedź nr 42

Zamawiający wskazuje, że produkt ma być zgodny z zapisem SIWZ.

Pytanie/Wniosek nr 43

Łóżko elektryczne z barierkami ochronnymi bocznymi na całej długości leża: Czy Zamawiający dopuści łóżko z pilotem bez optycznego wskaźnika podłączenia do sieci, ale posiadające symbol dźwiękowy podłączenia do sieci gdy wtyczka jest włączona a hamulec zwolniony?

Odpowiedź nr 43

Zamawiający dopuszcza proponowaną modyfikację pod warunkiem zachowania pozostałych parametrów SIWZ (z uwzględnieniem innych zaakceptowanych przez Zamawiającego propozycji Wykonawców).

Pytanie/Wniosek nr 44

Łóżko elektryczne z barierkami ochronnymi bocznymi na całej długości leża: Czy Zamawiający odstąpi od wymogu posiadania przez łóżko tabliczki imiennej ze względu na Ustawę o ochronie danych osobowych?

Odpowiedź nr 44

Zamawiający wskazuje, że produkt ma być zgodny z zapisem SIWZ.

Pytanie/Wniosek nr 45

Łóżko elektryczne z barierkami ochronnymi bocznymi na całej długości leża: Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania łóżka posiadającego szczyty wykonane z polietylenu z kolorem wypełnień do wyboru?

Odpowiedź nr 45

Zamawiający wskazuje, że produkt ma być zgodny z zapisem SIWZ.

Pytanie/Wniosek nr 46

Łóżko elektryczne z barierkami ochronnymi bocznymi na całej długości leża: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka z kolorem ramy jasno szarym bez możliwości wyboru dodatkowego koloru?

Odpowiedź nr 46

Zamawiający wskazuje, że produkt ma być zgodny z zapisem SIWZ.

Pytanie/Wniosek nr 47

Łóżko elektryczne z barierkami ochronnymi bocznymi na całej długości leża: Czy Zamawiający dopuści łóżko posiadające szczyty, z ramą wykonaną ze stali chromowanej?

Odpowiedź nr 47

Zamawiający wskazuje, że produkt ma być zgodny z zapisem SIWZ.

Pytanie/Wniosek nr 48

Łóżko elektryczne z barierkami ochronnymi bocznymi na całej długości leża: Czy Zamawiający odstąpi od wymogu, aby górna część szczytu wyposażona była w metalowy uchwyt ułatwiający transport, stanowiący co najmniej 70% długości szczytu?

Odpowiedź nr 48

Zamawiający dopuszcza proponowaną modyfikację pod warunkiem zachowania pozostałych parametrów SIWZ (z uwzględnieniem innych zaakceptowanych przez Zamawiającego propozycji Wykonawców).

Pytanie/Wniosek nr 49

Szafka przyłóżkowa: Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania szafki przyłóżkowej o wymiarach: - Wysokość - 800 mm, - Szerokość szafki z zamontowanym, złożonym blatem bocznym - 500 mm?

Odpowiedź nr 49

Zamawiający wskazuje, że produkt ma być zgodny z zapisem SIWZ.

Pytanie/Wniosek nr 50

Szafka przyłóżkowa: Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania szafki przyłóżkowej z blatem wykonanym z wytrzymałego i wodoodpornego tworzywa ABS?

Odpowiedź nr 50

Zamawiający wskazuje, że produkt ma być zgodny z zapisem SIWZ.

Pytanie/Wniosek nr 51

Szafka przyłóżkowa: Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową wyposażoną w haczyk na ręcznik z boku szafki?

Odpowiedź nr 51

Zamawiający dopuszcza proponowaną modyfikację pod warunkiem zachowania pozostałych parametrów SIWZ (z uwzględnieniem innych zaakceptowanych przez Zamawiającego propozycji Wykonawców).

Pytanie/Wniosek nr 52

Szafka przyłóżkowa: Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania szafki posiadającej półkę na prasę o wysokości 215 cm?

Odpowiedź nr 52

Zamawiający wskazuje, że produkt ma być zgodny z zapisem SIWZ.

Pytanie/Wniosek nr 53

Szafka przyłóżkowa: Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania szafki przyłóżkowej wyposażonej w szufladę o wysokości 80 mm?

Odpowiedź nr 53

Zamawiający wskazuje, że produkt ma być zgodny z zapisem SIWZ.

Pytanie/Wniosek nr 54

Szafka przyłóżkowa: Czy Zamawiający odstąpi od wymogu posiadania przez szafkę przyłóżkową dodatkowego wyposażenia w szufladę dolną lub szafkę zamykaną w np. odejmowane tworzywowe wkłady łatwe do mycia i dezynfekcji dzielące wnętrza na części m.in. z funkcją uchwytu na butelki o pojemności min. 1,5 l?

Odpowiedź nr 54

Zamawiający wskazuje, że wymienione w zapytaniu wyposażenie dodatkowe jest pożądanym lecz nie obligatoryjnie wymagalnym wyposażeniem szafki przyłóżkowej.

Pytanie/Wniosek nr 55

Szafka przyłóżkowa: Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z frontami szuflad zaopatrzonymi w uchwyty z tworzywa ABS w kolorze szarym?

Odpowiedź nr 55

Zamawiający wskazuje, że produkt ma być zgodny z zapisem SIWZ.

Pytanie/Wniosek nr 56

Szafka przyłóżkowa: Czy Zamawiający odstąpi od wymogu posiadania przez szafkę przyłóżkową dolnej szuflady, półki na rzeczy podręczne pacjenta (np. obuwie) wykonana z tworzywa ABS lub metalu? Oferowana przez nas szafka przyłóżkowa posiada jedynie miejsce na obuwie.

Odpowiedź nr 56

Zamawiający wskazuje, że produkt ma być zgodny z zapisem SIWZ.

Pytanie/Wniosek nr 57

Szafka przyłóżkowa: Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania szafki przyłóżkowej z regulacją blatu bocznego w zakresie 615 – 915 mm?

Odpowiedź nr 57

Zamawiający wskazuje, że produkt ma być zgodny z zapisem SIWZ.

Pytanie/Wniosek nr 58

Wysięgnik z uchwytem do ręki do pozycji nr 2: Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania wysięgnika nie będącego wyrobem medycznym?

Odpowiedź nr 58

Zamawiający wskazuje, że produkt ma być zgodny z zapisem SIWZ.

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Kutrzyńskiego

Marta Żylińska