

Kętrzyn, dnia 27.03.2017 r.

Nr sprawy: 06/PN/2017
Szpital Powiatowy w Kętrzynie
11-400 Kętrzyn, ul.M.C. Skłodowskiej 2
Tel. 89 751 25 02, Fax. 89 751 37 97
Regon 510929362, NIP 742-18-36-030
KSIĘGA REJESTROWA 28-00361
Szpital Powiatowy w Kętrzynie 01

Tablica ogłoszeń / Strona internetowa

Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ

W nawiązaniu do prowadzonego przez Szpital Powiatowy w Kętrzynie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego pt. „Dostawa implantów i endoprotez ortopedycznych do Szpitala Powiatowego w Kętrzynie” znak postępowania 06/PN/2017, Zamawiający w trybie art. 38 ustawy PZP udziela wyjaśnień do SIWZ o następującej treści:

Pytanie/Wniosek 1:

Działając na podstawie art. 38 Prawa zamówień publicznych, zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie

PAKIET NR 1 - ENDOPROTEZY TOTALNE STAWU BIODROWEGO			
L.p	Nazwa	J.m.	Ilość
1	Trzpień, mocowany w przynasadzie, bezcementowy, wykonany ze stopu tytanu, pokryty plazmą tytanową umożliwiającą pierwotną stabilizację oraz wtórną osteointegrację. Dostępny w 8 rozmiarach, w wersji standard offset, high offset, o długości trzpienia od 97,5 do 122,5 mm, z kątem szyjkowym 130 i 135 stopni oraz stożku 12/14. Wzrost rozmiaru A-P o 1,5mm i M-L o 1,2mm oraz długości o 5mm. Lateralizacja proporcjonalnie krocząca z rozmiarem.	szt.	75
2	Trzpień ze stopu tytanowego, prosty, zwiężający się dystalnie, prostokątny w przekroju na całej długości, bezkołnierzykowy w opcji standard i lateralizowany; uniwersalny dla biodra prawego i lewego, w części bliższej, pokryty plazmą tytanową. Dla obu wersji trzpień posiada obustronne łuki derotacyjne umożliwiające bardzo dobrą pierwotną stabilizację. Szyjka spłaszczona celem optymalizacji zakresu ruchu. W opcji trzpień dysplastyczny oraz dla bardzo wąskich kanałów szpikowych.	szt.	35
3	Głowa metalowa o średnicy 22,2 mm, 28 mm, 32 mm CoCr, 2 długości dla rozmiaru 22,2, 4 długości szyjki dla rozmiaru 28, 4 długości szyjki dla rozmiaru 32, konus 12/14	szt.	70
4	Głowa metalowa o średnicy 36 mm CoCr wysocepolerowana, 4 długości szyjki, konus 12/14	szt.	20
5	Głowa ceramiczna (biolox delta) 28mm, 32mm i 36mm, min. 3 długości szyjki, wybór średnicy i typu głowy śródoperacyjnie.	szt.	60
6	Panewka hemisferyczna, bezcementowa typu "press-fit", wykonana ze stopu tytanowego posiadająca uniwersalny mechanizm osadzania wkładek polietylenowych i ceramicznych, bezotworowa oraz otworowa z możliwością zastosowania 3 śrub mocujących. Średnica zewnętrzna panewki 48-66 mm ze skokiem co 2mm w opcji z panewka 40-46 oraz 68 bezotworowa lub wielootworowa z możliwością użycia 5-7 śrub (w zależności od rozmiaru)	szt.	100
7	Wkładka polietylenowa UHMWPE o średnicy wewnętrznej 28mm w rozmiarach 44-66 neutralna oraz z okapem w rozmiarach 48-66; o średnicy wewn. 32 neutralna i z reorientacją dziesięciostopniową 52-66 oraz o średnicy wewn. 36mm w rozmiarach 56-66mm neutralna oraz w rozmiarach 52-66mm z dziesięciostopniową reorientacją	szt.	30

8	Wkładka polietylenowa VITALENE o średnicy wew. 32mm w roz. 48-66; o średnicy wew. 36 w roz. 52-66; o średnicy wew. 40mm w roz. 56-72mm opcje neutralna, nadbudowa tylnej sciany, asymetryczna z 10st reorientacją	szt.	10
9	Wkładka w całości ceramiczna (biolox delta)	szt.	60
9	Śruba do kości gąbczastej fi 6,5mm od długości od 16mm do 68mm, co 4mm kompatybilna z Panewką press-fit	szt.	50
9	Zaślepka w komplecie z panewką bezotworową	szt.	0
10	Trzpień cementowy gładki stalowy bezkońierzowy zwężający się dystalnie w 5 rozmiarach, trzpień w wersji standardowej kąt szyjki 135 stopni, oraz wersji lateralizowanej kąt szyjki 135 stopni, stożek 12/14.	szt.	40
11	Panewka cementowana - wykonana z polietylenu UHMWPE w rozmiarach od 42 mm do 64 mm, średnica wewnętrzna panewki 28mm i 32mm. Panewka posiada podwójny znacznik radiologiczny.	szt.	15
12	Głowa bipolarna o podwójnej artykulacji (metal - polietylen - metal), wykorzystująca dodatkową artykulację w celu zmniejszenia zużycia panewki; eliptyczny kształt, zapewniającej prawidłowe anatomiczne położenie i właściwe rozmieszczenie działających sił; dostępna w rozmiarach 39mm - 56mm) dla głowy wewnętrznej o średnicy 28mm	szt.	35
13	Korek do blokowania kanału kości	szt.	40
14	Zestaw jednorazowy do ciśnieniowego płukania kości biodrowy/kolanowy/universalny	szt.	30
15	Ostrza do napędów kompatybilne z napędem	szt.	150
16	Zestaw do mieszania próżniowego cementu wraz z cementem z gentamycyną lub bez, 60g lub 80g.	szt.	40

Odpowiedź 1:

Zamawiający dopuści zaproponowane rozwiązanie pod warunkiem spełnienia przez Wykonawcę warunku opisanego w dziale III punkt 4 SIWZ z dnia 21.02.2017.

DYREKTOR
Szpitala Powiatowego w Korfirynie
dr. n. med. Krzysztof Tytman
.....
(podpis Zamawiającego)