

18. **Pytanie 3:** Czy Zamawiający zgadza się aby w § 6 ust. 1 wzoru umowy słowa „opóźnienia” zostały zastąpione słowami „zwłoki”?

Uzasadnione jest aby kara była naliczana tylko za zwłokę (czyli opóźnienie zawinione przez wykonawcę), nie zaś za wszelkie opóźnienia, czyli także niezawinione przez wykonawcę. Nie ma uzasadnienia rozszerzanie odpowiedzialności wykonawcy także na niezawinione naruszenie terminu. Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 19 września 2011 r. KIO 1910/11, wykonawca może być obciążony karą umowną za wystąpienie tylko takich czynników, za które jest odpowiedzialny.

Odpowiedź: Tak

19. Zapytanie kierujemy do pakietu 6 do pozycji 91-94 tj. Opatrunki żelatynowa tamujące krwawienie oraz opatrunki z chlorheksydyną

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu nr 6 pozycji nr 91-94 do osobnego pakietu?

Odpowiedź: Podtrzymujemy zapis z SIWZ.

20. Zapytanie kierujemy do pakietu nr 9 do pozycji nr 1 tj. Igły jednorazowego użytku 0,5 x25mm **0,6 x40mm** ,0,7x40mm 0,8x40mm 0,9x40mm 1,1- 1,2x40mm opakowania jednostkowe oznaczone barwnym kodem rozmiaru zgodnym z kolorem nasadki igły (opak=100 szt)

Czy Zamawiający dopuści Igły jednorazowego użytku 0,5 x25mm **0,6 x30mm** ,0,7x40mm 0,8x40mm 0,9x40mm 1,1- 1,2x40mm opakowania jednostkowe oznaczone barwnym kodem rozmiaru zgodnym z kolorem nasadki igły (opak=100 szt)?

Odpowiedź: Podtrzymujemy zapis z SIWZ.

21. Zapytanie kierujemy do pakietu nr 9 do pozycji nr 2 tj. Bezpieczna kaniula do żył obwodowych z portem do dodatkowych wstrzyknień wykonana z poliuretanu z minimum 4 paskami kontrastującymi w RTG ,wyposażona w samozamykający się port, elastyczne skrzydełka .Igła kaniuli zaopatrzona w specjalny automatyczny zatrzask zabezpieczający koniec igły przed przypadkowym zakłuciem personelu

Czy Zamawiający dopuści bezpieczną kaniulę do żył obwodowych z portem do dodatkowych wstrzyknień wykonana z poliuretanu z minimum 3 paskami kontrastującymi w RTG ,wyposażona w samozamykający się port, elastyczne skrzydełka .Igła kaniuli zaopatrzona w specjalny automatyczny zatrzask zabezpieczający koniec igły przed przypadkowym zakłuciem personelu

22. **Odpowiedź:** Tak, dopuszcza.