

40. W razie wyrażenia zgody na inne wielkości opakowań prosimy o określenie ilości opakowań, które należy wycenić. Czy wycenić ułamkową ilość opakowań, czy zaokrąglać w górę, bądź zgodnie z zasadami matematyki ( do 0,5 w dół, a powyżej 0,5 w górę)?

Odpowiedź: zaokrąglić zgodnie z zasadami matematyki

41. Pakiet 9, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści kaniule z 3 paskami rtg, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: tak, dopuszcza

42. Pakiet 9, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści koreczek jałowy z trzpieniem powyżej krawędzi koreczka?

Odpowiedź: nie, pozostaje dotychczasowy zapis

43. Pakiet 9, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści koreczki pakowane pojedynczo na blistrze a'4sztuki?

Odpowiedź: nie, pozostaje dotychczasowy zapis

44. Pakiet 9, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści przyrząd typu Mini Spike bez zastawki?

Odpowiedź: nie, pozostaje dotychczasowy zapis

45. Pakiet 9, pozycja 6-9

Czy Zamawiający dopuści strzykawki z rozszerzoną skalą o min. 10%?

Odpowiedź: tak, dopuszcza

46. Pakiet 9, pozycja 9

Czy Zamawiający dopuści strzykawki pakowane a'50sztuk z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: tak, dopuszcza

47. Pakiet 9, pozycja 13

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do podawania płynów infuzyjnych z komorą kroplową wykonaną z PCV w całości pozbawioną ftalanów?

Odpowiedź: nie, pozostaje dotychczasowy zapis

48. Pakiet 9, pozycja 15

Czy Zamawiający dopuści cewniki Foley'a pakowany w wewnętrzny worek foliowy i zewnętrzne opakowanie folia-papier, sterylizowany tlenkiem etylenu?

Odpowiedź: nie, pozostaje dotychczasowy zapis

49. Pakiet 9, pozycja 19

Czy Zamawiający dopuści zgłębnik żołądkowy posiadający nieprzezroczysty kolorowy konektor, wykonany z PCV o gładkiej nie zmrożonej powierzchni?

Odpowiedź: nie, pozostaje dotychczasowy zapis

50. Pakiet 9, pozycja 20

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu aby na cewniku nadrukowany był rozmiar i nazwa producenta.

Odpowiedź: nie, pozostaje dotychczasowy zapis

51. Pakiet 9, pozycja 20