

Czy Zamawiający dopuści cewnik do odsysania z otworem centralnym i 2 otworami bocznymi?

Odpowiedź: nie, pozostaje dotychczasowy zapis

52. Pakiet 9, pozycja 28

Czy Zamawiający dopuści szczoteczki do czyszczenia rurek tracheotomijnych o średnicy około 12mm i 17mm?

Odpowiedź: tak, dopuszcza

53. Pakiet 9, pozycja 31

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'75sztuk z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: tak, dopuszcza

54. Pakiet 9, pozycja 32, 51

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu co umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź: nie, pozostaje dotychczasowy zapis

55. Pakiet 9, pozycja 43

Czy Zamawiający dopuści nakłuwacze pakowane a'100sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: tak, dopuszcza

56. Pakiet 10, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści rękawice chirurgiczne o zawartości protein <100µg/dm²?

Odpowiedź: nie, pozostaje dotychczasowy zapis

57. Pakiet 10, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści rękawice diagnostyczne o zawartości protein <150µg/g?

Odpowiedź: nie, pozostaje dotychczasowy zapis

58. Pakiet 10, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści rękawice diagnostyczne winylowe o grubości w strefie palców 0,08mm, części dłoniowej 0,08mm, na mankiecie 0,05mm?

Odpowiedź: nie, pozostaje dotychczasowy zapis

59. Pakiet 12, pozycja 1-2

Czy Zamawiający dopuści gazę opatrunkową sterylizowaną tlenkiem etylenu?

Odpowiedź: nie, pozostaje dotychczasowy zapis

60. Pakiet 12, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści kompresy włókninowe z wycięciem Y w rozmiarze 10x10cm pakowane a'5sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: nie, pozostaje dotychczasowy zapis

61. Pakiet 12, pozycja 9-10, 32-38, 40, 41, 48, 52

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu co umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź: nie, pozostaje dotychczasowy zapis

62. Pakiet 12, pozycja 14-15

Czy Zamawiający dopuści elastyczną siatkę opatrunkową o długości 10m w stanie relaksacji, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: tak, dopuszcza

63. Pakiet 12, pozycja 20-22

Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe o czasie wiązania 5-6 minut, nawinięte na plastikowy trzpień (krzyżak)?

Odpowiedź: tak, dopuszcza

64. Pakiet 12, pozycja 27